

Żary dnia 29.06.2017r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żarach

DZP-3830-22(1)/17

Do wiadomości wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt znajdujący się aktualnie w Zadaniu 13 punkt 5 i dopuści: Sterylne gaziki o rozmiarze: 120x125mm do dezynfekcji skóry nasączone 70 % alkoholem izopropylowym . Każdy płatek pakowany w osobnej, sterylnej saszetce. Opakowanie 100 sztuk.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy:

Znak sprawy : DZP-3830-22/17 Załącznik Nr 18

Prosimy, aby: w załączniku nr 18 dla Zadania nr 14 w pozycjach nr 3 i 4:

3) „Przewód dołączeniowy ze złączem DIN zakończony klamrą dł 60cm”,

4) „Przewód dołączeniowy ze złączem VS zakończony klamrą dł 60cm”,

dopuszczyć **długość przewodu 90 cm**. Umożliwi to przedstawienie bardziej korzystnej oferty na te pozycje.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 1 – Z uwagi na fakt, iż na rynku pojawiają się produkty nie spełniające żadnych norm prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje okularów zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej co najmniej kategorii II?

Odp. Nie.

Pakiet 3, pozycja 18 – Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z wkładką żelującą jego zawartość, dla komfortu użytkownika?

Odp. Nie.

Pakiet 2, pozycja 18 – Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z instrukcją użytkownika nadrukowaną bezpośrednio na worku?

Odp. Nie.

Pakiet 3, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka j.u. z kontrolą siły ssania dł. 2,1m (sterylny)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: DZP-3830-22/17 zadanie 13 pozycja 4 termin składania ofert: 24.07.2017

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji,

objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany sterylnie papier-folia po 2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 6, poz. 12

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga jednorazowych szczypiec owalnych o długości 180mm, analogicznie jak w przypadku szczypiec typu „Aligator”- poz.10. Obecnie w pozycjach 12 i 13 widnieje ten sam produkt- szczypce o tej samej długości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. TAK zaszła omyłka, Zamawiający wymaga jednorazowych szczypiec owalnych o długości 180mm.

Pakiet 6, poz.15

Prosimy o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii wykonanych z włókny SMS o gramaturze 40g/m². Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6

Czy w przypadku wątpliwości co do kompatybilności zaoferowanego asortymentu z posiadanymi endoskopami oraz, czy zaoferowany produkt spełnia wymagania zgodne SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania o przedłożenie kart katalogowych oraz próbek potwierdzających wymagane parametry?

Odp. TAK

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 pozycja 42 sterylnego przyrządu *Ekstra Spike Plus* do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiołki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny 3µm, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 2 pozycji 42, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 13

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą czterokanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory min. 5,5,

z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm,

- rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Czy Zamawiający dopuści IS bez uchwytu na dren?

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1-9 Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 i 9 i stworzy z nich osobny pakiet? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 7 i 8 Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem korka znajdującym się powyżej jego krawędzi?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane a'100 szt. Z wyceną za opakowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wydzieli poz. 7 i 8 i stworzy z nich osobny pakiet? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 7 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia jednorazowego, sterylnego, atestowanego przez producenta wstrzykiwacza zestawu wkładów przeznaczonych do stosowania ze wstrzykiwaczem Medard Steliant CT Dual składającego się z dwóch wkładów o poj.200ml, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „T” o długości +/-150cm, złącza szybkiego napełniania oraz pojemnika do odpowietrzania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 7 poz. 2

Czy w zakresie poz. 2 zdania nr 7 Zamawiający dopuści złożenie oferty na jednorazowe, spiralne, sterylne, złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm, o wytrzymałości ciśnieniowej 350PSI, wyposażone w jeden zaworek antyzwrony oraz trójnik Y, dysponujący różnej długości rozgałęzieniami, które wynosić powinny odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/-10 cm oraz dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 25cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Z-ca Dyrektor
Zamawiający
ds. EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH
183. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Andrzej Sodkiewicz