

Żary dnia 18.09.2017r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żarach

DZP-3830-29(2)/17

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania badań morfologii krwi, do badań serologicznych wraz z dzierzawą analizatorów.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

dot. zadanie nr 3 – dostawa odczynników do badań serologicznych metodą mikrokolumnową żelową wraz z dzierzawą aparatury

1. Prosimy o potwierdzenie czy do podanych ilości badań, tj. „Grupa krwi dorosłych AB0/Rh DVI+, DVP” (poz. 1 formularza cenowego) oraz „Przeładowe badanie przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych” (poz. 3 formularza cenowego) należy dodatkowo doliczyć karty na kontrolę codzienną, zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Odp. Nie, ilość podana z kontrolami.
2. W związku z opisem przedmiotu zamówienia: „Próba zgodności - 6000” prosimy o podanie ilości dawców i biorców przy próbie zgodności?
Odp. 2000 biorców, 4000 dawców
3. Prosimy o potwierdzenie czy w związku z brzmieniem pkt. 10 specyfikacji parametrów technicznych – aparatury do badań serologicznych (zał. nr 12 do SIWZ), wymóg archiwizacji wyników **dotatkowo w postaci kolorowych zdjęć** dotyczy jedynie wirówko-czytnika, stanowiącego back-up analizatora podstawowego?
Odp. Tak, zamawiający potwierdza wymóg archiwizacji wyników **dotatkowo w postaci kolorowych zdjęć** dotyczy jedynie wirówko-czytnika, stanowiącego back-up analizatora podstawowego.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do przygotowania ofert wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 21.09.2017 r. godz. 11⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert: 21.09.2017 r. godz. 12⁰⁰

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z-ca Zamawiający RA
ds. EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH
105. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
.....
Andrzej Sodkiewicz

D.P. tel. 68 470 78 74