

Żary dnia 21.02.2018r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żarach

DZP-3830-06(2)/18

Do wiadomości wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych, endoprotez i zespołów kostnych na potrzeby oddziału ortopedycznego.

Pytanie 1 do pakietu 10 poz. 1 Płyta blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej

Prosimy o doprecyzowanie czy nie zaszła oczywista omyłka przy podaniu długości płyty -291mm .Przy Ilości otworów w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. I następujących długościach płyt: 95, 121, 147, 173, 199, 225 i 291 mm czy najdłuższa płyta nie powinna mieć 251 mm a nie 291mm?

Odp. Zamawiający potwierdza najdłuższa płyta powinna mieć 251 mm.

Pytanie 2 do pakietu 10 poz. 22 Płytki do zespolenia kości strzałkowej prosta

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt w następujących długościach : 2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie , czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 1 ust3 wzoru umowy na następujące:

1. „Sprzedaż będzie dokonywana poprzez pobranie wyrobów przez Zamawiającego z magazynku znajdującego się w jego siedzibie, służącego do przechowywania wyrobów ortopedycznych .Własność towaru przechodzi na Zamawiającego w momencie pobrania produktu z magazynu komisowego utworzonego przez Wykonawcę u Zamawiającego”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 1 ust3 wzoru umowy j. w.

CELEM DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w
Zadaniu nr 6 - gwoździe śródszpikowe

pozycja nr. 1

Czy Zamawiający dopuści: Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego dwoma wkrętami doszyjkowymi o średnicy 8 mm i długościach od 70mm do 135mm. Zaślepka w długości 18mm. Wkręt nastawczy umożliwiający zablokowanie wkrętów doszyjkowych o długościach 32mm i 47mm. Wkręty mocujące z gniazdem sześciokątnym o średnicy 5 mm w długościach 25 do 105 mm z przeskokiem co 5mm. Średnice gwoźdź 11 mm i 13mm , długość 225 mm. W kątach CCD: 130°, 135°. Gwóźdź w wersji krótkiej kompletnie pokryty celownikiem. Gwóźdź długi anatomiczny udowy, kaniulowany, tytanowy. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego dwoma wkrętami doszyjkowymi o średnicy 8 mm i długościach od 70mm do 135mm. Gwóźdź prawy i lewy. Zaślepka w długości 18mm. Wkręt nastawczy umożliwiający zablokowanie śrub doszyjkowych o długościach 32mm i 47mm. Śruby blokujące z gniazdem sześciokątnym. Średnice gwoźdź 10mm do 12mm , w długościach od 320mm do 440mm dla gwoźdź 12mm, w długościach od

320mm do 500 mm dla gwoźdźcia o średnicy 11 mm oraz w długościach od 320mm do 480 mm dla gwoźdźcia o średnicy 10 mm . W zestawie gwoździe, dwa wkręty doszyjkowe, zaślepka, jeden wkręt blokujący.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
pozycja nr. 2

Czy Zamawiający dopuści: Gwoździe śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej. Gwoździe tytanowy , anatomiczny (prawy ,lewy) ,prosty ,w wersji długiej i krótkiej , tytanowy, lity, w części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących umożliwiających stabilizację złamań guzka większego, mniejszego, masywu głowy, zapobiegające przemieszczeniom odłamów. Wersja krótka w całości pokryta celownikiem. Rozmiary : 150,190, 210, 230,250, 270, 290 , Średnica gwoźdźcia 7 i 8 mm. W zestawie gwoździe, cztery wkręty mocujące, zaślepka.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

pozycja nr. 3

Czy Zamawiający dopuści: Gwoździe śródszpikowy ramienny. Gwoździe z ugięciem w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość dwupłaszczyznowego blokowania dystalnego. Gwoździe uniwersalny do prawej i lewej ręki. Wkręt dociskowy Zaślepka o długościach od 0mm do 10 mm ze skokiem co 5mm. Wkręty mocujące z płaskim łbem. Średnice gwoźdźcia; 7mm, 8mm oraz 9mm w długościach od 190 mm do 290mm. Materiał tytan. W zestawie gwoździe, trzy wkręty mocujące, zaślepka

Odp. Zamawiający dopuszcza.

pozycja nr. 4

Czy Zamawiający dopuści: Śrubopłytkę DHS , stalowa do zespalania złamań śródtrebkowych szyjki kości udowej. Mocowanie w głowie kości udowej za pomocą wkrętu doszyjkowego. Od dwóch do sześciu otworów w płytce do mocowania dystalnego (śruby stabilizowane w płytce). Płytkę zakładaną w okolicy podkretarzewej o kącie 135 stopni. W zestawie śrubopłytkę, wkręt doszyjkowy, śruba mocująca, cztery wkręty mocujące.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

pozycja nr. 5

Czy Zamawiający dopuści: Rekonstrukcyjny gwoździe tytanowy podudziowy. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub korowych o średnicy 5 mm i długościach od 25 mm do 90 mm, oraz dwupłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem sześciokątnym. Gwoździe z wycięciem w części proksymalnej umożliwiającym posadowienie gwoźdźcia jak najwyżej. Zaślepki w długościach 12, 22, 27 mm. Średnice gwoźdźcia od 9mm do 12 mm w długościach od 270 mm do 390 mm dla gwoźdźcia o średnicy 11 i 12 mm oraz o długościach od 270 mm do 420 mm dla gwoźdźcia o średnicy 9 i 10 mm. W zestawie gwoździe, zaślepka, cztery wkręty mocujące.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

pozycja nr. 6

Czy Zamawiający dopuści: Płyta kształtowana anatomicznie, blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, łonowej, lewa i prawa, w części trzonowej od 2 do 4 otworów blokowanych, w części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. W części nasadowej 6 do 8 otworów do wkrętów blokowanych. W części nasadowej 3 do 5 otworów do mocowania płytki za pomocą drutów Kirschnera. Długość płytki 47 - 63 mm. Do otworów blokowanych wkręty o średnicy główki 2,4 lub 2,7 mm, do otworu owalnego wkręty korowe samogwintujące o średnicy główki 2,7 mm. Materiał - tytan. W zestawie płytka, pięć wkrętów blokowanych, jeden wkręt korowy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający zezwoli każdorazowo na czas trwania zabiegu dostarczyć narzędzia i implanty w zestawach lotnych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 22 poz. 1** – dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o długości do 310mm zamiast do 300mm

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 25 poz. 10

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji i dopuszczenie do złożenia oferty więcej niż jednemu wykonawcy, wydzieli w/w pozycję i dopuści sterylny, jednorazowy system, który umożliwia przetwarzanie od 26 do 360ml (do wyboru gradacja co 1ml) krwi przy użyciu jednego wkładu sterylnego, w zależności od użytego wariantu oprogramowania. Zapewnia sterylny, zamknięty obieg – materiał, podawany bezpośrednio do bębna separującego, automatyczną pompą infuzyjną, ze strzykawki (bez konieczność przestrzykiwania do worka). Koncentracja trombocytów w PRP, w zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5ml płytek krwi w μ l). Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP – od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14 razy wartość bazowa. Umożliwia prace w dwóch trybach – produkcja standardowego PRP pod kątem wysokiego zagęszczenia płytek oraz – produkcja PRP pod kątem modyfikacji poziomu erytrocytów.

System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny – bezpieczny. System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu), tzn. separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy – precyzyjny.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 1).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza do umowy w § 1 do ust. 3 zapis o brzmieniu Zamawiający wykorzysta w pierwszej kolejności towary z najkrótszym terminem ważności

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 2 ust. 12 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający
Z-ca DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH
105 KRESOWEJ GOSPODARSTWA WIEGÓŁ PRZYZYCHODNIA
Samodzielnego i uciążliwego Oddziału Opieki Zdrowotnej
Andrzej Sodkiewicz