

Żary dnia 11.05.2018 r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Żarach

DZP-3830-11(1)/18

**Do wiadomości Wykonawców**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów ultrasonograficznych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

**Pytania do: Załącznik nr 9- parametry techniczne- Aparat USG ogólnego przeznaczenia**

**1. Parametry techniczne – pkt. 1**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat o masie własnej 65 KG o zwartej niewielkiej konstrukcji oraz osadzony na 4 kołach skrętnych co powoduje, że masa 65 kg nie wpływa na jego mobilność i codzienne walory użytkowe.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**2. Parametry techniczne – pkt. 3**

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o przekątnej 17” o rozdzielczości 1600x 1020, z tradycyjnymi fizycznymi programowalnymi przyciskami o niezwykłej prostocie i szybkości obsługi zamiast ekranu dotykowego 10”?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**3. Parametry techniczne – pkt 13**

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z ilością przetwarzanych kanałów odbiorczych = 100.000?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**4. Parametry techniczne – pkt 14**

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z Frame rate : dla trybu 2D – 1100 Hz oraz dla Color Doppler – 350 Hz?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**5. Parametry techniczne – pkt. 23**

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z pomiarem 10 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość, kąty?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

**6. Parametry techniczne – pkt. 24**

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z 21000 obrazów dla pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**7. Parametry techniczne – pkt. 29**

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat posiadający głowica liniowa, liczba elementów powyżej 190, obejmująca zakres częstotliwości 4-16 MHz, szerokość skanu 38 mm?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**8. Parametry techniczne – pkt. 33**

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o elastografię oraz automatyczny pomiar IMT?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytania do: Załącznik nr 10- parametry techniczne- Aparat USG ginekologiczny**

**1. Parametry techniczne – pkt. 2**

Czy Zamawiający wymaga ściśle określonej wagi aparatu ultrasonograficznego wynoszącej dokładnie 80 kg? Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, którego waga wynosi 90 kg?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

**2. Parametry techniczne – pkt. 4**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o wielkości matrycy roboczej 17 cali z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne oraz o wysokiej rozdzielczości 1600x1200? Dla diagnostyki ważna jest wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkość samego ekranu.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. Wymagamy aparatu z monitorem o wysokiej rozdzielczości 1920x1080 i przekątnej ekranu min. 21 cali

**3. Parametry techniczne – pkt. 5**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**4. Parametry techniczne – pkt. 12**

Czy Zamawiający wymaga dysku twardego typu SSD? Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w dysk HDD?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**5. Parametry techniczne – pkt. 13**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z zintegrowaną nagrywarką DVD-R/RW?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

**6. Parametry techniczne – pkt 22**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z częstotliwością odświeżania obrazu 2D min. 1500 obrazów na sek?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**7. Parametry techniczne – pkt 25**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z regulacją wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5 mm - 20,0 mm?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**8. Parametry techniczne – pkt 46**

Czy zamawiający dopuści głowicę Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 3.0 – 13.0 MHz ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**9. Parametry techniczne – pkt 47**

Czy zamawiający dopuści głowicę z liczbą elementów akustycznych 192?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**10. Parametry techniczne – pkt 51**

Czy zamawiający dopuści głowicę Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 4.0 – 18.0 MHz

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**11. Parametry techniczne – pkt 59**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE oraz ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**12. Parametry techniczne – pkt 61**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o automatyczne wyszukiwanie i wyznaczanie objętości pęcherzyków jajników?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do przygotowania ofert wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert:**

Nowy termin składania ofert: 16.05.2018 r. godz. 11<sup>00</sup>

Nowy termin otwarcia ofert: 16.05.2018 r. godz. 12<sup>00</sup>

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający  
**Z-ca DYREKTORA**  
ds. EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH  
IM. KRZESOWEGO SZPITALA WYSKOWEGO Z PRZYCHODnią  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
*Andrzej Śodkiewicz*

M.K. tel. 68 470 78 74