

Żary dnia 04.07.2018r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Żarach

DZP-3830-15(1)/18

**Do wiadomości wykonawców**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zestaw pytań I

Zadanie nr 7

**Pytanie nr 1**

Czy w Pozycji 2 Zadania nr 7 Zamawiający dopuści złożenie oferty na jednorazowe, sterylne złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem „Y” i wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, wyposażone w jeden zaworek antyzwrotny oraz w trójnik typu „J”, dysponujący różnej długości rozgałęzianiami, które wynosić powinny odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +l- 10 cm i dla odgałęzienia po skonie roztworu NaCl +/- 25 cm?

UZASADNIENIE:

Wymóg zaoferowania w ramach Pozycji 2 Zadania nr 7 złączy niskiego ciśnienia o długości 152 cm, charakteryzujących się wytrzymałością ciśnieniową na poziomie 400 PSI, umożliwia złożenie ważnej oferty przetargowej wyłącznie firmie

BAYER, co stanowi o naruszeniu zasad uczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

Wymóg określony obecnie przez Zamawiającego dla asortymentu nabywanąo w ramach Pozycji 2 Zadania 7, aby zaoferowane złącza niskiego ciśnienia charakteryzowały się wytrzymałością ciśnieniową na poziomie 400 PSI, spełniany jest w skali światowej przez wyłącznie jeden produkt, którym są złącza niskiego ciśnienia Wytwarzane przez firmę

BAYER (symbol katalogowy SSS-LP-6O-T).

Wstrzykiwacz kontrastu Stellant CT Dual wytwarza podczas iniekcji maksymalne ciśnienie, wynoszące 325 PSI, a więc wspomniana w pytaniu 1 wytrzymałość ciśnieniowa sprzętu na poziomie 350 Psi, w zupełności wystarczy dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa prowadzonych badań diagnostycznych. Nadmienić należy także, że złącza, o których jest mowa w pytaniu 1 są artykułami bardzo dobrze znanymi cegromnej rzeszy Użytkowników w Polsce systemów wstrzykiwaczy kontrastu do badań tomografii komputerowej Stellant CT Dual, ponieważ od 10 lat setki tysięcy takich złączy dostarczanych jest do wielu placówek służby zdrowia.

Do grona stałych odbiorców wyżej opisanych złączy należą m.in. Centrum onkologii Instytut oddział w Gliwicach,

Szpital Czerniakowski w Warszawie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Wielkopolskie Centrum onkologii w

Poznaniu, Białostockie Centrum onkologii, Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu, Uniwersyteckie

Centrum Kliniczne w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, Wielospecjalistyczny

Szpital w Nowej Soli, Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, Wojewódzkie Centrum

Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Szpital Uniwersytecki w

Krakowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, i wiele innych wiodących placówek służby zdrowia.

Czynnikiem niezmierzonym istotnym jest wspomniana w Pytaniu 1, różna długość ramion (odgałęzień) trójnika złącza niskiego ciśnienia, odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze odgałęzienie trójnika (+/- 10 cm), pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego

odgałęzienia po podaniu środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika - im krótsze takie złącze, tym mniejsze są straty finansowe)

Przy zapotrzebowaniu określonym dla Pozycji 2 Zadania 7 na 400 sztuk złączy, zakup asortymentu, o którym mowa w pytaniu 1, umożliwi Zamawiającemu redukcję kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych złączy - zakup taki umożliwi znaczną redukcję ilości środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzonych badaniach,

przyniesie to placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu środka kontrastowego - redukcja kosztów prowadzonych badań diagnostycznych).

Innym istotnym czynnikiem, szczególnie ze względu na bezpieczeństwo Pacjenta (redukcja ryzyka kontaminacji) jest także fakt doposażenia łącznika niskociśnieniowego w zastawkę antyzwrotną.

Omawiana tu zastawka antyzwrotna zapobiega mieszanii się podawanych W badaniu płynów (środek kontrastowy i roztwór soli fizjologicznej), zarówno podczas ich nabierania do wkładu, jak i podczas samego badania. Występujące przy stosowaniu artykułów pozbawionych zastawki antyzwrotnej zjawisko mieszania się środka kontrastowego i roztworu soli fizjologicznej jest wysoce niepożądane, ponieważ niekorzystnie wpływa na wynik prowadzonego badania (szczególnie w przypadku badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych) oraz może się negatywnie przełożyć na stan zdrowia badanego Pacjenta, któremu bez wiedzy i wbrew woli operatora wstrzykiwacza kontrastu, może zostać podany środek kontrastowy niepotrzebnie obciążając organizm Pacjenta.

Wspominanemu tutaj mieszanii się podawanych W badaniu płynów (środek kontrastowy i roztwór soli fizjologicznej) dodatkowo zapobiega dłuższe ramię (odgałęzienie) trójnika odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego odgałęzienie trójnika, o jakim tu jest mowa, posiada długość +/- 10 cm co

dodatkowo stanowi o uniemożliwieniu niepożądanego mieszania się środka kontrastowego z roztworem NaCl podczas czynności nabierania tych płynów do pustego wkładu lub w trakcie prowadzonego badania wielofazowego.

Dodatkowo, korzystając z ponad 20-letniego doświadczenia, jakie nabyliśmy reprezentując w latach 1995-2015 w Polsce i prowadząc na zasadach wyłączności obsługę serwisową wszystkich urządzeń firmy MEDMD (obecnie: BAYER),

produkującą system Medrad STELLANT CT, do którego nabywane są obecnie materiały eksploatacyjne potwierdzamy iż złącza, o których jest mowa w pytaniu 1 są artykułami w 100% kompatybilnymi z w/w urządzeniem i nie powodują jego uszkodzenia, ani nieprawidłowości W jego działaniu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy także o odpowiedź na pytanie, dot. Załącznika nr 3 do SIWZ, umowa - projekt

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 2 § 4 projektu umowy (cyt.):



2. Przy każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczać oryginał faktury oraz fakturę w postaci elektronicznej.

i nada mu proponowane brzmienie:

2. Przy każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczać oryginał faktury oraz fakturę w postaci elektronicznej. Dopuszcza się przesłanie w dniu dostawy towaru tylko faktury VAT elektronicznie z zastrzeżeniem niezwłocznego dostarczenia jej oryginału pocztą poleconą.

**UZASADNIENIE:**

W przypadku usytuowania magazynów i spedycji Wykonawcy poza siedzibą jego biura, gdzie wystawiane są faktury za realizowane dostawy towarów, brak jest możliwości dołączenia faktury do dostarczanego wyrobu medycznego (wysyłce zawsze towarzyszy dokument WZ). Na potrzeby logistyczno-formalne (np. przyjęcie towaru do Apteki Zamawiającego) wystarczające będzie przekazanie mu wraz z towarem wersji elektronicznej faktury, zaś na potrzeby księgowości oryginał faktury zostanie niezwłocznie dostarczony pocztą.

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza powyższy zapis do umowy.

Zestaw pytań II

**Pytanie nr 1 dotyczy: zadanie nr 18 Lp.6 i Lp.7**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości firm ofertę i tym samym zwiększy konkurencyjność przetargu co umożliwi Państwu wybranie tej najkorzystniejszej?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 2 dotyczy: zadanie nr 18 Lp.7**

Czy Zamawiający dopuści aplikator o długości 38cm, którego długość w zupełności wystarcza do wykorzystania w laparoskopii i spełnia tą samą funkcjonalność?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań III

**Pytanie 1 Pakiet 14 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości odprowadzeni. ( 3 czy 5 ).

**Odp.** 3 i 5 odprowadzeń.

**Pytanie 2 Pakiet 14 pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości odprowadzeni. ( 3 czy 5 ).

**Odp.** 3 i 5 odprowadzeń.

**Pytanie 3 Pakiet 14 pozycja 6**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji o modelu Kardiomonitora Goldway.

**Odp.** UT 7000C , G40.

**Pytanie 4 Pakiet 14 pozycja 7**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji o modelu Kardiomonitora Goldway.

**Odp.** UT 7000C , G40

**Pytanie 5 Pakiet 14 pozycja 8**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji o modelu Kardiomonitora Emtel.

**Odp.** FX 2000P

**Pytanie 6 Pakiet 14 Pozycja 9**

W celu doboru odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

**Odp.** REF SWSD 30-23 , REF 903-01 , LOT 2180227147

**Pytanie 7 Pakiet 14 pozycja 11**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji o modelu Kardiomonitora Goldway.

**Odp. UT 7000 , G40**

**Pytanie 8 Pakiet 14 pozycja 12**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji o długości kabla czujnika ( 1 metr czy 3 metry )

**Odp. 3m**

**Pytanie 9 Pakiet 14 Pozycja 13**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

**Odp. REF6850 645**

**Pytanie 10 Pakiet 14 pozycja 13**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji o modelu urządzenia Dragera.

**Odp. FAMMA XL, INFINITY DELTA**

**Pytanie 11 Pakiet 14 Pozycja 14**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

**Odp. 00M111**

**Pytanie 12 Pakiet 14 pozycja 14**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji o modelu urządzenia Envitec.

**Odp. Pulsoksymetr Envitec -OxiPen.**

**Pytanie 13 Pakiet 14 Pozycja 20**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przedłużacza .

**Odp. V710X-98**

**Pytanie 14 Pakiet 14 pozycja 20**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji o modelu urządzenia Emtel.

**Odp. FX2000P**

**Pytanie 15 Pakiet 14 Pozycja 21**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

**Odp. REF U708-23**

**Zestaw pytań IV**

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

Zadanie nr 20 – materiały do sterylizacji

Poz.5

Z uwagi na zaprzestanie produkcji Testu emulacyjnego kl. VI z przesuwalną substancją wskaźnikową; zgodny z normą ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji parowej, o parametrach ustalonych 7min/ 134C; 121C - 20 minut, odczyt w dwóch niezależnych okienkach. długość testu min.10 cm. Data ważności, oznaczenie normy oraz informacje techniczne umieszczone na każdym teście w języku polskim. Norma potwierdzająca klasę testów umieszczona na każdym pasku. Test wykorzystywany ze w/w przyrządem PCD, wykorzystywanym jako test kontroli wsadu. Opakowanie 250 szt.

Prosimy o wycofanie się Zamawiającego z tej pozycji w zadaniu nr 20 i zwiększenie zapotrzebowania na testy w poz. 8, gdyż są to testy równoważne.

**Odp. Zamawiający wycofuje się z pozycji nr 5 w zadaniu nr 20 i zwiększa o 50% zapotrzebowanie na pozycję nr 8 w zadaniu 20(w załączeniu załącznik nr 24 po zmianach).**

**Zestaw pytań V**

**1. Dotyczy przedmiotu umowy (zadanie nr 29) i zapisu § 3 ust. 8 wzoru umowy**

Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych?



Wyroby będące przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 29 dystrybuowane są w opakowaniach zbiorczych odpowiednio po:

- 1) 12-godzinny system wkładów jednorazowego użytku do wstrzykiwacza typu Stellant składający się z: 2 drenów wielokrotnego użycia wykonane z PVC o długości 115 cm posiadające dwa zawory antyzwrotne na każdy dren zakończone spikeami; 2 wkłady wielokrotnego napełniania wraz z tłokami o poj. 200ml; dren wielokrotnego użycia PVC – **20 szt. (zestawów) w opakowaniu zbiorczym**;

- 2) sterylny dren jednorazowego użycia posiadający dwa zawory antyzwrotne, długość całkowita 250 cm – **50 szt. (drenów) w opakowaniu zbiorczym**.

Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań.

W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie możliwości realizacji składanych zamówień częściowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych, poprzez dodanie zapisu do wzoru umowy, np.: w § 3 ust. 8 **„Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości towarów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).”**

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza powyższy zapis do umowy.

2. **Dotyczy przedmiotu zamówienia (zadanie nr 29)**

W pozycji nr 2 zadania nr 29 określona została ilość zapotrzebowania na sterylne dreny jednorazowego użytku na poziomie 480 szt. Biorąc pod uwagę fakt, że produkt ten dystrybuowany jest w opakowaniach zbiorczych po 50 szt., czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości zapotrzebowania na odpowiadającą krotności ilości w opakowaniach zbiorczych (np. 500 szt.)?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

3. **Dotyczy zapisu § 4 ust. 3 wzoru umowy**

W przedmiotowym zapisie, zamieszczono odwołanie do § 3 ust. 5 wzoru umowy w zakresie osoby upoważnionej do potwierdzenia odbioru towaru. Właściwym zapisem określającym osobę upoważnioną jest § 3 ust. 6 wzoru umowy, dlatego prosimy o odpowiednią zmianę zapisu § 4 ust. 3 wzoru umowy.

**Odp.** Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę zapisu § 4 ust. 3 wzoru umowy.

4. **Dotyczy zapisów § 5 ust. 1 i 2 wzoru umowy**

W zapisach § 5 ust. 1 i 2 wzoru umowy użyto terminów „artykuły opatrunkowe” i „materiały opatrunkowe”. Prosimy o wyjaśnienie, czy zapisy te (gwarancja jakości i ilości) mają odnosić się tylko do tego rodzaju towarów?

**Odp.** Zamawiający w zapisach § 5 ust. 1 i 2 wzoru umowy wprowadza zmianę zapisu na „materiały medyczne”.

5. **Dotyczy zapisów § 6 ust. 1 wzoru umowy**

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt A/ ppkt a) w przypadku nieterminowej dostawy, z 1% na 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

- 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt A/ ppkt b) w przypadku dostawy towarów wadliwych, z 1% na 0,5% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

- 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt A/ ppkt c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z 10% na 5% wynagrodzenia liczonego od wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

- 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt A/ ppkt d) w przypadku zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 5, z 300,00 złotych na 100,00 złotych?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

- 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy (§ 6 ust. 2) możliwości naliczenia przez Wykonawcę kary umownej Zamawiającemu w wysokości 5% wartości

niezrealizowanej części towaru w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Przewidziane we wzorze umowy kary są niewspółmiernie wysokie do zawinienia Wykonawcy, co jest sprzeczne z regulacjami prawnymi w tym zakresie. Wobec tego istotnym jest, aby kary umowne zostały zmiarkowane do wysokości umożliwiającej im pełnienie funkcji dyscyplinująco – represyjnej, gdyż mają one mobilizować Wykonawcę do prawidłowej realizacji ustalonych warunków umowy, nie stanowią natomiast odszkodowania. Wskazane w pełni zostanie spełnione przy ustaleniu kar umownych w zaproponowanym powyżej kształcie.

Jednocześnie wprowadzenie możliwości żądania przez Wykonawcę kary umownej od Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający, pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania stron umowy.

6. Dotyczy zapisu § 6 ust. 2 pkt A/ wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 6 ust. 2 pkt A/ wzoru umowy poprzez doprecyzowanie, że Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zestaw pytań VI

**Dotyczy zadania nr 22**

1. Czy Zamawiający w **pozycji 7** dopuści rurki ustno-gardłowe GUEDEL jednorazowe w rozmiarach 3 - 9cm i 4 - 10cm?

**Odp. TAK**

2. Czy Zamawiający w **pozycji 8** dopuści rurki ustno-gardłowe GUEDEL jednorazowe w rozmiarach 4 - 10cm i 5 - 11cm?

**Odp. TAK**

3. Czy Zamawiający w **pozycji 29** dopuści cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego o długości 51,5cm?

**Odp. TAK**

4. Czy Zamawiający w **pozycji 43** dopuści zestaw do pomiaru OCŻ 150 / 110 cm?

**Odp. TAK**

5. Czy Zamawiający w **pozycji 52** dopuści prowadnicę intubacyjną, jednorazowego użytku, wygiętą, w rozmiarze 15CH/700mm?

**Odp. TAK**

6. Czy Zamawiający w **pozycji 53** dopuści prowadnicę wielorazową 15Ch?

**Odp. TAK**

7. Czy Zamawiający w **pozycji 54** dopuści mandryn intubacyjny w rozmiarze 4,0 / 335mm?

**Odp. TAK**

Zestaw pytań VII

**Zadanie 14**

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 70 cm

**Odp. Dopuszcza**

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 90 cm

**Odp. Dopuszcza**

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 370 cm, w tym odprowadzeń o długości 70 cm

**Odp. Dopuszcza**

Poz. 6

Prosimy o podanie modelu monitora Goldway

**Odp. UT 7000C , G40**



Poz. 8, 11

Prosimy o podanie modelu monitora Goldway

Prosimy o podanie czy czujnik ma być wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla głównego?

**Odp. UT 7000C , G 40 D WPINANY BEZPOŚREDNIO DO MONITORA**

Poz. 9

Prosimy o podanie modelu monitora Drager oraz technologii w jakiej ma pracować czujnik SpO2 (Nellcor czy Masimo)

**Odp. W technologii Nellcor , Infiniti Gamma XL**

Poz. 10

Prosimy o podanie modelu monitora Nonin

Prosimy o podanie czy czujnik ma być wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla głównego?

**Odp. Wpinany do monitora**

Poz. 12

Prosimy o podanie czy czujnik ma być wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla głównego?

**Odp. Wpinany do monitora.**

Poz. 13, 14

Prosimy o podanie oryginalnego lub obecnie używanego czujnika

**Odp. Ref SWBD11-04 NA PALEC**

Zestaw pytań VIII

**Dotyczy Zadania nr 19 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą z gładką powierzchnią wewnętrzną i obrotowym łącznikiem kątowym o długości 15 cm?

**Odp. NIE**

**Dotyczy Zadania nr 19 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści filtr 3 z portem do kapnografii?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy Zadania nr 19 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści układ o długości 180 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy Zadania nr 19 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy w zestawie z workiem 2l?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy Zadania nr 19 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy w zestawie z filtrem pakowanym osobno?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy Zadania nr 19 poz. 11-12**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z gałęzią do worka o długości do 1.8m?

**Odp. TAK**

**Dotyczy Zadania nr 19 poz. 1-12**

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie więcej niż jedną ofertę przetargową.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zestaw pytań IX

1. Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 17 poz. 12 i 13 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zestaw pytań X

**Pakiet Nr 16 poz. 1:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki akumulatorowej z nieruchomą głowicą, bezprzewodowej, ładowanej prądem zmiennym ~230V za pomocą ładowarki stojącej, pozostawiająca po stryżeniu włos o długości 0,9mm. Przesuwany włącznik dwupozycyjny (ON/OFF). Długość całkowita strzygarki od podstawy do końca głowki bez ostrza: 145mm. Strzygarka posiada klasę

szczelności IPX7, umożliwiającą jej dokładną dezynfekcję (30min/1m). Strzygarka wyposażona w diodę informującą o naładowaniu urządzenia.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pakiet Nr 16 poz. 2:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładowarki do w/w strzygarki, umożliwiającej ładowanie strzygarki w pozycji stojącej.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pakiet Nr 16 poz. 3:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych ostrzy wymiennych do w/w strzygarki. Nakładane na główkę strzygarki, pakowane w plastikowe przezroczyste opakowanie zaklejone z wierzchu białym materiałem syntetycznym typu tyvek zawierającą opis oraz nr katalogowy. Pakowane w opakowania zbiorcze po 50 ostrzy.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zestaw pytań XI**

**Pytanie nr 1** dotyczące zapisów umowy i SIWZ: Prosimy o potwierdzenie że termin realizacji dostaw częściowych liczony jest w dniach roboczych – zgodnie z zapisami umowy paragraf 3 ustęp 2 ?

**Odp.** Zamawiający potwierdza, że termin realizacji dostaw częściowych liczony jest w dniach roboczych.

**Pytanie nr 2** dotyczące zapisów umowy i SIWZ : Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji dostaw częściowych liczony był w dniach roboczych?

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 3** dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1A punkt „d”:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary umownej na 2% wartości przedmiotu zamówienia, którego dotyczy zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji, za każdy dzień zwłoki?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zestaw pytań XII**

**Dotyczy SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który **nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Odp. Zamawiający potwierdza**, że uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który **nie należy do żadnej grupy kapitałowej** przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Dotyczy zawarcia umowy**

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

**Dotyczy pełnomocnictwa**

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

**Odp.** Zamawiający potwierdza, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.



Zestaw pytań XIII

Zadanie 2, poz. 18-21,32,52

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 2 wydzieli pozycje: 18-21,32,52 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 2, poz. 18

*Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą bioreczną dwukanałową wykonaną ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wielkość komory ok. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ .**

Zadanie 2, poz. 18

*Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ .**

Zadanie 2, poz. 19

*Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ .**

Zadanie 2, poz. 19

*Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą bioreczną dwukanałową wykonaną ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ .**

Zadanie 2, poz. 20

*Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 10 mm , ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ .**

Zadanie 2, poz. 20

*Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawkę bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na tłoku. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Tłok posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ .**

Zadanie 2, poz. 32

*Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą bioreczną dwukanałową wykonaną ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym*

*zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wielkość komory ok. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ .**

Zadanie 2, poz. 32

*Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ .**

Zadanie 2, poz. 32

*Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ .**

Zadanie 2, poz. 32

*Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ .**

Zadanie 2, poz. 52

*Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.*

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie 2, poz. 52

*Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem? Koreczek, który jest kompatybilny ze standardowym portem nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ .**

Zadanie 2, poz. 52

*Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.*

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie 3, poz. 5,7,9,11-13,16,18-19,24,29-30

*Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 3 wydzieli pozycje: 5,7,9,11-13,16,18-19,24,29-30 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.*

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 3, poz. 5

*Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.*

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



Zadanie 3, poz.7,13

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie 6, poz.15-16

Czy zamawiający dopuści fartuch o grubości 16 mikronów, wykonany z folii PE, o wymiarach 76 cm x 140 cm, o długości troków około 56 cm, pakowane po 100 szt.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie 6, poz.15-16

*Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, opakowanie foliowe o wymiarze około 44 cm x 44 cm, z perforowanym otwarciem ?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

Zadanie 6, poz.15-16

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

Zadanie 6, poz. 28-29

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 75 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

Zadanie 6, poz. 28-29, 15-16

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 6 wydzieli pozycje: 28-29, 15-16 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 13, poz.1,3,10-11

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 13 wydzieli pozycje: 1,3,10-11 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 13, poz. 1

*Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonaną ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wielkość komory ok. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 13, poz. 1

*Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 13, poz. 3

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonaną ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną kłapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 13, poz. 10-11

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 13, poz. 10-11

Prosimy zamawiającego od odstąpienia dużego znacznika otwarcia, oraz dopuszczenie koreczków pakowanych w opak. Typu TYVEC, z intuicyjnym otwarciem.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 27, poz. 32-36

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 27 wydzieli pozycje: 32-36 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie – asortyment ginekologiczny. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 27, poz. 32-35

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 27, poz. 36

Czy zamawiający dopuści utrwalacz typu cytofix o pojemności 150 ml?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zestaw pytań XIV

**Zadanie nr 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z dołączoną (niewtopioną) igłą?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie nr 3, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści igły do pena G29 (0,33 x 12mm)?

**Odp. Tak**

**Zadanie nr 3, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka mikroskopowe ze szlifowanymi krawędziami?

**Odp. Tak**

**Zadanie nr 3, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 2,1m?

**Odp. Tak**

**Zadanie nr 3, pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz z igłą w rozmiarze 23G, o głębokości nakłucia 1,8mm?

**Odp. Tak**

**Zadanie nr 5, pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kapilarów heparynowych 170µl spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

**Odp. Tak**

**Zadanie nr 5, pozycja 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu tlenowego CH16?

**Odp. Tak**

**Zadanie nr 5, pozycja 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do aspiracji szpiku kostnego o długości regulowanej w zakresie: od 5 do 30mm, od 22 do 47mm, od 35 do 60mm?

**Odp. Tak**

**Zadanie nr 5, pozycja 19-23**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania z jednym otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

**Odp. Tak**

**Zadanie nr 5, pozycja 27-28**



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem o pojemności 30 ml?

**Odp. Tak**

**Zadanie nr 5, pozycja 41**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu silikonowego fi 7/9,5mm dł. 30 m?

**Odp. Tak**

Zestaw pytań XV

**Pytanie do :Zadanie nr 24- Elektronarzędzia i części do elektronarzędzi**

pkt 1.

Czy zamawiający dopuści Elektrody bierne do diatermii chirurgicznych jednorazowe, żelowe, dzielone, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, powierzchnia ogólna 103-168 cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

pkt 13.

Czy zamawiający dopuści uchwyt elektrod monopolarnych argonowych ,wielorazowy,szeroki, na elektrody 4mm,zdwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, z kablem o dł. 3,5m,autoklaw owalny,przeznaczony do minimum 250 cykli sterylizacji w autoklawie

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Zestaw pytań XVI

1. Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie kryteriów oceny ofert.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

2. **Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 2** – W związku z tym, iż oferowane przez naszą firmę wyroby dostarczane są do Zamawiającego bezpośrednio z zagranicy, prosimy o umożliwienie dostarczania faktur drogą pocztową bądź elektroniczną każdorazowo po realizowaniu zamówienia.

**Odp. Zamawiający wprowadza nowe brzmienie projektu umowy § 4 ust. 2** „Przy każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczać oryginał faktury oraz fakturę w postaci elektronicznej. Dopuszcza się przesłanie w dniu dostawy towaru tylko faktury VAT elektronicznie z zastrzeżeniem niezwłocznego dostarczenia jej oryginału pocztą poleconą.”

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

**Odp. Tak**

4. **Dotyczy Zadania Nr 15.** - Czy Zamawiający, zgodnie z wytycznymi Normy CLSI H1-A5 pkt. 5.1., która stwierdza, iż w przypadku używania elementów systemu pochodzących od różnych producentów obowiązek potwierdzenia ich kompatybilności spoczywa na użytkowniku („user must validate” a nie wystarczy tylko przyjąć oświadczenie dostawcy) wymaga, aby wszystkie elementy systemu do próżniowego pobierania krwi pochodziły od jednego producenta?

**Odp. Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu do próżniowego pobierania krwi pochodziły od jednego producenta.**

5. **Dotyczy Zadania Nr 15, poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by okres trwałości dla pojedynczych próbek koagulologicznych (opisany na etykiecie każdej pojedynczej próbki) wynosił minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do magazynu, niezależnie od otwarcia opakowania zbiorczego próbek koagulologicznych?

**Odp. Tak.**

6. Zwracamy się z prośbą o podanie dokładnego sposobu wyliczania ceny.

**Odp. Opis sposobu obliczania ceny:**

**Wartość netto:** ilość sztuk x cena jedn. netto

**Cena jedn. brutto:** cena jedn. netto + podatek VAT

**Wartość brutto:** ilość sztuk x cena jedn. brutto

Cenę jedn. netto, brutto / wartość netto, brutto należy podać w zaokrągleniu (zgodnie z zasadą matematyczną) do dwóch miejsc po przecinku.

7. Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu – „jeśli dotyczy” w punkcie 7 Formularza ofertowego (zał. Nr 1 do SIWZ). Zamawiający powołuje się na ustawę „Prawo farmaceutyczne”, a wyspecyfikowane produkty w niektórych pakietach nie podlegają prawu farmaceutycznemu

Odp. Zamawiający wprowadza powyższy zapis( załącznik nr 1 po zmianach w załączeniu).

#### Zestaw pytań XVII

##### Pytanie 1:

Czy Zamawiający w Zadaniu 2, pozycja 44 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do wielokrotnego pobierania płynu/leku z butelki, z płaską powierzchnią – do dezynfekcji, który może być używany do 96 godzin, o długości 6cm; objętości napełnienia 0,38ml; bez odpowietrznika i bez PCV, posiadający z jednej strony port Luer Lock, który po odłączeniu strzykawki gwarantuje szczelność, tak aby płyn/lek nie miał możliwości wylania się na zewnątrz?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

##### Pytanie 2:

Prosimy o wydzielenie z Zadania 2, pozycji 56 i 57 do oddzielnego pakietu.

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Zestaw pytań XVIII

dotyczy zadania nr 2, poz. 10-13

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?

**Odp. TAK**

dotyczy zadania nr 2, poz. 10-13

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalanów, z informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym?

**Odp. TAK**

dotyczy zadania nr 2, poz. 10-13

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek posiadających kolorowy kontrastujący tłok (nie mleczny)?

**Odp. TAK**

dotyczy zadania nr 2, poz. 10-13

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z logo producenta na cylindrze?

**Odp. TAK**

dotyczy zadania nr 2, poz. 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł w rozmiarze od 18G do 30G?

**Odp. TAK**

dotyczy zadania nr 2, poz. 45, 52

Czy Zamawiający miał na myśli kaniule z poz. 37-42?

**Odp. TAK**

#### Zestaw pytań XIX

**I. dot. Formularza asortymentowo-cenowego (Załącznik Nr 11) dla Zadania nr 7 - Wkład do strzykawki automatycznej typu STELLANT DUAL 200 ml:**

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 Zadania Nr 7 złącze niskiego ciśnienia o dł. 150 cm z trójnikiem o wytrzymałości 375 PSI z co najmniej jednym zaworkiem antyzwrotnym, bez pojemniczka do odpowietrzania?

Uzasadnienie: Złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości 400 PSI jest wymogiem nadmiernym, nie uzasadnionym klinicznie, bowiem do badań tomografii komputerowej wystarczające i powszechnie



stosowane jest złącze niskiego ciśnienia o długości ok. 150 cm z trójnikiem i zaworkami zabezpieczającymi o wytrzymałości do 375 PSI. Zapisy o wyższej wytrzymałości i o pojemniczku do odpowietrzania wskazują na jednego producenta asortymentu do wstrzykiwacza kontrastu STELLANT DUAL (BAYER/MEDRAD), co narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i uniemożliwia innym Wykonawcom złożenie ważnej oferty.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający

Z-ca Dyrektora  
ds. EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH  
105. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODnią  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

.....  
Andrzej Sodkiewicz

