

Żary dnia 19.06.2019r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żarach

Znak sprawy: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-18-2019

Do wiadomości wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zestaw pytań I

pytanie pakiet 24

Czy ze względu na różne właściwości funkcjonalno - użytkowe (umieszczono e jednym pakiecie systemy WNM pozycja 1-5 , oraz hemostatyki poz. 6) Zgodzi się Zamawiający na wydzielenie proszku hemostatycznego do osobnego pakietu lub umożliwi złożenie oferty częściowej . Pozwoli to Zamawiającemu uzyskać warunki konkurencyjności zgodnie z ustawą .

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Zestaw pytań II

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 19 poz. 10 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, dopuszcza gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I

Zestaw pytań III

Zadanie nr 9

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o długości roboczej 1600 mm.

Odp. NIE

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o długości roboczej 1800 mm

Odp. NIE

2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec o rozpiętości ramion minimum 4,7 mm, długość narzędzia 1600 mm.

Odp. TAK

3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec o rozpiętości ramion minimum 4,7 mm, długość narzędzia 2300 mm.

Odp. TAK

4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie nożyczek o długości narzędzia 1600 mm.

Odp. NIE

5. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie nożyczek o długości narzędzia 2300 mm.

Odp. NIE

6. Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu dopuści zaoferowanie chwytaka o szerokości rozwarcia ramion 25 mm

Odp. TAK

Zadanie nr 13

7. Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 13 Zadania 13.

Odp. NIE

Zadanie nr 14

8. Jakich wymiarów siatek oczekuje zamawiający w Zadaniu 14.

Odp. Rozmiar 6x11cm , 7,6x15cm , 10x15cm , 15x15cm

Zadanie nr 29

9. Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1 i 2 Zadania 29.

Odp. NIE

10. Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 Zadania 29.

Odp. NIE

Zestaw pytań IV

Pytanie 1 Pakiet 20 Pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie ilości odprowadzeń.

Odp. 3 odprowadzenia.

Pytanie 2 Pakiet 20 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie ilości odprowadzeń.

Odp. 5 odprowadzeń

Pytanie 3 Pakiet 20 Pozycja 8

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie modelu kardiomonitora Emtel.

Odp. FX 23IX

Pytanie 4 Pakiet 20 pozycja 8,14,15,16,17,20,21

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 20 wydzieli pozycje: 8,14,15,16,17,20,21 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 20 pozycji 8,14,15,16,17,20,21.

Pytanie 5 Pakiet 20 pozycja 9

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik SpO2, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp. NELLCOR 610-01X

Pytanie 6 Pakiet 20 pozycja 11

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik SpO2, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp. NELLCOR 630-91

Pytanie 7 Pakiet 20 Pozycja 11

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o długości kabla. 1 metr czy 3 ?

Odp. 3 m

Pytanie 8 Pakiet 20 Pozycja 12

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o długości kabla. 1 metr czy 3 ?

Odp. 3 m

Pytanie 9 Pakiet 20 Pozycja 13

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odp. M-O2

Pytanie 10 Pakiet 20 Pozycja 14

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odp. OOM111

Pytanie 11 Pakiet 20 Pozycja 15

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odp. SM-AS

Pytanie 12 Pakiet 20 Pozycja 16

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odp. 400-AS

Pytanie 13 Pakiet 20 Pozycja 20

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać przedłużacz SpO2, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp. MASSIMO 924-98X

Pytanie 14 Pakiet 20 Pozycja 21

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać przedłużacz SpO2, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp. MASSIMO 924-23

Pytanie 15 Pakiet 20 Pozycja 20

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie modelu kardiomonitora Emtel.

Odp. FX2000P

Pytanie 16 Pakiet 20 Pozycja 22

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

Odp. SM3

Pytanie 17 Pakiet 20 Pozycja 19

Czy zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów do NIBP 1 lub 2 przewodowy bez worka w rozmiarze (5-11; 10-15; 14-21; 25-35; 33-47 cm w zależności o potrzeb Zamawiającego)

Odp. TAK

Pytanie 18

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp. Tak

Pytanie 19 Pakiet 20 Pozycja 18

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o czujniki jedno czy wielorazowe ?

Odp. Czujniki wielorazowe.

Zestaw pytań V

Pytanie 1:

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów

Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. nr 47 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekem płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że może on być używany przez 96h.

Odp. Tak

Zestaw pytań VI

Dotyczy zadania nr 28:

1. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści rurki ustno-gardłowe GUEDEL jednorazowe w rozmiarach 3 – 9 cm i 4 – 10 cm?

Odp. TAK

2. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści rurki ustno-gardłowe GUEDEL jednorazowe w rozmiarach 4 – 10 cm i 5 – 11 cm?

Odp. TAK

3. Czy Zamawiający w pozycji 29 dopuści cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego wykonany z mieszaniny PCV o długości 60 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. TAK

4. Czy Zamawiający w pozycji 32 zgodzi się na wykreślenie bądź wydzielenie do odrębnego pakietu opisanego asortymentu tj. filtra oddechowego Thermovent Hepa.

Producent filtra oddechowego Thermovent Hepa zakończył jego produkcję. Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo na pozostały asortyment wymieniony w pakiecie 28.

Odp. Zamawiający wykreśla pozycję 32 i prosi o nie wycenianie jej.

5. Czy Zamawiający w pozycji 43 dopuści zestaw do pomiaru OCŻ 150 / 110 cm?

Odp. TAK

6. Czy Zamawiający w pozycji 52 dopuści prowadnicę intubacyjną, jednorazowego użytku, wygiętą, w rozmiarze 15CH/700 mm?

Odp. TAK

7. Czy Zamawiający w pozycji 53 dopuści prowadnicę wielorazową w rozmiarze CH15/600 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. TAK

8. Czy Zamawiający w pozycji 54 dopuści mandryn intubacyjny do trudnych intubacji w rozmiarze śr 4,0 / 335 mm?

Odp. TAK

9. Czy Zamawiający w ostatniej pozycji pakietu 28 (brak nadanego nr Lp) tj. „Rurka tracheostomijna -silikon foniatryczna 1 otwór bez mankieta i bez łącznika” –

dopuszcza: Rurkę tracheostomijną wykonaną z 100% silikonu, łącznik 15 mm, elastyczny kołnierz, z opaską i koreczkiem, w rozmiarach 5, 6, 7, 8, 9 mm?

Odp. TAK

10. Czy Zamawiający w ostatniej pozycji pakietu 28 (brak nadanego nr Lp) tj. „Rurka tracheostomijna - silikon foniatryczna 1 otwór bez mankieta i bez łącznika” –

dopuszcza: Rurkę tracheostomijną wykonaną z termoplastycznego PCW, z pięcioma otworami fenestracyjnymi, w zestawie z dwoma kaniulami (jedna zwykła i jedna fenestracyjną),

opaską i szczoteczką do czyszczenia kaniul, koreczkiem, rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm

Odp. TAK

11. Czy Zamawiający w ostatniej pozycji pakietu 28 (brak nadanego nr Lp) tj. „Rurka tracheostomijna - silikon foniatryczna 1 otwór bez mankieta i bez łącznika”

– zgodzi się na wykreślenie bądź wydzielenie do odrębnego pakietu opisanego asortymentu. Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo na pozostały asortyment wymieniony w pakiecie 28.

Odp. Zamawiający wykreśla ostatnią pozycję i prosi o nie wycenianie jej.

W związku z powyższym Zamawiający załącza nowy formularz asortymentowo-cenowy na zadanie nr 28- załącznik nr 32 do SIWZ po zmianie.

Zestaw pytań VII

Pytanie nr 1, zadanie 3, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści Igła do pena G29 (0,33 x 12)?? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. TAK

Pytanie nr 2, zadanie 3, pozycja 18

Czy zamawiający wymaga worka na wymiociny w pełni przezroczystego co pozwala na obserwację m. in. krwi w zawartości worka?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie worki.

Pytanie nr 3, zadanie 3, pozycja 21

Czy zamawiający dopuści Dren do ssaka ju z kontrolą siły ssania dł. 2,1m (sterylny)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. TAK

Pytanie nr 4, zadanie 3, pozycja 25

Czy zamawiający dopuści Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z odłączaną igłą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. TAK

Pytanie nr 5, zadanie 3, pozycja 32

Czy zamawiający dopuści Pokrowiec sterylny trzyczęściowy na aparaturę RTG wykonany z przezroczystej folii PE wymiary: część górna – 100 x 160 cm, część dolna – 80 x 150 cm, taśma przylepna – 3 x 100 cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odp. TAK

Zestaw pytań VIII

Zadanie nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z dołączoną (niewtopioną) igłą?

Odp. NIE

Zadanie nr 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igły do pena G29 (0,33 x 12mm)?

Odp. TAK

Zadanie nr 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści szkiełka mikroskopowe ze szlifowanymi krawędziami?

Odp. TAK

Zadanie nr 3, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 2,1m?

Odp. TAK

Zadanie nr 3, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz z igłą w rozmiarze 23G, o głębokości nakłucia 1,8mm?

Odp. TAK

Zadanie nr 3, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę RTG w rozmiarze 80x150 cm?

Odp. TAK

Zadanie nr 5, pozycja 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu tlenowego CH16?

Odp. TAK

Zadanie nr 5, pozycja 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do aspiracji szpiku kostnego o długości regulowanej w zakresie: od 10 do 50mm, od 30 do 70mm, od 55 do 95mm?

Odp. TAK

Zadanie nr 5, pozycja 19-23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania z jednym otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. TAK

Zadanie nr 5, pozycja 27-28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem o pojemności 30 ml?

Odp. TAK

Zadanie nr 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność ok. 1 l., rozmiar 116cm x 76cm, bez możliwości przytwierdzenia do podłogi, pakowaną a'50szt?

Odp. TAK

Zadanie nr 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na uchwyt lampy operacyjnej o średnicy kołnierza 13cm, głębokości 8cm, oraz średnicy otworu 4cm?

Odp. TAK

Zadanie nr 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę pakowaną a'60szt w kartonik?

Odp. TAK

Zadanie nr 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę bez ząbków, dobrze przylegającą?

Odp. TAK

Zadanie nr 34, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę w rozmiarze 14x250cm, pakowaną a'160szt?

Odp. TAK

Zestaw pytań IX

Dotyczy zadania nr 11

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Zadania nr 11 pozycji nr 7 i 8 oraz stworzenie odrębnego pakietu zawierającego te pozycje, co wymusi konkurencyjność składanych ofert poprzez dopuszczenie bezpośrednich importerów resuscytatorów i kołnierzy ortopedycznych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tych pozycji.

Dotyczy zadania nr 32

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), Zamawiający zmienia dotychczasowe brzmienie treści SIWZ w zakresie zadania 32, załącznik nr 36

Zmienia się załącznik nr 36 do SIWZ tj. formularz asortymentowo-cenowy na zadanie nr 32

W związku z powyższym Zamawiający załącza nowy formularz asortymentowo-cenowy na zadanie nr 32- załącznik nr 36 do SIWZ po zmianie.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający
Z-ca DYREKTORA
105. KRESOWIEGO SZPITALA MEDYCZYCH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dok. med. Marek Humlak

