



**105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ w ŻARACH**



Żary, 11.03.2019 r.

105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-07-2019

**Do wiadomości Wykonawców**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu z wyposażeniem dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

**ZESTAW I**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ambulans z 2018 r. z pełną 24 miesięczną gwarancją i przebiegiem do 10 000 km?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego protokołów odbioru kompletnego Ambulansu wraz z prawidłowo wystawioną fakturą sprzedaży?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający pisząc kamera cofania ma na myśli fabryczną kamerę pojazdu bazowego z wyświetlaczem umiejscowionym w centralnej części deski rozdzielczej uaktywniająca się przy włączeniu biegu wstecznego?

Odp. Tak.

**ZESTAW II**

1. Prosimy o podanie marki i modelu krzeselka kardiologicznego, który będzie transportowane w ambulansie?

Odp. Zamawiający nie wymaga konkretnego modelu. Zamawiający wymaga, aby krzeselko kardiologiczne spełniało parametry opisane w SIWZ.

2. Prosimy o doprecyzowanie, które z wymienionych poniżej elementów systemu SWD dostarczy do zamocowania Zamawiający, a które są po stronie Wykonawcy:

- antenę dachową dwuzakresową GPS/GSM (do tabletu)
- antenę dachową dwuzakresową GPS/GSM (do modułu Teltonika)
- przygotowanie instalacji pozwalającej na łatwe wpinanie/wypinanie modułu Teltonika (instalacja elektryczno-antenowa)
- przewód USB pomiędzy stacją dokującą, a drukarką
- dodatkowe gniazdo 12 V do drukarki na ścianie działowej.
- adapter do montażu stacji dokującej + instalacja elektryczno antenowa
- stacja dokująca z zasilaczem



- podstawa pod drukarkę
- uchwyt do drukarki z zasilaczem
- Moduł Teltonika
- Tablet
- Drukarka

Odp. Stacja dokująca z zasilaczem, moduł Teltonika, tablet, drukarka pozostają po stronie Zamawiającego. Reszta elementów systemu SWD pozostaje po stronie Wykonawcy.

3. Prosimy o dopuszczenie umiejscowienia wylotów z klimatyzacji na ścianie działowej u góry w przedziale medycznym, zamiast rozprowadzenia dachowego w kilku punktach. Wyjaśnienie: Przy wylocie z jednego punktu znajdującym się bezpośrednio przy parowniku uzyskujemy maksymalną wydajność klimatyzacji, a więc schłodzone powietrze na całej długości sufitu wypchnięte z jednego punktu ma taką samą skuteczność chłodzenia jak wylot z kilku punktów, które nie są umieszczone bezpośrednio przy parowniku, a więc ich skuteczność chłodzenia jest odwrotnie proporcjonalna do odległości od parownika.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy o wyjaśnienie czy opisana lodówka ma być umieszczonym w zabudowie meblowej przedziału medycznego pojemnikiem termoizolacyjnym zasilanym z sieci 12V i zapewniającym utrzymanie temperatury niższej o 20 stopni od temperatury otoczenia (najniższa możliwa temperatura to 5 stopni Celsjusza) czy też ma być lodówką sprężarkową umożliwiającą utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury otoczenia? Wyjaśnienie: W ambulansach stosowane są zarówno pojemniki termoizolacyjne tzw. coolboxy jak i „lodówki sprężarkowe”. Różnica między nimi jest tak że lodówka posiada sprężarkę zapewniającą utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury powietrza i jest trzy razy droższa od pojemnika termoizolacyjnego.

Poniżej linki do stron z informacjami dotyczącymi powyższych produktów:

Pojemnik termoizolacyjny:

<https://www.dometic.com/pl-pl/pl/produkty/%C5%BCywno%C5%9B%C4%87-i-napoje/ch%C5%82odzenie/agregaty-ch%C5%82odnicze/dometic-tropicool-tb-w203--64096>

Lodówka sprężarkowa:

<https://www.dometic.com/pl-pl/pl/produkty/zywnosc-i-napoje/chlodzenie/lodowki/dometic-coolmatic-mr-07--193742>

Odp. Lodówka ma zostać umieszczona w zabudowie.

5. W przypadku wskazania przez Zamawiającego wymogu lodówki sprężarkowej prosimy o dopuszczenie zabudowy bez szafki na wyposażenie medyczne, ze względu na duże rozmiary lodówki.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulansu w których w zabudowie meblowej będzie zamykany schowek na zamek szyfrowy zamiast na kluczyk? Wyjaśnienie: Zamek szyfrowy jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż kluczyk który może zgubić czy złamać.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

7. Prosimy zamawiającego o podanie marki i modelu radiotelefonu, który będzie przewożony w ambulansie?

Odp. Zamawiający na wyposażeniu ambulansów posiada radiotelefony Motorola DM4601.

8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do dnia 15.04.2019r., lub do 30 dni od dnia podpisania Umowy. Wydłużenie terminu pozwoli nam na realizację dostawy bez zakłóceń.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 30 dni od zawarcia umowy. § 3 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:



„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, zainstalować i uruchomić go w terminie 30 dni od zawarcia umowy.”

9. Dot. Warunków gwarancji i serwisu – Prosimy o doprecyzowanie kto ponosi koszty związane z wymaganymi przeglądami eksploatacyjnymi, np. wymiana oleju, klocków hamulcowych, filtrów, itp.

Wyjaśnienie: Wszelkie naprawy w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. W przypadku przeglądów eksploatacyjnych koszty oscylują w kwocie około 25 000 zł netto. Koszty te mogą być doliczone do ceny ambulansu (Zamawiający zapłaci za ww. przeglądy „z góry”) i powodować przekroczenie zaplanowanego budżetu na zakup, bądź koszty te będą ponoszone przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji pojazdu.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy koszty te Wykonawca ma wliczyć w cenę oferty?

Odp. Koszty przeglądów serwisowych pojazdu bazowego ponosi Zamawiający

10. Czy Zamawiający dopuści dostawę „na kołach”?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

### **ZESTAW III**

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający działając w myśl zasad uczciwej konkurencji dopuści na zasadzie równoważności do postępowania nosze i transporter firmy FERNO, o poniższych parametrach techniczno-użytkowych?

<b>NOSZE GŁÓWNE ROZŁĄCZNE</b>
Rok produkcji 2018
Wykonane materiału zabezpieczonego przed korozją.
Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
Przystosowane do prowadzenia reanimacji
Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni
Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiającą odgięcie głowy do tyłu, klatki piersiowej i ułożenie na wznak.
Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
Ze składanymi na boki poręczami bocznymi
Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy
Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy
Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi
Waga noszy 23 kg zgodna z wymogami normy PN EN 1865:1+A1:2015
Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy
Dodatkowy zestaw uprząży służący do transportu małych dzieci.
Obciążenie dopuszczalne 230 kg
<b>TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH</b>
Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.
Szybki i łatwy system połączenia z noszami.
Regulacja wysokości w 7 poziomach.
Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.
Odbojniki na goleniach
Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce
Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia.
Wszystkie kółka jezdne skrętne, o średnicy 152mm i szerokości 52mm umożliwiające prowadzenie



noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach)
Obciążenie dopuszczalne transportera 270 kg.
Waga transportera 28 kg zgodna z wymogami normy PN EN 1865:1+A1:2015
Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 +A1:2011
Wykonany z materiału zabezpieczonego przed korozją.
Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy.
Certyfikat zgodności wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie przez nosze reanimacyjne wymogów zharmonizowanych, aktualnych norm PN EN 1789+A1:2011 oraz PN EN 1865:1+A1:2015 na oferowany system transportowy (nosze i transporter), folder

Odp. Zgodnie z SIWZ.

## Pytanie 2

Czy Zamawiający działając w myśl zasad uczciwej konkurencji dopuści na zasadzie równoważności do postępowania krzesło kardiologiczne firmy FERNO, o poniższych parametrach techniczno-użytkowych?

KRZEŚŁO KARDIOLOGICZNE	
Rok produkcji	2018
Składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu	
Demontowane siedzisko i oparcie wykonane są z pokrytej winylem tkaniny nylonowej	
Rama krzesła wykonana jest z anodowanego aluminium	
Waga	10 kg
Obciążenie	159kg
Szerokość	53 cm
4 kółka jezdne z czego 2 skrętne w zakresie 360 stopni, wyposażone w hamulce	
Teleskopowo wysuwane przednie uchwyty z regulacją wysokości na 2 poziomach	
Dwie pary rączek tylnych	
3 pasy bezpieczeństwa	
Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu	

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

## Pytanie 3

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny respirator transportowy marki SMITH'S Medical o poniższych parametrach użytkowych?

PARAMETRY OGÓLNE	
1.	Nowoczesny respirator transportowy z możliwością wentylacji noworodków (wentylacja manualna), niemowląt, dzieci oraz dorosłych
2.	Tryby wentylacji: manualna, Demand, CMV, CPAP, CMV+PEEP
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU	
3.	Zasilanie: pneumatyczne, suchy bezolejowy gaz, ciśnienie 280-600 kPa
4.	Zasada działania: czasowo zmienny generator przepływu
5.	Częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 8-40 odd/min
6.	Objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 70-1500ml
7.	Współczynnik I:E od 1:1,4 (przy 40 odd/min) do 1:2,5 (przy 8 odd/min)
8.	Oddech manualny: zgodnie z nastawianą objętością i częstością oddechową
9.	Zintegrowana zastawka PEEP: zakres regulacji 0-20 cm H <sub>2</sub> O
10.	Wbudowany przepływomierz: zakres regulacji 0,5 – 35 l/min
11.	Przepływ w trybie CPAP: regulowany w zakresie 0-12,5 l/min



12.	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50 / 100%
13.	Zastawka bezpieczeństwa regulowana w zakresie: 20-60 cm H <sub>2</sub> O
14.	Zakres pomiaru wbudowanego manometru ciśnienia: od -10 do +80 cm H <sub>2</sub> O
15.	Możliwość pracy w środowisku MRI o indukcji do 3 Tesla
16.	System elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych
17.	Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego
18.	Jednorazowy obwód jednoramienny z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta
19.	W zestawie: torba, butla 2,7l oraz reduktor z przepływomierzem i szybkozłączką AGA, uchwyt karetkowy oraz 10szt jednorazowych obwodów pacjenta

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

#### Pytanie 4

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania krzeselko kardiologiczne o kółkach w rozmiarze 150mm i 125mm, z siedziskiem i oparciem wykonanym z specjalnej powłoki winylowej umożliwiającej transport pacjentów o wadze 250 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 5

Czy Zamawiający działając w myśl zasad uczciwej konkurencji dopuści na zasadzie równoważności do postępowania ssak transportowy akumulatorowo-sieciowy, o poniższych parametrach techniczno-użytkowych?

SSAK TRANSPORTOWY AKUMULATOROWO – SIECIOWY	
rok produkcji	2018
SSak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany z sieci	12V DC i 230V
Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia	
Przewód silikonowy chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka	
Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności	
Przepływ	min 20 l/min
Słój do sterylizacji w autoklawie o pojemność 1,0 l umieszczony w torbie zabezpieczającej przed uszkodzeniami, zabezpieczająca słój również od góry	
Manometr podciśnienia ssania	
Płynnie regulowana siła ssania w zakresie 0 do -0,8 bar za pomocą potencjometru	
Pełna informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka	
Kabel do zasilania karetkowego	12V
Płyta ścienna do montażu w karetce spełniająca standardy PN EN 1789 umożliwiająca ładowanie zaraz po wpięciu ssaka, certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą potwierdzający spełnienie normy PN EN 1789	
Temperatura pracy	od 0 do 50 °C
Temperatura przechowywania	od - 25 do 55 °C
Ciężar kompletnego ssaka	4,6 kg
Czas pracy	45 min
Żywotność akumulatora	200 cykli w przeciągu 2 lat
Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka	
Ochrona	IP34

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### ZESTAW IV

##### Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający drzwi przesuwne pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pacjenta o



wysokości zgodnej z wymogami normy PN EN 1789 pkt. 4.5.2.3 i wymogiem NFZ posiadające wysokość przejścia 165 cm, na potwierdzenie czego ambulans posiada Certyfikat Jednostki Notyfikującej potwierdzającej jego zgodność z przytoczoną normą ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans w terminie 30 dni od daty podpisania umowy ?

Wyjaśniamy, co jest wiadome każdemu z branży ambulansów, że cykl produkcyjny to minimum trzy tygodnie + oczekiwanie na sprzęt medyczny minimum 4 tygodnie, więc wymagana realizacja max. 14 dni oznacza, że żaden z wykonawców nie złoży oferty poza „umówioną” firmą, chyba że doliczy kary umowne.

Zastrzegamy sobie szczególne monitorowanie w/w postępowania.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 30 dni od zawarcia umowy. § 3 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, zainstalować i uruchomić go w terminie 30 dni od zawarcia umowy.”

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający automatyczną skrzynię biegów ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd z systemem wspomagania nagłego hamowania uaktywniający się w przypadku nagłego hamowania ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub lawecie ?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza się dojazd na kołach lub lawecie.

Pytanie 6.

Czy określenie "drażki stabilizacyjne obu osi" oznacza, iż jest wymagana stabilizacja osi przedniej i tylnej gwarantująca dobrą przyczepność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiającą komfortowy przewóz pacjentów, którą zapewniają różne rozwiązania konstrukcyjne zawieszenia obu osi stosowane fabrycznie przez każdego z producentów samochodów bazowych przeznaczonych do adaptacji na ambulanse sanitarne o DMC do max. 3,5 t ?

Odp. Określenie drażki stabilizacyjne obu osi oznacza stabilizację osi przedniej oraz osi tylnej gwarantującą dobrą przyczepność i manewrowość w trudnym terenie zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,10 m, szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochod w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały



uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik z Euro 6 zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 125 kW (170 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności skokowej 2299cm<sup>3</sup> ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans na oponach letnich ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada reflektory główne ze światłami dziennymi z lampami żarnikowymi o podwyższonej jasności porównywalnej z technologią LED ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga napędu wałka rozrządu za pomocą łańcucha ?

Wyjaśniamy, że napęd za pomocą paska ma bardzo dużą usterkowość, co powoduje częste wyłączenia ambulansu z ruchu.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania drzwi boczne przesuwne lewe z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez wskaźnika zużycia klocków hamulcowych ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania bez systemu zapobiegającemu niespodziewanym zmianom pasa ruchu ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

## **ZESTAW V**



1. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) w § 3 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający odmówi podpisania **protokołu zdawczo-odbiorczego** w przypadku, gdy przedmiot umowy nie będzie odpowiadać wszystkim parametrom, określonym w załączniku nr 2 do umowy, lub w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.5.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w przypadku, gdy przedmiot umowy nie będzie odpowiadać wszystkim parametrom, określonym w załączniku nr 2 do umowy, lub w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.5.”

2. W związku z treścią zapisu § 5 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) prosimy o informację, czy serwis pogwarancyjny będzie przedmiotem odrębnej odpłatnej umowy zawartej z Wykonawcą po upływie okresu gwarancji? W przypadku braku zgody Zamawiającego na zawarcie takiej umowy prosimy o wykreślenie z wyżej wymienionego zapisu słowa „**pogwarancyjnego**”.

Odp. Zamawiający wykreśla zapis „pogwarancyjnego”.

3. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie §5 ust. 6 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) poprzez dodanie po określeniu „niezbędnych formalności” sformułowania „związanych z naprawami i przeglądami gwarancyjnymi”. W związku z zawartą umową własność przedmiotu umowy przejdzie na Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca nie może odpowiadać za wszelkie formalności związane z ambulansem, w tym związane z jego własnością. Obowiązki Wykonawcy po dostawie ambulansu ograniczają się do prawidłowego wykonywania czynności gwarancyjnych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. §5 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na własny koszt awarii (usterek) sprzętu lub do jego wymiany na wolny od wad oraz do załatwienia niezbędnych formalności związanych z naprawami i przeglądami gwarancyjnymi i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych.”

4. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) w § 5 ust. 7 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca gwarantuje wykonanie min. jednego przeglądu serwisowego rocznie z uwzględnieniem warunków producenta sprzętu. Pierwszy przegląd winien nastąpić po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu, o którym mowa **powyżej w ust. 3**. Termin ostatniego przeglądu winien nastąpić 2 miesiące przed upływem terminu gwarancji.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. §5 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca gwarantuje wykonanie min. jednego przeglądu serwisowego rocznie z uwzględnieniem warunków producenta sprzętu. Pierwszy przegląd winien nastąpić po upływie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu, o którym mowa §5 ust.3. Termin ostatniego przeglądu winien nastąpić 2 miesiące przed upływem terminu gwarancji.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 14 do 30 dni?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) w § 5 ust. 12 w zakresie reakcji serwisu na awarię na następujący zapis: „Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń na usterekach w formie telefonicznej lub faxem w dni robocze w godzinach od 07.00 do 15.00. Czas reakcji serwisu-do 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia w dni robocze od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”. Zmiana korzystnie wpłynie na postępowanie i pozwoli uzyskać bardziej konkurencyjną cenę.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) w § 5 ust. 13 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności w



terminie do 14 dni roboczych od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili jej zgłoszenia, natomiast naprawy z wymianą części zamiennych sprowadzanych od producenta z zagranicy w terminie do 21 dni roboczych od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili jej zgłoszenia. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Wykonawca nie będzie miał dostępu do przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

8. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu w § 5 ust. 14 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy), którego treść pokrywa się z treścią w ust. 16.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o uzupełnienie §6 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) odniesieniem do wyposażenia medycznego, o którym mowa w §5 ust. 14. Skoro Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zastępczego wyposażenia medycznego, w razie jego dostarczenia na Wykonawcę nie powinny być nakładane kary umowne za zwłokę w naprawie, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do pozostałych elementów ambulansu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. §6 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„ W przypadku dostarczenia wyposażenia medycznego, o którym mowa w §5 ust. 14 lub sprzętu zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 16 kary nie będą naliczane.”

10. Prosimy o zmianę oczywistej omyłki pisarskiej w §6 ust. 5 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) i zamianę określenia „aparatu” na „sprzętu zastępczego i wyposażenia medycznego”, które to określenia znajdują się w §5 ust. 14 i 16. Przedmiotem umowy nie jest aparat, a ambulans wraz z wyposażeniem. Skoro na wcześniejszym etapie umowy Zamawiający użył określenia „sprzęt zastępczy” i „wyposażenie medyczne” takie określenia powinny się też znaleźć w §6 ust. 5. W związku z brzmieniem niniejszego pytania oraz pytania powyżej, §6 ust. 5 końcowo powinien brzmieć jak następuje: „W przypadku dostarczenia wyposażenia medycznego, o którym mowa w §5 ust. 14 lub sprzętu zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 16 kary nie będą naliczane.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. §6 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„ W przypadku dostarczenia wyposażenia medycznego, o którym mowa w §5 ust. 14 lub sprzętu zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 16 kary nie będą naliczane.”

11. Prosimy Zamawiającego czy pod pojęciem „usterki technicznej pojazdu”, o której mowa w §5 ust. 15 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) Zamawiający rozumie wszystkie usterki jakie mogą wystąpić w pojeździe bazowym. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do niniejszych usterek nie obowiązują terminy naprawy określone przez Zamawiającego w §5 ust. 13 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy).

Odp. Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem usterki technicznej pojazdu rozumie wszystkie usterki jakie mogą wystąpić w pojeździe bazowym. Zamawiający nie potwierdza, że w odniesieniu do niniejszych usterek nie obowiązują terminy naprawy określone w §5 ust. 13 projektu umowy.

12. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 1, ust. 2, ust. 3, §3 ust. 1, ust. 3; §4 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) poprzez usunięcie określeń odnoszących się do montażu i instalacji. W związku z okolicznością, że przedmiotem umowy jest dostawa kompletnego ambulansu nie będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia u Zamawiającego montażu czy instalacji przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. §1 ust. 1, ust. 2, ust. 3 projektu umowy otrzymują następujące brzmienie:

„1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ..... r. (nr 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-07-2019 ) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić fabrycznie nowy ambulans z wyposażeniem typ/model .....z wyposażeniem zgodnie z ofertą przetargową.



2. Dostawa i uruchomienie przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w §3 pkt. 1.
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”
- §3 ust. 1, projektu umowy otrzymują następujące brzmienie:
- „1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego i uruchomić go w terminie 14 dni od zawarcia umowy.”
- §3 ust. 3 projektu umowy otrzymują następujące brzmienie:
- „3. Z realizacji umowy tj. po dostawie i uruchomieniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.”
- §4 projektu umowy otrzymują następujące brzmienie:
- „ Szkolenie personelu w zakresie obsługi przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi na własny koszt , minimum 2 szkolenia dla osób bezpośrednio obsługujących przedmiot umowy. Pierwsze szkolenie obowiązkowe po dostawie przedmiotu umowy, drugie szkolenie na żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostawy.”
13. Prosimy o zmianę § 2 ust. 1 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny w wysokości..... zł brutto (słownie:.....), w tym należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych”. Obecne brzmienie jest niejednoznaczne i nie daje pewności, że czy określenie „wartość globalna przedmiotu umowy” stanowi cenę, do zapłaty której zobowiązany będzie Zamawiający.
- Odp. Zgodnie z SIWZ.
14. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy pod pojęciem „wartość globalna przedmiotu umowy” Zamawiający rozumie cenę ryczałtową przysługującą z tytułu wykonania umowy.
- Odp. Wartość globalna przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie jako całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia obejmujący i uwzględniający wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia .
15. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §2 ust. 2 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) przez zmianę określenia „w cenach jednostkowych” na „w cenie”. Zamawiający nie określił w projekcie umowy cen jednostkowych tylko jedną zbiorczą cenę za całość zamówienia.
- Odp. Zamawiający wyraża zgodę. §2 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
- „ W cenie brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy i montaż, opłata wynikająca z polskiego prawa celnego i podatkowego, koszty instalacji i szkolenia w zakresie obsługi oraz gwarancję na sprzęt itp.)”
16. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy, uzupełnieniu brakujących ilości, lub wymiany wadliwych części wskazanej w § 6 ust. 1 pkt a) załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy), do wysokości 1%.
- Odp. Zgodnie z SIWZ.
17. Prosimy Zamawiającego o zmianę w zakresie kary umownej przewidzianej w §6 ust. 1 lit. c) załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) tak, aby była ona naliczana za każdy **dzień** zwłoki.
- Odp. Zgodnie z SIWZ.
18. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wskazanej w § 6 ust.2 załącznika nr 9 do SIWZ, do wysokości 5 %.
- Odp. Zgodnie z SIWZ.
19. Prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu § 6 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) poprzez dodanie do niego następującego zapisu: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje



przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dodaje w § 6 projektu umowy następujący ustęp:

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania”.

20. Prosimy o zmianę §6 ust. 4 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) poprzez nadanie mu brzmienia: „W przypadku określonym w ust. 1 i 2 Strony mają prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

21. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z §7 ust. 1 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) fragmentu „przez wyznaczonych pełnomocników a następnie członków dyrekcji”. Postanowienia umowne nie mogą ograniczać strony w decydowaniu o konfiguracji prowadzonych negocjacji. Osoba upoważniona przez stronę może mieć takie same kompetencje do prowadzenia negocjacji i zawierania porozumień co dyrekcja. Wprowadzony przez Zamawiającego schemat stanowi nieuzasadnione ograniczenie swobody stron.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. §7 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.”

22. Prosimy o dostosowanie brzmienia §8 ust. 1 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) do brzmienia art. 145 pzp, który jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, w szczególności zamiany miesięcznego terminu wypowiedzenia na 30 termin na odstąpienie od umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy o zamówieniach publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.”

23. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §8 ust. 2 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy). Cechą umów zawieranych w trybie postępowania przetargowego jest ich stałość i ograniczona możliwość ich wypowiedzenia. Niniejsze postanowienie wprowadza niepewność co do tego czy pomimo przeprowadzenia procedury przetargowej Wykonawca, którego oferta została wybrana w rzeczywistości uzyska zamówienie i wynagrodzenie przysługujące z tytułu jego realizacji. W związku z powyższym wprowadzone przez Zamawiającego postanowienie może zostać uznane za nieważne na podstawie art. 58 k.c.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla w §8 ust. 2.

24. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie przez załącznik nr 1, o którym mowa w §1 ust. 7 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) oraz załącznik nr 2, o którym mowa w §3 ust. 4 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy). W związku z okolicznością, że Zamawiający nie przedłożył niniejszych załączników wraz z projektem umowy prosimy o ich załączenie do odpowiedzi.

Odp. Jako załącznik nr 1 do umowy załączony zostanie formularz asortymentowo-cenowy, natomiast załącznik nr 2 stanowić będzie formularz specyfikacji parametrów technicznych.

25. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie podstawy do zmiany umowy wskazanej w sekcji IV pkt IV 5) ogłoszenia, rozdziale XIX ust. 4 lit. e) SIWZ oraz §9 ust. 4 lit. e) załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) - zmiana sposobu dokonywania rozliczeń i płatności. Jedyną dopuszczalną zmianą rozliczeń powinna być możliwość zmiany numeru konta bankowego, która została określona jako odrębna podstawa. Wykonawca startując w przetargu powinien mieć pewność w jakim terminie i na jakich zasadach otrzyma wynagrodzenie. Niniejsze ustalenia nie powinny ulegać zmianie w toku wykonywania umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.



26. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zmiana sposobu dokonywania rozliczeń i płatności nie będzie oznaczała zmiany w terminie płatności faktury, zasadach wystawienia faktury oraz określenia sposobu płatności jako jednorazowego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

27. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie podstawy do zmiany umowy wskazanej w sekcji IV pkt IV 5) ogłoszenia, rozdziale XIX ust. 4 lit. f) SIWZ oraz §9 ust. 4 lit. f) załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy). Zamawiający decydując się na wszczęcie procedury przetargowej powinien odpowiednio zabezpieczyć środki na jego realizację oraz odpowiednio zbadać okoliczności faktyczne i prawne, które mogą stanąć na przeszkodzie w udzieleniu zamówienia. Wprowadzona przez Zamawiającego możliwość zmiany umowy wprowadza znaczną niepewność czy do realizacji umowy pomimo wyboru oferty najkorzystniejszej w ogóle dojdzie, co zaprzecza istocie zawierania umowy w postępowaniu przetargowym. W związku z powyższym niniejsze postanowienie może zostać uznane za nieważne na podstawie art. 58 k.c.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

28. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie podstawy do zmiany umowy wskazanej w sekcji IV pkt IV 5) ogłoszenia, rozdziale XIX ust. 4 lit. g) SIWZ oraz §9 ust. 4 lit. g) załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy). Wprowadzenie możliwości zmiany przedmiotu zamówienia już po podpisaniu umowy wprowadza znaczną niepewność co do kształtu zobowiązania, które przyjmuje na siebie Wykonawca. Decydując się na start w postępowaniu przetargowym Wykonawca musi odpowiednio zbadać i skalkulować jakie środki (finansowe, ludzkie, materiałowe) będzie musiał zaangażować w realizację zamówienia. Możliwość całkowitej zmiany przedmiotu umowy po podpisaniu umowy niweczy możliwość oceny ryzyk przez Wykonawcę, co więcej może spowodować, że w ogóle nie będzie w stanie wykonać zamówienia w zmienionym kształcie. Co więcej Zamawiający pozostawiając możliwość dokonania takiej zmiany może dowolnie rozszerzyć, zmniejszyć a nawet całkowicie zmienić przedmiot umowy bez przeprowadzania nowej procedury przetargowej. Taka sytuacja doprowadziłaby do oczywistego obejścia przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym niniejsze postanowienie może zostać uznane za nieważne na podstawie art. 58 k.c.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

29. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w sekcji IV pkt. IV 5) ogłoszenia, rozdziale XIX pkt. 3 SIWZ oraz §9 ust. 3 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) nie dotyczy przekazywania podwykonawcom informacji koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia. Prosimy o wprowadzenie do ogłoszenia, SIWZ i projektu umowy stosownego wyłączenia w tym zakresie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dodaje następujący ustęp:

„Zapisy §9 ust. 3 nie dotyczą przekazywania podwykonawcom informacji koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia.”

30. W związku z rozbieżnymi zapisami w § 3 ust. 5 i 6 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) oraz umieszczonymi w załączniku nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie ocenianych parametrów) prosimy Zamawiającego o ujednolicenie katalogu wymaganej dokumentacji dostarczanej wraz z przedmiotem zamówienia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia załącznik nr 7 do SIWZ.

31. W związku ze zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze (na wzorze Wykonawcy lub Zamawiającego – prosimy o załączenie wzoru do odpowiedzi)



dotatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą, która stanowić będzie załącznik do umowy dostawy ?

Podkreślamy, że zgodnie z art. 28 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub państwa członkowskiego. Naruszenie wskazanego obowiązku wiąże się z możliwością nałożenia na administratora (Zamawiającego) i podmiot przetwarzający (Wykonawcę) kary administracyjnej w wysokości:

- do 10 000 000 EUR bądź

- do 2% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kara wyższa.

W razie stwierdzenia naruszenia podstawowych zasad przetwarzania kara administracyjna może być jeszcze wyższa i wynosi:

- do 20 000 000 EUR bądź

- do 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kara wyższa.

W związku z powyższym brak zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych może wiązać się zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Odp. Zamawiający nie zamierza podpisywać z wykonawcą umowy powierzenia ze względu na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest zakup ambulansu medycznego a realizacja tego zamierzenia nie niesie za sobą żadnego powierzenia danych osobowych zarówno ze strony wykonawcy jak i zamawiającego. Jedyne dane które będą wykorzystane to dane niezbędne do zawarcia umowy. Dane te będą wykorzystane zgodnie z przepisami kierując się przesłanką Art. 6 pkt. 1 ust. B tzw. „Rozporządzenia RODO”, czyli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W tej sytuacji, aby być zgodnym z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych należy jedynie spełnić obowiązek informacyjny wobec stron umowy.

32. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia publicznego tym podmiotom /osobom trzecim, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, np. podwykonawcom?

Podkreślamy, że zgodnie z art. 28 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiot przetwarzający (Wykonawca) nie może powierzyć przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora (Zamawiającego). Naruszenie wskazanego obowiązku wiąże się z możliwością nałożenia na administratora (Zamawiającego) i podmiot przetwarzający (Wykonawcę) kary administracyjnej w wysokości:

- do 10 000 000 EUR bądź

- do 2% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kara wyższa.

W razie stwierdzenia naruszenia podstawowych zasad przetwarzania kara administracyjna może być jeszcze wyższa i wynosić:

- do 20 000 000 EUR bądź

- do 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kara wyższa.

W związku z powyższym brak wyrażenia zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych może wiązać się zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Odp. Zamawiający nie może wyrazić zgody na podpowierzenie danych osobowych ze względu na fakt iż do powierzenia danych nie dochodzi. Patrz odp. Wyżej. Zamawiający może jedynie wyrazić lub nie



zgody na przekazanie częściowo lub w całości realizacji zadania podmiotom trzecim (podwykonawcom).

33. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

- „1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: [http://\\*](http://*)
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

34. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie [www](http://www) pod następującym linkiem (\*\*).
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

35. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odp. Zamawiający dopuszcza.

36. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
- 1) ustnie:
- a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxxx.
- b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
- 2) w formie pisemnej:
- a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxxxx.
- b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
- 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera,



- posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
  5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
    - 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
    - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
    - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
  7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
  8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
  9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
    - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
    - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.
- Odp. Zamawiający dopuszcza.
37. W razie braku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o określenie jak ma przebiegać procedura reklamacyjna określona w §10 wzoru umowy. Prosimy o dodanie stosownych postanowień umownych w tym zakresie.
- Odp. W projekcie umowy brak jest §10.
38. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
- „Klauzula ochrony danych osobowych
- Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:
- a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
  - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
  - c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
  - d) jak również – w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z infor-



macjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

Odp. Zamawiający dopuszcza z następującym zastrzeżeniem, że Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez **upoważniony** personel, a nie wyznaczony.

39. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami projektu umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

40. Prosimy o uzupełnienie w załączniku nr 9 do SIWZ (projekt umowy) - w katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający, o następujące zapisy:

- 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- 2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.)

Odp. Zamawiający dodaje w katalogu zmian następujący zapis:

„ nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć,



itp.)”

41. Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału: mniej niż 10 pracowników

- a) od 10 do 50
- b) od 50 do 250
- c) powyżej 250

Odp. Powyżej 250.

42. Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału

- a) mniej niż 8,5 mln
- b) od 8,5 mln do 42,5 mln
- c) od 42,5 mln do 212,5 mln
- d) powyżej 212,5 mln.

Odp. Od 42,5 mln do 212,5 mln.

43. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej sprawozdania finansowego w części dotyczącej bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy.

Odp. Zamawiający nie udostępni sprawozdania finansowego w części dotyczącej bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy, ponieważ na dzień udzielenia odpowiedzi w/ w dokumentami nie dysponuje. Zamawiający ma czas na sporządzenie sprawozdania do końca marca 2019 r.

44. Prosimy o zmianę zapisu zawartego w Formularzu Oferty Przetargowej, poprzez zobowiązanie wykonawców do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom, a nie firm podwykonawców chyba, że są one znane w momencie składania ofert. Wykonawca nie jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych przed złożeniem oferty, w związku z powyższym decyzję o wyborze konkretnego podwykonawcy ma prawo podjąć dopiero na etapie po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

45. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie pod pojęciem „pojazd fabrycznie nowy, nie eksploatowany” także pojazd z przebiegiem technicznym – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

Odp. Zamawiający potwierdza.

46. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Pragniemy wskazać, iż Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, ma obowiązek złożyć powyższe oświadczenie, które winno się odnosić do przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

47. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymogu zawartego w sekcji III pkt III 1.3) ogłoszenia określającego konieczność wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu. Niniejszy wymóg jest niemożliwy do spełnienia, gdyż przy realizacji zamówienia może brać udział znaczna liczba specjalistów z różnych dziedzin i ich szczegółowe wskazanie nie jest możliwe. Ponadto formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ nie odnosi się do takiego wymogu.

Odp. Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie określił powyższego wymogu w ogłoszeniu.

48. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku, gdy parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do SIWZ nie znajdują odzwierciedlenia w katalogach, prospektach itp., wystarczającym dla oceny spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań



określonych przez Zamawiającego będzie przedstawienie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów określonych w SIWZ. Nie wszystkie parametry wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia muszą być odzwierciedlone w katalogach sprzętu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

49. W związku z zapisem w rozdz. III pkt 9 ppkt b) prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „decyzje dotyczące wykonania zamówienia”.

Odp. Pod pojęciem decyzje dotyczące wykonania zamówienia Zamawiający rozumie wszelkie ustalenia z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

50. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w załączniku nr 5 do SIWZ: „Ponadto oświadczamy, iż jesteśmy w posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczających zaoferowane wyroby medyczne do obrotu (tj. deklaracje zgodności CE) oraz udostępnimy je na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.” na zapis: „Ponadto oświadczamy, iż jesteśmy w posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczających zaoferowane wyroby medyczne do obrotu (tj. deklaracje zgodności CE) oraz prześlemy je wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

51. W związku z treścią załącznika nr 7 do SIWZ w pkt. 137, 161, 174 prosimy o usunięcie zapisów dotyczących wymogu dostarczenia wraz z ofertą odpowiednich certyfikatów zgodności. Zamawiający w rozdz. III w pkt. 7 SIWZ oraz w załączniku nr 9 do SIWZ (projekt umowy) wskazuje wyraźnie, że wymagane certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i załącza zmieniony załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający dołącza następujące załączniki po zmianach:

- a) SIWZ po zmianach;
- b) Załącznik nr 7 do SIWZ (parametry techniczne, zestawienie ocenianych parametrów);
- c) Załącznik nr 9 do SIWZ projekt umowy.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający  
**DYREKTOR**  
105. KRAJOWEGO SZPITALA ONKOLOGICZNEGO Z PRZYCHODNIĄ  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
.....  
*lek. med. Sławomir Gaik*

M.K. 68 470 78 74