105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ w ŻARACH

1920-2020
BITWA WARSZAWSKA

Żary dnia 02.07.2020r.

Znak sprawy: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-23-2020

Do wiadomości wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i materiałów do sterylizacji

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zestaw I

Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

   Odp. TAK

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

   Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Parametry Techniczne:
Dotyczy Zadanie nr 8 poz. 2

3. Prosimy Zamawiającego o określenie czynnika sterylizującego do wymaganego testu biologicznego oraz czasu inkubacji.

Odp. Czynnik sterylizacji para wodna /czas inkubacji 24h oraz czynnik sterylizacji tlenek etylenu, czas inkubacji 48h.

Dotyczy Zadanie 8 poz. 3

4. Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odp. TAK

5. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. TAK

6. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

Odp. **TAK**

Dotyczy Zadanie 8 poz. 4-5

7. Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odp. **TAK**

8. Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim

Odp. **TAK**

9. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

Odp. **TAK**

Dotyczy Zadanie 8 poz. 7

10. Czy zamawiający wymaga aby test umieszczony był na metalowej płytce o długości nie mniejszej niż 8 cm, co w rzeczywisty sposób symuluje kontrolę mycia narzędzi stalowych?
    Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zestaw II

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 i utworzenie odrębnego zadania?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści indywidualny pakiet ochrony biologicznej nie będący wyrobem medycznym, posiadający deklarację zgodności CE, dokumenty dopuszczające do obrotu na poszczególne elementy wchodzące w jego skład?

Odp. TAK

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym mający pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, nieposiadający znaku CE. Ofertowany środek przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia.

Odp. **TAK**

Zestaw III

Zadanie nr 2 poz. 1 i 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie emulsji myjącej do mycia ciała i włosów o działaniu dekontaminującym (również dla pacjentów z MDRO), zawierającej w składzie dichlorowodorek octenidyny (substancję mającą właściwości dekontaminacyjne) oraz alantoinę (substancję o właściwościach pielęgnujących skórę). Produkt nie zawiera substancji barwiących oraz zapachowych, jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry (nawet do skóry ze skłonnością do alergii i nadwrażliwością na mydło) oraz jest szczególnie przydatny na oddziałach intensywnej opieki medycznej, oddziałach zakaźnych, oparzeniowych. Opakowania 500ml (poz. 1) i 1L (poz. 2). Kosmetyk.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Zadanie nr 2 poz. 3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie bezbarwnego płynu do płukania jamy ustnej, zawierającego substancję o właściwościach antybakteryjnych, nie zawierającego w składzie chlorksydyny oraz jodu i jego pochodnych, nie powodującego przebarwienia szkliwa, zawierającego dichlorowodorek octenidyny. Produkt wspomaga ochronę przed parodontozą i zapalaniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc. Opakowanie 250ml. Kosmetyk.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Zadanie nr 2 poz. 9

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie gotowego preparatu do mycia i dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Działanie bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy (Mycobacterium terrae), drożdżakobójcze (candida albicans), bójcze wobec wirusów osłonkowych,(BVDV, Vaccina), oraz bójcze wobec wirusa rota. Kompatybilny wobec tworzyw sztucznych takich jak plexiglas(szkło akrylowe). Opakowania a 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości

opakowań. Wyrób medyczny
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Zestaw IV
Dotyczy zadania nr 3:

1. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat typu Taski Sprint Degerm do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń, działający w niskim stężeniu od 0,2% i krótkim czasie od 5 minut, o szerokiej kompatybilności materiałowej, z możliwością stosowania w obecności pacjentów, pozostałe parametry zgodnie z załączona ulotką?

   Odp. Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający w poz.. 2 dopuści do oceny preparat typu Oxivir Plus Spray, na bazie nadtlenku wodory, o szerokim zastosowaniu, bezpieczny dla dezynfekowanych powierzchni, wyposażony w końcówkę spieniającą, działający do 15 minut na B, Tbc M.terrae), F (C. albicans, A. Niger), V (polio, adeno)? Pozostałe parametry według załączonej ulotki.

   Odp. Zamawiający wyraża zgodę

3. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat typu Neodisher Septo Activ, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 2kg i 8kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Parametry według załączonej ulotki.

   Odp. Zamawiający wyraża zgodę

4. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

   Odp. Zamawiający wyraża zgodę

5. Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny preparat na bazie nadtlenku wodoru w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów i małych powierzchni roboczych wrażliwych na działanie alkoholu, o wydajności ok. 100m2 powierzchni?

   Odp. Zamawiający wyraża zgodę

6. Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny preparat typu Medizyme 3 Plus, niepieniący środek myjący zawierający w składzie 3 różne enzymy (proteaza, lipaza, amylaza), do mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anest. I innych wyrobów medycznych, z możliwością zastosowania w ultradźwiękach, manualnie i maszynowo, posiadający właściwości bakteriostatyczne?

   Odp. Zamawiający wyraża zgodę

7. Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny preparat typu Phago'scope APA do dezynfekcji wysokiego poziomu narzedzi termolabilnych na bazie kwasu nadoctowego, zachowujący aktywność biologiczną do 15 dni, którą można potwierdzić za pomocą testów kontrolnych, o spektrum działania B, F, Tbc, V (polio, adeno, noro), S (B.subtilis, B.cereus, C.sporogenes, C.dificile, C.diffcile 027, C.perfringenes) w czasie do 5 min, kompatybilny ze środkiem do mycia z poz. 9?

   Odp. Zamawiający wyraża zgodę

8. Czy Zamawiający w poz. 19 i 20 dopuści do oceny preparat typu Enzymex L9, w postaci koncentratu, zawierający w składzie kompleks trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorek didecylodimetyloamonu, propionian, o neutralnym pH roztworu, wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, herpes, vaccinia) w stęż 0,5% w

czasie do 10minut? Z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych i półautomatycznych oraz

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

9. Czy Zamawiający w poz. 17 dopuści do oceny preparat typu neodisher SBN plus?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

10. Czy Zamawiający w poz. 18 dopuści do oceny preparat typu neodisher SBR extra?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Zestaw V

Dotyczy pakietu 3

Prosimy o wydzielenie z pakietu 3 pozycji 1,2,3,4,8,9,10,19 i utworzenie pakietu 3b. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie .

Zestaw VI

Dotyczy zadania nr 1 pozycji 37:

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie koncentratu do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie wysokiej temperatury np. endoskopów giętkich), zawierający w swoim składzie składniki myjące, o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno), S (Clostridium difficile, Bacillus subtilis) w czasie 5 minut? Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2015. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, chloru, aldehydów, kwasu nadoctowego, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi (w tym do myjek ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywność roztworu musi być kontrolowana paskami testowymi. Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni. Niskie stężenie użytkowe 2,5%. Wyrób medyczny klasy II b. Opakowanie handlowe: 5L.
Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu przetargowym, co przedłoży się na większą konkurencyjność i wybór przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z-ca KOMENDANTA
ds. TECHNICZNYCH
105. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO
Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach
mgr Marzena Sarnecka

.....
Zamawiający

D.P. tel: 68 470 78 74