



**105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ w ŻARACH**



Żary dnia 21.07.2020 r.

Do wiadomości wykonawców

Znak sprawy: 105.KŚWzP SP ZOZ - DZP-2612-29(2)-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do badań urologicznych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - ZADANIE nr 2 URETERORENOSKOP GIĘTKI - 3 komplety:

Ad 1.(a,b,e)

Czy Zamawiający dopuści giętki videoureterorenoskop kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym Visera OTV-S190 o następujących parametrach :

- rozmiar płaszcza 9,9 FR (w końcu dystalnym 8,5 FR)- pkt1.a
- długość roboczą 67 cm –pkt1.b
- zakres wygięcia końcówki dystalnej 270° do góry i 180° do dołu- pkt 1.e

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad pkt 1.h

Czy Zamawiający dopuści adapter do kanału roboczego, z prostopadłym przyłączem typu Luer-lock, z rozbiernym kranikiem wykonanym z tworzywa odpornego na sterylizację oraz nakrętką z uszczelką, umożliwiającą fiksację wprowadzonego narzędzia/włókna laserowego, Nakrętka z uszczelką pełni funkcję opisaną w pkt 2.

Odp. Tak

Ad pkt 1.g

z uwagi na fakt ,że endoskop video musi być podpięty do procesora ,który jest połączony przewodem komunikacyjnym ze źródłem światła , czy Zamawiający dopuści videoureterorenoskop giętki , który można podłączyć do źródła światła toru wizyjnego , bez wbudowanego wewnątrz endoskopu oświetlenia LED?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Ad.1.i

Czy Zamawiający uzna za równoważne wykonanie całej końcówki endoskopu z materiału zabezpieczającego przed nagrzewaniem końca dystalnego przy pracy z włóknami laserowymi ?

Odp. Tak

Ad.1.k

Czy Zamawiający dopuści videoureterorenoskop nadający się do sterylizacji w Eto, STERRAD?

Odp. Tak

Ad.1.l

Czy Zamawiający dopuści videoureterorenoskop kompatybilny z funkcją wycięcia pasma czerwonego w widmie światła białego(NBI), realizowaną przez tor wizyjny. ?

Odp. Tak

Ad.2

Czy Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie, gdzie zestaw do zamocowania włókna laserowego, jest częścią adapteru do kanału roboczego opisanego w pkt1h i dostarczanego w zestawie z endoskopem giętkim.

Odp. Tak

Ad.3.

Czy Zamawiający dopuści długość kleszczy biopsyjnych o 115 cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2

Czy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty/uzupełnień/wyjaśnień/oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?

W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 9:

Celem doprecyzowania zapisu umowy prosimy o dopuszczenie zapisu

„Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji dokonanie koniecznych napraw **uznanych za gwarancyjne**, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności w terminie do 5 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia, **a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 12 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia**. Termin ten ulega przedłużeniu o czas, w którym Wykonawca nie będzie miał dostępu do przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wymiana części urządzenia wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy,

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 dotyczące zadania 2 oraz zapisów umowy paragraf 5 ustęp 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie do 12 dni roboczych terminu naprawy w przypadku napraw poza granicami RP?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 dotyczące zadania 2 oraz zapisów umowy paragraf 5 ustęp 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 3 dni roboczych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1c:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z naliczania kar umownych za każdą godzinę?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1c:

Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy na czas naprawy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 dotycząc zapisów umowy, SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia zadanie 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzeń fabrycznie nowych wyprodukowanych w min. 2019 r. ?

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną na świecie związaną z pandemią COVID-19 trudnym jest potwierdzenie możliwości produkcyjnych wszystkich elementów składowych wymaganych OPZ i zlecenie ich produkcji w 2020r. Nie jest to zależne od Producentów bezpośrednio i nikt nie jest w stanie przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej związanej z pandemią.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do przygotowania ofert wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 24.07.2020 r. godz. 10⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert: 24.07.2020 r. godz. 11⁰⁰

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

KOMENDANT
105. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO
Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach
plk lek. med. Artur LIPCZYŃSKI
.....
Zamawiający

D.P. tel. 68 470 78 74