105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ w ŻARACH

1920-2020
BITWA WARSZAWSKA

Żary dnia 03.07.2020r.

Znak sprawy: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-23-2020

Do wiadomości wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i materiałów do sterylizacji

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Korekta do udzielonych odpowiedzi z dnia 02.07.2020r. do zestawu I w zakresie pytania 4-9

Zestaw I

Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

   Odp. TAK

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

   Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Parametry Techniczne:
Dotyczy Zadanie nr 8 poz. 2

3. Prosimy Zamawiającego o określenie czynnika sterylizującego do wymaganego testu biologicznego oraz czasu inkubacji.

Odp. Czynnik sterylizacji para wodna /czas inkubacji 24h oraz czynnik sterylizacji tlenek etylenu, czas inkubacji 48h.

Dotyczy Zadanie 8 poz. 3

4. Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odp. ~~TAK~~ . Zamawiający dopuszcza.

5. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. ~~TAK~~. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

Odp. ~~TAK~~. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Zadanie 8 poz. 4-5

7. Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odp. ~~TAK~~ . Zamawiający dopuszcza.

8. Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim

Odp. ~~TAK~~ . Zamawiający dopuszcza.

9. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

Odp. ~~TAK~~ . Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadanie 8 poz. 7

10. Czy zamawiający wymaga aby test umieszczony był na metalowej płytce o długości nie mniejszej niż 8 cm, co w rzeczywisty sposób symuluje kontrolę mycia narzędzi stalowych?
    Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z-ca KOMENDANTA
ds. TECHNICZNYCH
105. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO
Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach
Zamawiający
mgr Marzena Sarnecka

D.P. tel: 68 470 78 74