



105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY  
Z PRZYCHODNIĄ  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻARACH

#SZCZEPIMYSIE

Żary, 8 lipca 2021 r.

egz. pojedynczy

Nasz znak: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-15-K-2021

## INFORMACJA NR 1

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn.: „Dostawa podłoży, odczynników i testów dla pracowni bakteriologii wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania wrażliwości na antybiotyki i analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych”*

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 284 ust. 6 oraz w związku z art. 284 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 2019 z późn.zm. – dalej: „ustawa Pzp”) **udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (dalej: „SWZ”).

1. Załącznik 9, pkt. 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h w dni robocze?

**Odp. Zamawiający wymaga reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy do 48 godzin w dni robocze.**

2. Załącznik nr 10, pkt. 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Czas reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy 48h w dni robocze?

**Odp. . Zamawiający wymaga reakcji serwisu od telefonicznego zgłoszenia awarii do naprawy do 48 godzin w dni robocze**

3. Czy w Zadaniu 1, w pozycji 27 Zamawiający wymaga rozróżnienia na tym podłożu Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium na podstawie dwóch różnych kolorów, zgodnie z opisem w instrukcji używania opracowanej przez producenta, co pozwoli uniknąć kolejnych testów i dodatkowych kosztów?

**Odp. Zamawiający wymaga rozróżnienia na tym podłożu Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium na podstawie dwóch różnych kolorów.**

4. Czy w Zadaniu 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora:

„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu.

Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”

lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora i wprowadza (zapis do umowy) w §6ust 9 o treści”:**

„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu.

Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”

**Zamawiający** uzupełnia dokumenty postępowania o wzór umowy przetwarzania danych osobowych obowiązujący u Zamawiającego.

5. Zadanie 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na termin ważności pasków z gradientem stężeń do oznaczania MIC bakterii na min. 7- 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego oraz pasków z gradientem stężeń do mechanizmów oporności na min. 4 – 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający wymaga terminu ważności pasków z gradientem stężeń do oznaczania MIC bakterii i MIC leków przeciwgrzybiczych - min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego oraz pasków z gradientem stężeń do mechanizmów oporności - min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.**

Pytania do Umowy (Załącznik nr 4 - DO ZADANIA NR 1 i 3):

6. §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Przy każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczać oryginał faktury oraz fakturę w postaci elektronicznej. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby

Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres: ..... Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku dostarczenia analizatora lub towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do uzupełnienia braków ilościowych oraz wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.”?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Projektowe postanowienia umowy ze zmianą w załączeniu.**

8. §7 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 200,00 zł za każdy przypadek zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 5?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

9. §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości brutto umowy.”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytania do Umowy (Załącz. nr 3 - DO ZADANIA NR 2):

10. §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Przy każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczać oryginał faktury oraz fakturę w postaci elektronicznej. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres: ..... Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

11. §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na uzupełnienie braków ilościowych oraz wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad do 5 dni roboczych?

**Odp.**

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Projektowe postanowienia umowy ze zmianą w załączeniu.**

12. §7 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 200,00 zł za każdy przypadek zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 5?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

13. §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości brutto umowy.”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

## ZMIANA TREŚCI SWZ

W konsekwencji udzielonych wyjaśnień treści SWZ Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 7 w związku z art. 286 ust. 1 ustawy PZP **zawiadamia o dokonanej zmianie treści SWZ.**

### Zmiana nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do SWZ „**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY DO ZADANIA NR 2)**” załącznika nr 4 do SWZ „**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY DO ZADANIA NR 1 I 3)**”, oraz uzupełnił dokumenty postępowania o wzór umowy przetwarzania danych osobowych obowiązujący u Zamawiającego (do zadania nr 1 i 3).

**Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ rozdział III 6 Prawo opcji na zapis:**

**„1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy PZP, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 10% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy**

**2. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie.”**

**Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do SWZ „PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY DO ZADANIA NR 2) §2 ust 13 na zapis :**

**„Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy PZP, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 10% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy”**

**Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 4 do SWZ „PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY DO ZADANIA NR 1,3) §2 ust 13 na zapis :**

**„Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy PZP, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 10% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy”**

Z uwagi na powyższe Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępnił zmieniony załącznik 3, 4 do SWZ , SWZ i wzór umowy przetwarzania danych osobowych.

## **INFORMACJA O PRZEDŁUŻONYM TERMINIE SKŁADANIA OFERT**

Mając na uwadze dyspozycję art. 284 ust. 2 i 3 ustawy PZP, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 informuje o przedłużonym terminie składania ofert z 13 lipca 2021 r., godzina 09:00 na **15 lipca 2021 r., godzina 09:00**.

Nowy termin otwarcia ofert to: **15 lipca 2021 r., godzina 09:30**.

## **ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

W konsekwencji czego na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez zawarcie informacji o zmianie wartości prawa opcji i o przedłużonym terminie składania ofert.

## **ZATWIERDZIŁ**

(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego)

Sporządziła: Starszy referent  
Danuta Popiel, tel. 68 47 07 874  
data wykonania 8 lipca 2021r.  
T:2612