

Żary dnia 19.03.2018r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żarach

DZP-3830-08(1)/18

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z uczestnictwem w postępowaniu proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Dotyczy Zadania nr 2

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nie oznaczającego hemoglobiny płodowej, pracującego w oparciu o elektrody bezobsługowe o żywotności 12 lub 18 miesięcy w zależności od rodzaju i czujników pomiarowych do oznaczania glukozy i mleczanów o żywotności 20 dni?

Odp. Tak

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o odczynniki oraz płynne kalibratory konfekcjonowane w 3 pojemniki, kalibrującego się 1 punktowo co godzinę, 2 punktowo raz na 12 godzin oraz wykonującego kalibracje systemową co 24 godziny?

Odp. Nie

3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora oznaczającego wymagane parametry z krwi pełnej, surowicy, osocza, dializatów i materiału kontrolnego oraz wykonującego pomiar wszystkich parametrów z próbki o objętości 210 mikrolitrów w 4 torach pomiarowych z wykorzystaniem 3 elektrod referencyjnych?

Odp. Nie.

4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykonującego oznaczenia bezpośrednio z kapilary lub strzykawki, wyposażonego w zewnętrzny ruchomy czytnik kodów kreskowych, który wymaga skonfigurowania zlecanych parametrów przed podaniem próbki?

Odp. Tak

Dotyczy Zadania nr 3

5. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o elektrody bezobsługowe wymieniane niezależnie od siebie, odczynniki i płynne kalibratory konfekcjonowane w 3 osobne pojemniki, oznaczającego wymagane parametry z krwi pełnej, surowicy, osocza, dializatów i materiału kontrolnego w czasie do 120 sekund z próbek o objętości do 210 mikrolitrów i wyposażonego w zewnętrzny niewbudowany czytnik kodów kreskowych oraz z możliwością archiwizacji danych na USB?

Odp. Nie.

Dotyczy Zadania nr 1 - Pakiet A i B, pkt. 16 warunków wymaganych, Załącznik nr 11:

6. Czy Zamawiający dopuści aby ww warunek był spełniony przez paski?

Odp. Tak

Dotyczy Zadania nr 1 - Pakiet A i B, pkt. 18 warunków wymaganych, Załącznik nr 11:

7. Prosimy o doprecyzowanie czy poprzez "dane kalibracji" Zamawiający wymaga możliwości wydruku wartości dla wszystkich oznaczanych parametrów a nie jedynie informacji o pozytywnym przeprowadzeniu kalibracji?

Odp. Zamawiający wymaga wydruku dla wszystkich oznaczanych parametrów.

Dotyczy Zadania nr 1 - Pakiet A i B, pkt. 19 warunków wymaganych, Załącznik nr 11:

8. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania pasków z czułością dla pola białka 12-18 mg/dl?

Odp. Tak

Dot. Załącznik nr 6 - umowa - projekt

9. Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu.

10. Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Par. 6 ust. 1, pkt A lit. a, c Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Par. 6 ust., pkt A, 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

14. Par. 6 ust. 1, pkt A, lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na "100zł"?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Par. 8 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dodaje projekt umowy wg załączonego wzoru.

Dotyczy Pakietu nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący oceny: pH,pCO₂,pO₂,Hb,sO₂,K,Na,glukoza,mleczany,FO₂Hb,COHb,HHb,MetHb?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści analizator mający możliwość podania próbki do aparatu bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary?

Aspiracja próbki zarówno z kapilary jak i ze strzykawki odbywa się przez uniwersalny port próbki, który pełni jednocześnie rolę tzw. "wyłapywacza skrzepu". Dzięki zastosowaniu uniwersalnego portu próbki operator nie musi trzymać kapilary/strzykawki pod sondą w czasie aspiracji.

Odp. Nie.

3. Czy Zamawiający dopuści analizator, który posiada możliwość wyboru poszczególnych parametrów, z głównego ekranu menu tuż przed podaniem próbki do aparatu?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający zaprogramowaną automatyczną kalibrację 1 i 2-punktową za pomocą gazów zawartych w pakiecie odczynnikowym?
Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych butli z gazami.
Odp. Nie.
5. Czy Zamawiający dopuści analizator, który posiada pakiet z zamkniętym systemem ścieków, zintegrowany z pakietem płuczącym?
Odp. Nie.
6. Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym elektrody (biosensory) są wbudowane w pakiet odczynnikowy i wymieniane razem z pakietem co 28 dni?
Takie rozwiązanie powoduje, że nie ma konieczności wymiany membran w elektrodach oraz przeprowadzania odbiałczania oraz kondycjonowania elektrod i toru pomiarowego próbki. Wraz z wymianą pakietu odczynnikowego otrzymujemy nowy zestaw elektrod (co 28 dni).
Odp. Nie.
7. Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością przedstawienia wyników w j. polskim, który posiada możliwość graficznego przedstawienia wyników kontroli jakości w postaci wykresu Levey-Jenningsa?
Odp. Tak.
8. Czy Zamawiający dopuści analizator, który ma możliwość wykonywania oznaczenia w: krwi pełnej (tętniczej, żylniej i kapilarnej), płyny kontroli jakości, dializat, płyn opłucnowy?
Odp. Tak.
9. Czy Zamawiający dopuści analizator typu kasetowego, który do pracy potrzebuje 3 kaset: pomiarowej, płucząco-zlewkowej oraz automatycznej kontroli jakości?
Każdą z kaset można wymieniać pojedynczo.
Odp. Nie.
10. Czy Zamawiający dopuści analizator, który archiwizuje wyniki pacjentów oraz QC w pamięci aparatu? Dodatkowo posiada możliwość przedstawienia wyników kontroli jakości w postaci wykresu Levey-Jenningsa.
Odp. Tak.
11. Czy Zamawiający dopuści analizator typu kasetowego, który do pracy potrzebuje 3 kaset: pomiarowej, płucząco-zlewkowej oraz kasety automatycznej kontroli jakości?
Elektrody (biosensory) są wbudowane w pakiet odczynnikowy i wymieniane razem z pakietem co 28 dni.
Odp. Nie.

Dotyczy Pakietu nr 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie modyfikacji formularzy asortymentowo – cenowych polegającą na przeniesieniu znaku „X” z wiersza ”RAZEM” do ostatniej komórki w kolumnach „cena netto” oraz „cena brutto” co pozwoli na zsumowanie wartości netto i brutto w tabelach.

Odp. Zamawiający wprowadza modyfikację formularzy asortymentowo – cenowych polegającą na przeniesieniu znaku „X” z wiersza ”RAZEM” do ostatniej komórki w kolumnach „cena netto” oraz „cena brutto” co pozwoli na zsumowanie wartości netto i brutto w tabelach.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z-ca Dyrektora
Ekonomiki i Techn.
Eksploatacji i Pielęgnacji
Zakładu Opieki
Zamawiający