

Żary dnia 21.08.2018r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żarach

DZP-3830-24(1)/18

Do wiadomości wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

Dotyczy załącznika nr 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie poz. 16 (Rubella Virus IgG), poz. 17 (Rubella Virus IgM), poz. 20 (Cytomegalowirus IgG), poz. 21 (Cytomegalowirus IgM) z formularza asortymentowo – cenowego z zadania nr 3?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, w załączeniu załącznik nr 9 po zmianach.

I. Dotyczy SIWZ, Umowa – projekt (do zadania nr 1,2,3) – Załącznik nr 6 do SIWZ:

§4 ust. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT, a faktura elektroniczna była kopią oryginału?

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informacje handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru.

Jeżeli tak prosimy o modyfikację zapisu na:

„Po każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginal faktury oraz jej kopię w postaci elektronicznej”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, i wprowadza powyższą modyfikację.

II. Dotyczy SIWZ, Rozdział IV. Termin wykonania i miejsce realizacji zamówienia, pkt 1. tiret pierwszy w zakresie pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści dostawę analizatora w zakresie **pakietu nr 1** – max do 90 dni od dnia podpisania umowy?

Odp. Tak.

III. Dotyczy SIWZ, Formularz asortymentowo - cenowy (dot. zadania nr 1) – Załącznik nr 7 do SIWZ, L.p. 1, pkt 4:

Czy Zamawiający dopuści by w zaoferowanym aparacie była możliwość jednoczesnej pracy wyłącznie na **jednym** typie próbek systemu zamkniętego pobierania krwi?

Odp. Tak.

W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z następującymi zapytaniami w zakresie zadania nr 2:

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do diagnostyki alergii, w których przy zastosowaniu metody automatycznej wymagane jest 210 ul surowicy? Przy zastosowaniu manualnej inkubacji wymagana objętość próbek wynosi 175 ul.

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do diagnostyki alergii w pozycjach 4,6 oraz 8 (testy ilościowe), które zamiast linii kontrolnej zawierają linie kalibratorów. Proces inkubacji został przeprowadzony prawidłowo jeżeli wystąpi zabarwienie pasm kalibratorów.

Odp. Tak

Dotyczy zadania nr 1

1. Czy zamawiający w zadaniu 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do automatycznego odczytu OB bez wykorzystania odczynników, płynów reakcyjnych, natomiast usuwający ścieki po wykonanym badaniu? Aparat musi utylizować pobrany materiał do wykonania badania, by użytkownik mógł dalej postępować zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. Rozdział 3.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 2

2. Prosimy o wyjaśnienie jakie badanie zamawiający miał na myśli w zadaniu 2. Pozycja 18 oraz 19 (ANA-Detect, ANA-Screen)

Odp. ANA-Screen badanie przesiewowe do wykrywania przeciwciał przeciw jądrowych tzw. ANA, ANA Detect, przeciwciała przeciwjądrowe o dużej liczbie komponentów tzw. ANA 1 .

- ANA Detect: SS-A-52 (Ro-52), SS-A-60 (Ro-60), SS-B (La), RNP/Sm, RNP-70, RNP-A, RNP-C, Sm-BB, Sm-D, Sm-E, Sm-F, Sm-G, Scl-70, Jo-1, dsDNA, ssDNA, polynucleosomes, mononucleosomes, histone complex, histone H1, histone H2A, histone H2B, histone 3, histone H4, Pm-Scl-100, centromere B.

- ANA Screen: SS-A 60, SS-A 52, SS-B, RNP-70, Sm, RNP/Sm, Scl-70, centromere B, Jo-1.

Dotyczy zadania nr 3

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 3 aparatu który umożliwi nastawienie 24 różnych parametrów?

Odp. Tak.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH
185. KRAKOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Andrzej Sodkiewicz