




105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ w ŻARACH



Żary 29.05.2019 r.

Do wiadomości Wykonawców

105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-16-2019(1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów z wyposażeniem dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

ZESTAW I

Załącznik nr 6

RESPIRATOR TRANSPORTOWY PLUS UCHWYT PLUS ZESTAW TLENOWY

lp. 173

1. Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w akcesoria wymagane w tym punkcie, ale bez butli O₂? W przypadku zakupienia takiej butli Zamawiający musiałby ponieść dodatkowe koszty na jej „legalizację” u dostawcy gazów dla szpitala.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający będzie wymagać drenu spiralnego do podłączenia do instalacji O₂, który zajmuje znacznie mniej miejsca od zwykłego drenu.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ.

lp. 176

1. Czy Zamawiający dopuści respirator wysokiej klasy z większą ilością trybów wentylacji: z tożsamy trybem VC-CMV, a ponadto VC-AC, SPN-CPAP z opcjonalną możliwością rozbudowy w przyszłości o VC-SIMV, SPN-CPAP/PS z NIV oraz PC-BIPAP, a także dalszą możliwością rozbudowy o pomiar CO₂ przez respirator?

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowany respirator pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Specyfikacji parametrów technicznych.

2. Czy Zamawiający będzie wymagać trybu RKO – tj. Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, który jest dostępny bezpośrednio z ekranu głównego?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

3. Czy Zamawiający będzie wymagać możliwości rozbudowy respiratora w przyszłości o pomiar CO₂?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

lp. 177

Czy Zamawiający dopuści respirator wysokiej klasy z większą ilością trybów wentylacji: VC-CMV, VC-AC, SPN-CPAP oraz tryb RKO z opcjonalną możliwością rozbudowy w przyszłości o VC-SIMV, SPN-CPAP/PS z NIV oraz PC-BIPAP, a także dalszą możliwością rozbudowy o pomiar CO₂?

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowany respirator pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Specyfikacji parametrów technicznych.

lp. 181

Czy Zamawiający dopuści respirator wysokiej klasy z elektronicznym manometrem i wbudowaną zastawką oddechową z możliwością monitorowania i ustawienia górnej granicy alarmu ciśnienia w drogach oddechowych Pmax od 20 do 60 mbar?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

lp. 182

Czy Zamawiający dopuści respirator wysokiej klasy z możliwością ustawienia air mix 40% i 100% O₂?

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowany respirator pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Specyfikacji parametrów technicznych.

lp. 184

Czy Zamawiający dopuści respirator wysokiej klasy z regulacją objętości oddechowej w zakresie 100 – 2000 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

lp. 187

Czy Zamawiający dopuści respirator wysokiej klasy z zasilaniem z wbudowanego akumulatora z czasem pracy na 8 godzin, 9 godzin pracy bez czujnika CO₂ i obniżonej jasności ekranu? Akumulator litowo-jonowy powinien być wymieniony co 2 lata, jeśli spełnia parametry przewidziane przez producenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

lp. 190

Czy Zamawiający dopuści respirator wysokiej klasy o wadze respiratora ok. 3,6 kg?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

lp. 191

Czy Zamawiający dopuści respirator wysokiej klasy o ciśnieniu roboczym od 2,7 do 5,9 bar?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

lp. 192

Czy Zamawiający dopuści respirator wysokiej klasy wygodniejszymi w pracy układami jednorazowymi?

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowany respirator pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Specyfikacji parametrów technicznych.

lp. 193

Czy Zamawiający dopuści respirator wysokiej klasy z wbudowaną zastawką PEEP, której nie trzeba sterylizować, a więc ponosić dodatkowych kosztów?

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowany respirator pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Specyfikacji parametrów technicznych.

lp. 195

Czy Zamawiający dopuści respirator wysokiej klasy wyposażony w dedykowany przycisk do obrotu kolorowego ekranu o 180°, niskie zużycie O₂ dzięki technologii DuoFlow, uchwyt do przenoszenia respiratora umieszczony idealnie w środku ciężkości urządzenia, pasek na ramię, system transportowy z przygotowaniem pod butlę O₂ z odpowiednim reduktorem oraz możliwością jego zamocowania do noszy, pasek na ramię do przenoszenia respiratora wraz zestawem transportowym, pomarańczową torbę na akcesoria z wygodnym zapianiem na rzep wykonaną z materiału Cordura do transportu akcesoriów niezbędnych w trakcie wentylacji pacjenta?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW II

Dotyczy umowy:

1. §5 pkt. 6- prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie i uszczegółowienie zapisu dotyczącego pokrycia przez Wykonawcę wszelkich kosztów związanych z naprawami i przeglądami gwarancyjnymi?

Odp. Zamawiający szczegółowo określił swoje wymagania w tym zakresie w SIWZ i projekcie umowy.

2. §5 pkt.7,10 i 11- prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapisy w tych punktach dotyczą tylko sprzętu medycznego i zabudowy sanitarnej.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ambulansów wyposażonych w standardowe halogenowe światła dzienne, mijania i drogowe. Pragniemy zauważyć, iż uszczegóławianie tego parametru w ten sposób znacząco ogranicza konkurencyjność postępowania ponieważ tego typu światła są drogą opcją w samochodzie i są rzadkością w ambulansach i trzeba takie pojazdy specjalnie zamawiać z terminem oczekiwania do 120 dni. Zamawiający oczekuje dostawy w ciągu zaledwie 30 dni co pozwala sądzić iż ambulanse z takimi światłami mogą być już przygotowane do przedmiotowej dostawy. Prosimy o dopuszczenie wskazanego powyżej rozwiązania w technologii halogenowej jako równowaznej i nieograniczającej konkurencji w tym postępowaniu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie dość zawilego i niezrozumiałego zapisu „*Dodatkowy elektroniczny system wspomagający, układ uaktywniający się poprzez automatyczne hamowanie w razie zagrożenia wjechania w tył pojazdu poprzedzającego*”. Treść tego zapisu pozwala Wykonawcy na wiele interpretacji co może prowadzić do odmiennych stanowisk Zamawiającego i Wykonawcy.

Odp. Zamawiający szczegółowo określił wymagania i nie ma potrzeby interpretacji.

5. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym przez 3 wyloty chłodnego powietrza co jest zgodne z PN EN 1789 i potwierdzone raportem z badań wykonanych przez niezależną jednostkę jaką jest Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby fotel u węzłowia noszy posiadał możliwość dosunięcia i odsunięcia od noszy w każdym momencie eksploatacji bez użycia dodatkowych narzędzi co jest funkcjonalnym rozwiązaniem stosowanym jako standard w tego typu ambulansach i umożliwia optymalne przemieszczanie się z kabiny kierowcy do przedziału medycznego?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

7. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści aby regulacja temperatury termoboxu i jej odczyt odbywał się bezpośrednio na urządzeniu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający na zadzie równoważności dopuści mocowanie lodówki o pojemności 7 litrów zasilanej z 12V lub 230V w zewnętrznym schowku za lewymi drzwiami przesuwными?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW III

Pytanie 1

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści transporter wyposażony w system spełniający wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność odciążający ratowników podczas podnoszenia i opuszczania transportera?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie tak samo punktował w pkt. 122 systemy spełniające wymaganą przez Zamawiającego rzeczywistą funkcjonalność a nie konkretne rozwiązanie techniczne np. sprężyny gazowe?

Odp. Tak, Zamawiający będzie punktował za system regulacji wysokości transportera wspomagany mechanicznie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania transporter niezgodny z wymaganiami aktualnej normy ?

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu medycznego niespełniającego aktualnych norm.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści transporter który nie posiada możliwości prowadzenia w bok do kierunku jazdy na zewnątrz budynków ?

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Zamawiający w pkt. 132 opisał konkretne rozwiązanie technologiczne tj. uchylne uchwyty.

Czy Zamawiający dopuści transporter spełniający funkcjonalną potrzebę Zamawiającego tj. posiadający dodatkowe chowane uchwyty ułatwiające pracę w przypadku transportów pacjentów o znacznej wadze?

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania krzesło kardiologiczne o kółkach w rozmiarze 150mm i 125mm, z siedziskiem i oparciem wykonanym ze specjalnej powłoki winylowej łatwej do czyszczenia i dezynfekcji z możliwością szybkiego i łatwego demontażu, umożliwiającej transport pacjentów o wadze 250 kg?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści krzesło zgodne z wymaganiami aktualnej normy o udźwigu 159 kg, wadze 10 kg, kółkach w rozmiarze 50 i 75 mm i szerokości 500 mm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści krzesło kardiologiczne o udźwigu 250 kg i wadze 11,8 kg z możliwością rozbudowy o system płozowy służący do sprowadzania ciężkich pacjentów po schodach?

Odp. Poza parametrami opisanymi w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Specyfikacji parametrów technicznych.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści krzesło kardiologiczne którego siedzisko i oparcie wykonane jest z materiału winylowego wysokiej odporności, odpornego na ścieranie, pęknięcia i umożliwiające łatwe czyszczenie i dezynfekcje z możliwością szybkiego i łatwego demontażu ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Prosimy o wyjaśnienie jaką funkcjonalność miał Zamawiający na myśli opisując przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka?

Odp. Zamawiający miał na myśli takie rozwiązanie, w którym elementy obudowy ssaka chronią zwinięty przewód przed przypadkowym uszkodzeniem.

Pytanie 11

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ssak spełniający wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność z przewodem silikonowym umieszczonym w torbie ochronnej która zabezpieczy go przed uszkodzeniami przez elementy obudowy ssaka ?

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Specyfikacji parametrów technicznych.

Pytanie 12

Zamawiający w pkt. 156 opisał konkretne rozwiązanie technologiczne a nie funkcjonalność tj. słój umieszczony w koszyku zabezpieczającym.

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ssak ze słojem do sterylizacji w autoklawie o pojemności 1l umieszczonym w obudowie i torbie ssaka zabezpieczającej go przed uszkodzeniami z każdej ze stron ? Takie rozwiązanie spełnia wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność .

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Specyfikacji parametrów technicznych.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak akumulatorowy znanego włoskiego producenta o temperaturze pracy od 0 do +50 stopni Celsjusza ?

Uzasadnienie:

Zamawiający wymaga żeby ssak posiadał temperaturę pracy od -5 do + 50 stopni Celsjusza, ale płyny ustrojowe takie jak krew, ślina, , itp. mają temperaturę zamarzania 0 stopni Celsjusza. W związku z tym płyny ustrojowe odsysane w temperaturze poniżej 0 stopni będą zamarzać w cewniku, drenie i pojemniku ssaka. Chciałbym również podkreślić że zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji personel medyczny ma podczas prowadzenia resuscytacji walczyć z odwracalnymi przyczynami resuscytacji /4TH, 4T/ . Jedną z przyczyn odwracalnych jest hipotermia. Zespół Ratownictwa Medycznego ma prowadzić resuscytację i stosować ocieplanie pacjenta. Zgodnie z tymi wytycznymi zespół będzie dążyć do przemieszczenia pacjenta do pomieszczenia albo ambulansu, gdzie temperatura będzie wyższa od 0 stopni Celsjusza.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Zamawiający w pkt. 163 określił konkretne parametry techniczne mające na celu ograniczenie konkurencji, nie mające wpływu na rzeczywistą funkcjonalność. Ssak zgodnie z pkt. 161 ma posiadać uchwyt karetkowy co oznacza, że najprawdopodobniej będzie przechowywany w ambulansie. W ambulansie działającym w systemie PRM nie panuje temperatura opisana przez Zamawiającego w pkt. 163. W związku z powyższym.

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ssak spełniający wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność tj. możliwość przechowywania w skrajnie niskich i wysokich temperaturach, od -25 do 55 stopni Celsjusza?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator posiadający dwa źródła zasilania z czego zasilanie bateryjne dotyczy tylko i wyłącznie modułu alarmów?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator posiadający tylko i wyłącznie jedno źródło zasilania pneumatyczne lub bateryjne?

Dwa źródła zasilania są nie ekonomiczne w związku z ciągłą koniecznością ładowania, wymiany baterii. Posiadając respirator zasilany pneumatycznie nie istnieje ryzyko awarii urządzenia związane z brakiem zasilania elektrycznego. Do jego pracy wymagane jest tylko jedno źródło zasilania, tlen będący na wyposażeniu każdego zespołu ratownictwa medycznego.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści respirator zasilany pneumatycznie, posiadający możliwość przeprowadzenia autotestu po każdym uruchomieniu respiratora ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści respirator spełniający wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność w pkt. 176 i 177 tj. wyposażony w tryby wentylacji CMV i CMV/Demand ?

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Specyfikacji parametrów technicznych.

Pytanie 19

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści respirator posiadający możliwość wentylacji 100% tlenem i mix tlenowy na poziomie 50 %.

Niższa wartość mixu tlenowego jest korzystna dla zespołów ratownictwa medycznego ponieważ umożliwia dłuższy czas wentylacji w związku z mniejszym zużyciem tlenu.

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Specyfikacji parametrów technicznych.

Pytanie 20

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści respirator spełniający wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność, posiadający możliwość niezależnej regulacji objętości i częstości oddechowej ?

Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w pkt. 183 wymaga niezależnej regulacji objętości minutowej i częstotliwości oddechowej.

Pytanie 21

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści respirator posiadający możliwość regulacji objętości oddechowej w zakresie 70-1500 ml ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści respirator którego zakres temperatury pracy wynosi -10 - +50 stopni Celsjusza, waga 2,4 kg ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawów jednorazowych tj. przewód pacjenta wyposażony w zawór pacjent w ilości 10 kpl. na każdy ambulans w zamian za przewód silikonowy i zawór pacjenta do sterylizacji ?

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Specyfikacji parametrów technicznych.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wymaga aby respirator posiadał wbudowaną zastawkę PEEP ?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści torbę tlenową nie posiadającą dodatkowych bocznych kieszeni?

Oferowana torba posiada specjalne przegrody, które spełniają wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność tj. możliwość umieszczenia dodatkowych akcesoriów ?

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w Specyfikacji parametrów technicznych.

ZESTAW IV

1) Dotyczy „Nadwozie pkt. 6”.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego samego typu fotela dla kierowcy jaki i dla pasażera tj. z podłokietnikami, z regulacją w 3 płaszczyznach, z elektryczną i z manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego?

Wyjaśnienie.

Fotele z amortyzacją stosowane są raczej w pojazdach gdzie kierowcy przemierzają jednorazowo tysiące kilometrów (tzw. tiry) a nie w ambulansach gdzie takie fotele bardziej przeszkadzają niż pomagają w prowadzeniu pojazdu (specyfika pracy przy jeździe na sygnale ambulansów to przecież częsta zmiana pas ruchu, przyspieszanie, gwałtowne hamowanie). Funkcja amortyzacji powiązana jest bardzo często z funkcją masażu a przecież ratownik/kierowca ma za zadanie w jak najkrótszym czasie dotrzeć do miejsca udzielania pomocy a w trakcie jazdy ma koncentrować się na bezpiecznej jeździe a nie korzystać z funkcji amortyzacji czy masażu. Co więcej fotele z ww. opcjami kosztują kilka tysięcy które można przeznaczyć na bardziej potrzebne elementy ambulansu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2) Dotyczy „Nadwozie pkt. 28”

Jakie elementy systemu SWD dostarczy Zamawiający wybranemu Wykonawcy?

Wyjaśnienie:

W skład systemu SWD ambulansu wchodzi: tablet, stacja dokująca do tabletu, drukarka, uchwyt drukarki, moduł GPS (moduł Teltonika). Czy wszystkie ww. elementy zostaną dostarczone przez Zamawiającego?

Odp. Stacja dokująca z zasilaczem, moduł Teltonika, tablet, drukarka pozostają po stronie Zamawiającego. Reszta elementów systemu SWD pozostaje po stronie Wykonawcy.

3) Dotyczy „Nadwozie pkt. 28”

Czy Zamawiający dostarczy do siedziby Wykonawcy na swój koszt elementy SWD do zamontowania w ambulansach?

Odp. Tak.

4) Dotyczy „Nadwozie pkt. 34” i „Instalacja elektryczna pkt. 69”

Czy na zasadzie równoważnej Zamawiający dopuszcza do zaoferowania system sterowania instalacją elektryczną umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie ambulansu a posiadający inne niż wskazane w pkt. 34 i 69 panele sterujące i ich funkcję tj. czy Zamawiający dopuszcza: Panel w kabinie kierowcy z mikrostrykami (nie dotykowy) umożliwiającą:

- sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze),
- sterowanie pracą dodatkowych sygnałów pneumatycznych,
- informującymi o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V,
- informującymi o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy,
- informującymi o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego.

Panel w przedziale medycznym z mikrostrykami (nie dotykowy) umożliwiającą:

- sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału medycznego,
- sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego,
- sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji,
- sterowaniem termoboxem (wyświetlający temperaturę w termoboksie)
- wyświetlanie temperatury w przedziale medycznym oraz temperatury na zewnątrz pojazdu,
- funkcje zegara i kalendarza (możliwość dodatkowego urządzenia z tymi funkcjami),

Wyjaśnienie:

Dotychczas opisane panele sterujące charakterystyczne są wyłącznie dla jednego Wykonawcy. Ponadto panel typu „touch screen” są zdecydowanie droższe i bardziej narażone na uszkodzenia niż panele z mikrostykami. Pragniemy nadmienić iż panele sterujące jakie chcielibyśmy zaoferować Zamawiającemu użytkowane są bezawaryjnie w ambulansach na terenie całego kraju i w 100% umożliwiają prawidłową eksploatację pojazdów.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

5) Dotyczy „Układu hamulcowego pkt. 46”

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse wyposażone w „system wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania” bez dodatkowych systemów kontrolujących odległość od pojazdów poprzedzających, które de facto utrudniają jazdę ambulansu na sygnałach?

Wyjaśnienie:
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń związanych z użytkowaniem ambulansów wyposażonych w systemy kontrolujące ich odległość od pojazdu poprzedzającego większość producentów ambulansów wycofała się z promowania ww. systemu ze względu na fakt iż przeszkadzał on w trakcie jazdy „na sygnale”. Pojazd z takim systemem automatycznie zwalnia przed poprzedzającym pojazdem i utrudnia manewr wyprzedzania. Oczywiście w przypadku „zwykłych” samochodów jest to system bardzo przydatny i poprawiający bezpieczeństwo lecz w przypadku ambulansów ratunkowych jest elementem zbytecznym, przeszkadzającym i niepotrzebnie podrażającym ich cenę.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6) Dotyczy „Układu hamulcowego pkt. 46”

Czy w przypadku zaoferowania ambulansu wyposażonego w system kontrolujący jego odległość od pojazdu poprzedzającego ma się ten system automatycznie deaktywować w przypadku włączenia sygnalizacji świetlna-dźwiękowej?

Odp. Zgodnie z SIWZ Zamawiający szczegółowo określił swoje wymagania w tym zakresie.

7) Dotyczy „Ogrzewania i wentylacji pkt. 60”

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansów z klimatyzacją automatyczną przedziału medycznego zgodną z normą PN-EN 1789 lecz z wylotami znajdującymi się nie w suficie ale w ścianie działowej?

Wyjaśnienie:

Dotychczasowe wymagane rozwiązanie techniczne charakterystyczne jest dla jednego Wykonawcy i zdecydowanie utrudnia wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym innym producentom ambulansów.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

8) Dotyczy „Sygnalizacji świetlna-dźwiękowej i oznakowania pkt. 71”

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse wyposażone w tylną sygnalizację świetlną takiego samego typu jak przednią tj. w belkę świetlną umieszczoną w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlenia przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów?

Wyjaśnienie:

Jeżeli dla przedniej części ambulansu belka jest dobrym rozwiązaniem to będzie również dobrym dla tylnej jego części. Poza tym belka jest rozwiązaniem zdecydowanie tańszym i łatwiejszym w naprawie niż sygnalizacja zintegrowana.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

9) Dotyczy „Przedział medyczny i jego wyposażenie” pkt. 83

Czy Zamawiający dopuszcza by miejscem montażu urządzenia do uciskania klatki piersiowej był

zewewnętrzny schowek (za lewymi drzwiami przesuwными) z dostępem z przedziału medycznego?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

10) Dotyczy „Przedział medyczny i jego wyposażenie” pkt. 83
Jakie urządzenia do kompresji klatki piersiowej jaki będą przewożone w ambulansach (prosimy o podanie marki i modelu)?

Odp. Zamawiający nie dokonał jeszcze zakupu powyższego urządzenia. Szafkę z miejscem na w/w urządzenie należy dostosować do wymiarów standardowych urządzeń dostępnych na rynku.

11) Dotyczy „Przedział medyczny i jego wyposażenie” pkt. 84
Czy wymagana lodówka ma być umieszczonym w zabudowie meblowej przedziału medycznego pojemnikiem termoizolacyjnym zasilanym z sieci 12V i zapewniającym utrzymanie temperatury niższej o 20 stopni od temperatury otoczenia (najniższa możliwa temperatura to 5 stopni Celsjusza) czy też ma być lodówką sprężarkową umożliwiającą utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury otoczenia?

Wyjaśnienie:

W ambulansach stosowane są zarówno pojemniki termoizolacyjne tzw. coolboxy jak i „lodówki sprężarkowe”. Różnica między nimi jest tak że lodówka posiada sprężarkę zapewniającą utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury powietrza i jest trzy razy droższa od pojemnika termoizolacyjnego.

Poniżej linki do stron z informacjami dotyczącymi powyższych produktów:
Pojemnik termoizolacyjny:

<https://www.dometic.com/pl-pl/pl/produkty/%C5%BCywno%C5%9B%C4%87-i-napoje/ch%C5%82odzenie/agregaty-ch%C5%82odnicze/dometic-tropicool-tb-w203--64096>

Lodówka sprężarkowa:
<https://www.dometic.com/pl-pl/pl/produkty/żywność-i-napoje/chłodzenie/lodowki/dometic-coolmatic-mr-07--193742>

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązania poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ.

12) Dotyczy „Przedział medyczny i jego wyposażenie” pkt. 82, 83, 84, 85, 87
Czy na zasadzie równoważnej Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zabudowę specjalną (meblową) w przedziale medycznej wykonaną odmiennie od dotychczas opisanej (inne miejsce zabudowy np. lodówki, urządzenia do masażu klatki piersiowej, szafka na zamek szyfrowy zamiast na kluczyk itd.) a zapewniającą taką samą funkcjonalność?

Wyjaśnienie:

Każdy z producentów ambulansów posiada własny wzór zabudowy, który wyróżnia go spośród konkurencji. Zapis o dopuszczeniu zabudowy równoważnej zapewnia o zachowaniu uczciwej konkurencji przez Zamawiającego i dopuszcza różnych producentów ambulansów sanitarnych do udziału w niniejszym postępowaniu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

13) Dotyczy „Dodatkowego wyposażenia pojazdu” pkt. 103”
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse wyposażone w zestaw naprawczy do opon, z kołami zapasowymi dostarczonymi „luzem”?

Wyjaśnienie:

W związku z faktem iż Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów o DMC do max. 3,5 t proponowane rozwiązanie pozwoli na zachowanie odpowiedniej rezerwy masowej na dodatkowy sprzęt medyczny (tj. jak masażery) i nie pozbawi Zamawiającego otrzymania kół zapasowych wraz z ambulansami.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

ZESTAW V

Dotyczy Noszy głównych:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów, potwierdzających zgodność noszy reanimacyjnych z normami PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 (tj. polskimi normami zharmonizowanymi ujętymi w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w postaci certyfikatów wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi certyfikację wyrobów medycznych na terenie Unii Europejskiej oraz zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, że spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność noszy z normami PN-EN 1789 i PN-EN 1865 wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nasze główne z transporterem renomowanego europejskiego producenta bez półki uniwersalnej mocowanej na stałe do ramy noszy?

Wyjaśniamy, iż rozwiązanie opisane w SIWZ przez Zamawiającego obniża funkcjonalność noszy reanimacyjnych, utrudniając przeprowadzenie szybkiej reanimacji pacjenta. W momencie wystąpienia nagłego zdarzenia złożenie oparcia z pacjentem do pozycji horyzontalnej i rozpoczęcie działań ratunkowych możliwe jest dopiero po uprzednim usunięciu przedmiotów znajdujących się na półce.

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający przyzna 5 punktów za transporter noszy głównych posiadający funkcję ALS, która ułatwia podnoszenia transportera na odpowiednią wysokość (7 pozycji) bez potrzeby używania dodatkowych dźwigni, przycisków lub blokad, dzięki czemu ręce operatorów cały czas znajdują się na rączkach służących do podniesienia noszy co podnosi bezpieczeństwo pacjenta i chroni przed przypadkowym opuszczeniem, zamiast opisanego przez Zamawiającego systemu sprężyn gazowych?

Mając na uwadze maksymalną funkcjonalność noszy reanimacyjnych oraz fakt, iż nosze to najważniejszy element medycznego wyposażenia, używany kilkakrotnie w przeciągu doby przez ZRM, podkreślamy, iż proponowane przez nas rozwiązanie podnoszenia noszy z systemem ALS jest lepsze i bezpieczniejsze niż to punktowane przez Zamawiającego, czyli ustawianie wysokości wspomaganie sprężynami gazowymi. Siłowniki gazowe nadają się do płynnego regulowania oparcia pleców, czy nóg, ale w przypadku podnoszenia pacjentów powyżej 100 kg (Zamawiający wymaga noszy o udźwigu powyżej 200 kg) narażają na ryzyko szybkiego uszkodzenia. W trakcie eksploatacji, często dochodzi do awarii sprężyn gazowych co stanowi zagrożenie dla pacjenta i załogi ZRM, ponadto serwis sprężyn gazowych narazi Zamawiającego na wysokie koszty napraw, ponieważ jest to jedna z kosztowniejszych części noszy, która ulega częstym usterkom.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga, aby funkcja prowadzenia noszy bokiem była dostępna poza budynkami, w terenie otwartym, funkcja ta znacznie ułatwi transport pacjenta z i do karetki?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

5. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga aby wszystkie kółka transportera posiadały średnicę przynajmniej 175mm i miały możliwość skrętu o 360 stopni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nasze główne rozłączne renomowanego europejskiego producenta posiadające zamiast wymaganej i opisanej przez Zamawiającego regulacji długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę jedną wysokość najazdu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności powyższe rozwiązanie.

7. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nasze reanimacyjne wyposażone w zintegrowany uchwyt do prowadzenia zamiast opisanych dodatkowych uchylnych uchwytów?

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

8. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nasze reanimacyjne bez możliwości przenoszenia złożonych noszy z zablokowanymi goleniami, funkcja ta wykorzystywana jest praktycznie tylko w sytuacjach serwisowych i znacznie zwiększy cenę końcową produktu?

Odp. Poza rozwiązaniem opisanym w SIWZ Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

9. Pytanie ogólne do sprzętu:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga potwierdzenia autoryzacji na serwis i dystrybucję na terytorium Polski, w postaci dokumentu wystawionego przez producenta?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

10. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści sprzęt demonstracyjny lub używany wyprodukowany nie później niż w 2018 r?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie równoważnie do zawartego w SIWZ.

ZESTAW VI

Pytanie 1.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub lawecie ? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odp. Dostawa może odbyć się na kołach lub lawecie.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

Odp. Zgodnie z SIWZ Zamawiający szczegółowo określił swoje wymagania w tym zakresie.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowa pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,10 m, szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochod w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Wyjaśniamy, że oferowany samochód spełnia wszystkie wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, oraz posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający skrzynię biegów opisaną w Świadectwie Zgodności WE, jako skrzynię automatyczną 6-cio stopniową ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści pojazd bazowy z 2018r, i zabudowę w 2019r. ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik z Euro 6 zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 125 kW (170 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności skokowej 2299cm³ z napędem na oś przednią ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Prosimy o zmianę kryterium z zapisu " przegroda pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem medycznym z otwieranymi drzwiami o wysokości minimalnej 1,70 m " na " przegroda pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem medycznym z otwieranymi drzwiami o wysokości minimalnej 1,70 m lub przegroda pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem medycznym z otwieranymi drzwiami o wysokości minimalnej 1,65 m pod warunkiem istnienia progu o wysokości minimalnej 100 mm zapobiegającemu przedostawaniu się płynów do kabiny kierowcy podczas zmywania i dezynsekcji podłogi itp. zgodnie z wymogami normy PN EN 1789+A2:2015 " ?

Wyjaśniamy, proponowana przez nas zmiana jest bardziej sprawiedliwa w ocenie ofert, a obecnie punktowane rozwiązanie jest stosowane w samochodzie VW Crafter.

Prosimy o zmianę powyższego kryterium i umieszczenie proponowanego zapisu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, bez wskaźnika systemu kontroli ciśnienia w oponach ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14.

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „reflektory przeciwmgielne przednie” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego rozwiązania tj. reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł przeciwmgielnych, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie poza opisanym w SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą posiadający światła pojazdu bazowego typu żarnikowego o zwiększonej jasności świecenia i żywotności ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, bez systemu zapobiegającego niespodziewanym zmianom pas ruchu przez podmuch bocznego wiatru, jeśli pojazd posiada system ESC najnowszej generacji oraz system Extended Grip ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuszcza przebieg ambulansu z fabryki montującej do siedziby Zamawiającego ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW VII

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ambulans zarejestrowane wyprodukowane w 2019r?
Odp. Zamawiający dopuszcza poza opisanym w SIWZ.
2. Czy w związku z pojawiającymi się przypadkami oferowania sprzętu medycznego z poza rynku europejskiego nie posiadających sieci serwisowych na polskim rynku pragniemy zapytać czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia dystrybutora i zarazem gwaranta sprzętu medycznego o posiadaniu serwisu stacjonarnego na terenie Polski?

Odp. Zamawiający wymaga i dołącza oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu serwisu stacjonarnego na terenie Polski (załącznik nr 7 do SIWZ).

ZESTAW VIII

1. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego klucza publicznego do zaszyfrowania ofert w sposób umożliwiający jego prawidłowe zapisanie. Zgodnie z instrukcją korzystania z miniportalu(<https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf>) klucz publiczny Zamawiający musi udostępnić na swojej stronie internetowej wraz z całą doku-

mentacją postępowania. Udostępniony na Państwa stronie internetowej klucz publiczny otwiera się, ale nie ma możliwości jego prawidłowego zapisania na dysku.

Odp. Klucz publiczny do zaszyfrowania ofert został udostępniony na stronie Zamawiającego oraz na miniPortalu w sposób prawidłowy od dnia publikacji.

2. Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez pojęcie pełnej gwarancji wskazane w pkt II ppkt 3 lit. d. SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ.

Odp. Zamawiający określił szczegółowo warunki gwarancji w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

3. Proszę o wyjaśnienie jaki rok produkcji mają mieć oferowane ambulanse. W pkt II ppkt 3 lit. a SIWZ Zamawiający oraz w opisie nad tabelą specyfikacji parametrów technicznych (załącznik nr 6 do SIWZ) wskazał: „rok produkcji min. 2019 r.”, natomiast w specyfikacji parametrów technicznych (załącznik nr 6 do SIWZ) ppkt 3 wskazano, że pojazd bazowy ma być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r.

Odp. Rok produkcji pojazdu bazowego i zabudowy to 2019.

4. Proszę o usunięcie zapisu dot. zainstalowania przedmiotu umowy określonego w pkt II ppkt 10 SIWZ oraz par. 2 ust. 2 projektu umowy, a także zapisów dot. opakowania (XVI ppkt 2 SIWZ oraz par. 2 ust. 2 projektu umowy). Przedmiotem umowy jest dostawa ambulansu, który nie wymaga instalacji. Nie zostanie również dostarczony w opakowaniu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

5. Proszę o ujednolicenie zapisów SIWZ oraz Formularza Oferty i wzoru umowy dot. terminu dostarczenia dokumentów dopuszczających wyroby medyczne do obrotu. W pkt II ppkt 12 SIWZ określono, że dokumenty dopuszczające, czyli deklarację zgodności CE należy złożyć na żądanie Zamawiającego w terminie 8 dni od dnia otrzymania wezwania, w pkt 4 sekcji *Oświadczenia Wykonawcy* Formularza Oferty określono 3 dniowy termin na ich dostarczenie, natomiast par. 3 ust. 6 pkt 6 wzoru umowy stanowi o dostarczeniu m.in. deklaracji zgodności CE wraz z dostawą. Pragniemy zauważyć, że ustawa p.z.p. nie zna trybu wzywania do uzupełnienia dokumentów w terminie 8 dniowym ani 3 dniowym. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p. W pkt V ppkt 2 SIWZ Zamawiający wśród dokumentów, których będzie dotyczyło wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy p.z.p. nie wymienił dokumentów dopuszczających wyroby medyczne do obrotu. Nie wymienił ich również w pkt XI ppkt 1.18., który dot. dokumentów składanych wraz z ofertą. Nie ma zatem podstaw do wzywania do ich uzupełnienia w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Proszę o usunięcie ww. rozbieżności w taki sposób, aby dokumenty dopuszczające wyroby medyczne do obrotu Wykonawca był obowiązany dostarczyć z dostawą wraz z pozostałymi dokumentami określonymi w par. 3 ust. 6 wzoru umowy.

Odp. Zamawiający ujednolicił zapisy. W załączeniu zmienione załączniki do SIWZ.

6. Proszę o ujednolicenie zapisów SIWZ w tym specyfikacji parametrów technicznych (załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą. W załączniku nr 6 do SIWZ wskazano, że deklarację zgodności CE, raport wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną (pkt 136 i 137), certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą potwierdzający spełnienie normy PN EN 1789 (pkt 161 i pkt 174) należy załączyć do oferty. Natomiast w pkt 6 (pod tabelą) oraz w par. 3 ust. 6 wzoru umowy wskazano, że dokumenty te Wykonawca przekazuje wraz z dostarczonym sprzętem.

Odp. Zamawiający ujednolicił zapisy. W załączeniu zmienione załączniki do SIWZ.

7. Proszę o ujednolicenie zapisów SIWZ oraz załączników w zakresie wymaganego przez Zamawiającego okresu gwarancji na lakier oraz perforację blach. W pkt II ppkt 5 SIWZ wskazano na 24 miesięczny okres gwarancji na lakier i 120 miesięczny okres gwarancji na perforację blach, natomiast w załączniku nr do SIWZ (specyfikacja parametrów technicznych) Zamawiający określił, iż okres gwarancji na lakier wynosi 36 miesięcy, a na perforację blach – 96 miesięcy.

Odp. Zamawiający ujednolicił zapisy. Okres gwarancji na lakier wynosi 24 miesiące, a na perforację blach – 120 miesięcy.

8. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez dostosowanie jego treści do obowiązujących przepisów prawa lub o dopuszczenie złożenia oświadczenia na wzorze Wykonawcy. Pragniemy nadmienić, iż Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, ma obowiązek złożyć oświadczenie, które winno odnosić się do przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca nie jest zobowiązany do wskazywania w oświadczeniu listy podmiotów należących z nim do tej samej grupy kapitałowej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Proszę o zmianę pkt II ppkt 15 SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia „Wykonawca odpowiedzialny będzie za terminową dostawę, a także za wykonanie innych obowiązków z nią związanych oraz obowiązków związanych z serwisem w trakcie trwania gwarancji”. Zamawiający wskazał, że Wykonawca odpowiada za „całokształt”, jest to określenie zbyt ogólne, dlatego prosimy o jego zmianę na wyżej zaproponowany zapis.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. Proszę o usunięcie omyłki w pkt XVII ppkt 10 SIWZ poprzez zastąpienie zapisu „Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 i 4” następującym zapisem: „Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 8 ppkt od 1 do 4”. Zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający ma obowiązek podać wszystkie informacje wskazane w ppkt 1-4.

Odp. Zamawiający usunął omyłkę.

11. W związku z zapisem zawartym w pkt XVIII ppkt 4 SIWZ, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie korespondencyjnym oraz że umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym wspólnie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

Odp. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym. Umowa zostanie zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Proszę o zmianę pkt XXIV ppkt 1 SIWZ oraz par. 9 ust. 4 wzoru umowy poprzez usunięcie z nich przesłanek zmiany umowy zawartych w lit. e. i f. Wykonawca powinien posiadać pewność co do tego na jakich zasadach oraz w jakim terminie otrzyma wynagrodzenie za wykonaną dostawę. Określone w umowie zasady dokonywania rozliczeń między stronami nie powinny ulegać zmianie. Zamawiający nie powinien również wymieniać jako przesłanki zmiany umowy braku środków na realizację zadania.

Podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych (zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych jest nim również SPZOZ) powinny zabezpieczyć środki na realizację zamówienia w

budżecie jednostki w chwili wszczęcia postępowania (art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Przedmiotowe postępowanie zgodnie z sekcją II.2.13 ogłoszenia o zamówieniu nie dotyczy także projektu współfinansowanego ze środków UE. Ponadto art. 29 ust. 1 p.z.p. obowiązuje zamawiającego do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Z opisu tego musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji, a zakres zamówienia nie może zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych, a związanych z sytuacją zamawiającego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 września 2005 r. (V Ca 1110/04) „Wykonawcy, przystępując do postępowania przetargowego, dokonują analizy kosztów, która wpływa następnie na wysokość ceny, a ta z kolei jest jednym z podstawowych kryteriów oceny ofert. W zależności od wielkości zamówienia dostawca może wprowadzić określone rabaty. Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości (...) zamówienie w pewnym minimalnym zakresie. Zapisy projektu umowy winny być zmodyfikowane w taki sposób, aby dostawca, stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie, miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać co najmniej określoną część zamówionej ilości towaru”. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt że zasada swobody zmiany umowy o zamówienie publiczne została wyłączona ustawowo Zamawiający nie może zmienić umowy w powyższym zakresie nie podając dokładnie przyczyn będących podstawą dla takich zmian. W przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia, Zamawiający powinien wskazać minimalny zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla przesłanki zawarte w lit. e i f w pkt XXIV ppkt 1 SIWZ oraz par. 9 ust. 4 wzoru umowy

13. Proszę o zmianę pkt 8 zawartego w Formularzu Oferty w taki sposób, aby Wykonawca miał obowiązek podać dane dot. podwykonawców, jeśli są już one znane Wykonawcy na etapie składania ofert. W razie odpowiedzi pozytywnej proszę o dodanie w tabeli w pkt 8 Formularza Oferty po zapisie „Dane dotyczące podwykonawców” słów: „o ile są Wykonawcy znane”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

14. Proszę o zmianę pkt 9 Formularza Oferty poprzez usunięcie zapisu: „i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej łącznej cenie oferty”, ponieważ złożenie oferty nie stanowi zaciągnięcia zobowiązania. Osoba podpisująca ofertę nie musi posiadać również pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

15. Proszę o usunięcie z Formularza Oferty zapisu: „Dla wykazania wiarygodności naszej Firmy w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu, przekazujemy do oferty następujące oświadczenia i dokumenty”. Ustawa p.z.p. nie wymaga, aby do oferty Wykonawcy załączali dokumenty lub oświadczenia uwiarygadniające firmę Wykonawcy. Powyższy zapis jest zbędny i prosimy o jego usunięcie. Do oferty zostaną załączone wyłącznie dokumenty, których wymaga Zamawiający zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

16. Proszę o zmianę par. 1 ust. 1 projektu umowy poprzez zastąpienie zapisu „z dnia.....r.” zapisem: „ogłoszonego w dniu 30.04.2019 r.” oraz z uwagi na występujące powtórzenie usunięcia z niego wyrazów „z wyposażeniem”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

17. Proszę o wyjaśnienie, czy załącznikiem nr 1 do umowy będzie Formularz asortymentowo-cenowy oraz Formularz Oferty, a załącznik nr 2 do umowy stanowić będzie Specyfikacja parametrów technicznych.

Odp. Załącznik nr 1 do umowy stanowić będzie formularz asortymentowo-cenowy, natomiast załącznik nr 2 specyfikacja parametrów technicznych.

18. Proszę o potwierdzenie, że faktura VAT zostanie wystawiona po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

Odp. Zamawiający potwierdza.

19. Proszę o wyjaśnienie par. 2 ust. 4 projektu umowy, gdyż Zamawiający wskazał w nim, że Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury na sprzęt zgodnie z nazewnictwem/zapisem SIWZ. Jednocześnie w par. tym wskazano, że na fakturze nie jest konieczne wyszczególnienie elementów wchodzących w skład kompletu na fakturze. Pragniemy zauważyć, że na fakturze znajdują się dwie pozycje – pozycja dot. ambulansu oraz sprzętu.

Jeżeli Zamawiający życzy sobie rozdzielania asortymentu sprzętowego na poszczególne pozycje prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dokonanie takiego rozbicia na załączniku do faktury.

Odp. Nazwa na fakturze ma być zgodna z tą z formularza asortymentowo-cenowego tj. Ambulans sanitarny z wyposażeniem. W pierwszej pozycji znaleźć powinien się ambulans, w 2 pozycji wyposażenie, bez rozbijania na poszczególne części wyposażenia. Zamawiający dopuszcza dokonanie rozbicia na załączniku do faktury.

20. W związku z koniecznością przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów określających zasady świadczenia serwisu pogwarancyjnego, proszę o potwierdzenie, że obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu pogwarancyjnego ograniczają się do przedłożenia wykazu punktów świadczących serwis pogwarancyjny. Serwis pogwarancyjny będzie wykonywany na koszt i ryzyko Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

21. Proszę o zmianę czasu reakcji serwisu z 48 godzin na 72 godziny oraz o potwierdzenie, że czas reakcji serwisu liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie faxy lub e-mail, z tym zastrzeżeniem, że fax lub e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 15.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 15 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

22. Proszę o wydłużenie wskazanego w par. 5 ust. 13 terminu naprawy z 7 do 10 dni roboczych oraz z 14 do 20 dni roboczych, a także terminu naprawy wskazanego w par. 5 ust. 15 z 7 do 10 dni roboczych. Proszę także o zmianę terminu wskazanego w par. 5 ust. 16 z 4 dni kalendarzowych na 6 dni roboczych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

23. Proszę o potwierdzenie, że §5 ust. 13 wzoru umowy dotyczy tylko napraw wyposażenia medycznego oraz zabudowy. Zamawiający w §5 ust. 15 wzoru umowy wskazuje inny termin napraw dotyczący pojazdu bazowego. W związku z tym terminy określone w §5 ust. 13 wzoru umowy mogą dotyczyć tylko wyposażenia medycznego oraz zabudowy, z wyłączeniem pojazdu bazowego. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości w tym zakresie prosimy o zmianę określenia „przedmiot umowy” zawartego w tym ustępie na „wyposażenie medyczne lub zabudowę”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

24. Proszę o uzupełnienie §5 ust. 15 wzoru umowy przez wskazanie analogicznych zasad napraw co w ust. 13 tego paragrafu, tj. o nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku usterki technicznej pojazdu okres naprawy nie powinien trwać dłużej niż 14 dni roboczych od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili jej zgłoszenia. Termin ten ulega przedłużeniu o czas, w którym Wykonawca nie będzie miał dostępu do przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

25. Z uwagi na okoliczność, że §5 ust. 14 i 16 wzoru umowy częściowo pokrywają się swym zakresem a jednocześnie zawierają sprzeczne zapisy co do długości naprawy uprawniającej do dostarczenia sprzętu zastępczego w zakresie wyposażenia medycznego (ust. 14 wskazuje na 7 dni, ust. 16 przez odwołanie do ust. 13 na 7 bądź 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych) prosimy o wprowadzenie w miejsce tych dwóch postanowień jednego spójnego zapisu o następującej treści: „W przypadku jeśli przewidywany okres naprawy wyposażenia medycznego lub zabudowy będzie trwał dłużej ponad czas określony w pkt.13, Wykonawca w terminie do 4 dni kalendarzowych, dostarczy na koszt własny Zamawiającemu sprzęt zastępczy co najmniej tej samej klasy co naprawiany, wolny od wad.”. W razie zgody na powyższe prosimy także o odpowiednie zmodyfikowanie §6 ust. 5 wzoru umowy.

Odp. Zamawiający wykreśla §5 ust. 16 projektu umowy. §5 ust. 14 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku jeśli przewidywany okres naprawy będzie trwał dłużej ponad czas określony w pkt.13, Wykonawca w terminie do 4 dni kalendarzowych, dostarczy na koszt własny Zamawiającemu wyposażenie lub sprzęt zastępczy wolny od wad, co najmniej tej samej klasy co naprawiany, o parametrach nie gorszych od tych co sprzęt naprawiany.”

§6 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku dostarczenia wyposażenia lub sprzętu medycznego, o którym mowa w §5 ust. 14 kary nie będą naliczane.

26. Proszę o zmianę par. 5 ust. 18 wzoru w taki sposób, aby pięciokrotna naprawa tego samego element lub podzespołu uprawniała Zamawiającego do żądania wymiany wadliwego podzespołu/element na nowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

27. Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych proszę o:

- zmianę par. 6 ust. 1 lit. b., c., d., w taki sposób, aby wysokość kary umownej była liczona nie od wartości brutto umowy, ale od wartości brutto danego ambulansu, którego dotyczy zwłoka,
- zmianę par. 6 ust. 1 lit. a. poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1%,
- zmianę par. 6 ust. 1 lit. c. w taki sposób, aby kara umowna była naliczana nie za godzinę, ale dobę zwłoki. Naliczanie kary umownej za godzinę zwłoki jest w naszej ocenie nadmierne.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

28. Biorąc pod uwagę zasadę równości stron, proszę o zmianę par. 6 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Strony mają prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

29. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z §7 ust. 1 załącznika nr 9 do SIWZ (projekt umowy) fragmentu „przez wyznaczonych pełnomocników a następnie członków dyrekcji”. Postanowienia umowne nie mogą ograniczać strony w decydowaniu o konfiguracji prowadzonych negocjacji. Osoba upoważniona przez stronę może mieć takie same kompetencje do prowadzenia negocjacji i zawierania porozumień co dyrekcja. Wprowadzony przez Zamawiającego schemat stanowi nieuzasadnione ograniczenie swobody stron.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
30. Czy Zamawiający przed zawarciem umowy z Wykonawcą dopełni obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w tym m.in. wypełni formularz "Poznaj swojego klienta"?
Odp. Przywołane przepisy nie dotyczą Zamawiającego.
31. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego Sprawozdania finansowego [bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej] za ostatni pełny rok sprawozdawczy.
Odp. Zamawiający załącza do odpowiedzi sprawozdanie za 2018 r.
32. Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:
a) mniej niż 10 pracowników
b) od 10 do 50
c) od 50 do 250
d) powyżej 250
Odp. Powyżej 250.
33. Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:
a) mniej niż 8,5 mln
b) od 8,5 mln do 42,5 mln
c) od 42,5 mln do 212,5 mln
d) powyżej 212,5 mln.
Odp. Od 42,5 mln do 212,5 mln.
34. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z ewentualnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.
Odp. Zamawiający potwierdza.
35. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.
- Odp. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższych zapisów w przypadku zawarcia umowy.
36. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary" (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www.105szpital.pl pod następującym linkiem (**).
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższych zapisów w przypadku zawarcia umowy.

37. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odp. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższych zapisów w przypadku zawarcia umowy.

38. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
 - 1) ustnie:
 - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 2) w formie pisemnej:
 - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, pośłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
 - 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
 - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
 - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odp. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższych zapisów w przypadku zawarcia umowy.

39. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

- a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- d) jak również – w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel."

Odp. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższych zapisów w przypadku zawarcia umowy.

ZESTAW IX

"W uzupełnieniu do zadanego w dniu 14.05.2019 pytania dotyczącego klimatyzacji ambulansu (pyt. nr 7) prosimy o dopuszczenie do zaoferowania ambulansów w których klimatyzacja kabiny kierowcy jest typu "półautomatycznego" tj. z regulacją temperatury, prędkości oraz miejsca (szyba, nogi, głowa) nawiewanego powietrza.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dołącza następujące załączniki po zmianach:

- a) SIWZ po zmianach;
- b) Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty
- c) Załącznik nr 3 do SIWZ projekt umowy.
- d) Załącznik nr 6 do SIWZ (parametry techniczne, zestawienie ocenianych parametrów);
- e) Załącznik nr 7 - oświadczenie Wykonawcy
- f) bilans, rachunek, kapitały i przepływy
- g) Informacja dodatkowa 2018

Na podstawie art. 12a ust.2 pkt 1 Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do przygotowania ofert wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 14.06.2019 r. godz. 10⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert: 14.06.2019 r. godz. 11⁰⁰

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający

DIREKTOR
105. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

lek. med. Sławomir Gaik

M.K. 68 470 78 74

www.105szpital.pl

ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary tel.: +48 68 470 78 10

fax: +48 68 470 78 15 e-mail: sekretariat@105szpital.pl

NIP 928-173-91-20 REGON 970327974 KRS 0000004712

Filia: ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań tel.: +48 68 477 12 00

fax: +48 68 477 12 06 e-mail: sekretariat.zagan@105szpital.pl

Rachunek bankowy: 92 1130 1222 0030 2003 2620 0002