



**105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ w ŻARACH**



Żary dnia 10.06.2020 r.

Do wiadomości wykonawców

Znak sprawy: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-18(1)-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej i ambulansu sanitarnego dla potrzeb 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zestaw I

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu Nr 10 – Cystoskop sztywny, w pozycji nr 6 w Parametrach technicznych zamiast Pojemnika plastikowego do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu – Pojemnika wykonanego ze stali kwasoodpornej do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu, który odpowiada pozostałym wymaganiom zawartym w opisie parametrów technicznych ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw II

Pakiet nr 10 Cystoskop sztywny

1.Czy Zamawiający dopuści do postępowania płaszcz cysto - uretroskopowy boczne przyłącza napływ/odpływ wyposażony tylko w mocowanie LUER-Lock?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2.Czy Zamawiający dopuści do postępowania kontener aluminiowy o wymiarach 600 x 272 x100 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw III

Załącznik nr 20. Specyfikacja parametrów technicznych Stół Operacyjny;

1. Punkt 1 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny mobilny, z podwójnymi kołami o średnicy 150 mm, z centralną elektroniczną blokadą kół realizowaną z pilota ale bez możliwości wysuwania stopek, z podstawą w kształcie prostokąta, wykonanej ze stali nierdzewnej?

Odp. Nie

2. Punkt 1 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez wysuniętych narożników podstawy, ale w którym oś koła jest całkowicie chroniona? Zdjęcie poglądowe poniżej:

Odp. Tak



3. Punkt 2 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z napędem stołu hybrydowym: przesuw wzdłużny realizowany jest elektromechanicznie natomiast wszystkie inne funkcje realizowane są elektrohydraulicznie?

Odp. Nie

4. Punkt 8 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością montażu jedynie segmentów podgłówka oraz podnóżków z obu stron stołu operacyjnego? Segmenty blatu mocowane za pomocą systemu hakowego, bez dodatkowych śrub. Po zamontowaniu segmentu blokada zatrzaskuje się automatycznie, demontaż poprzedzony zwolnieniem blokady?

Odp. Tak

5. Punkt 9 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym blat stołu przystosowany jest do współpracy z ramieniem C, ale w segmencie siedzenia znajduje się 1 poprzeczna belka?

Odp. Nie

6. Punkt 11 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym, w którym realizowanie pozycji odwróconej odbywa się automatycznie?

Odp. Tak

7. Punkt 11 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym, który nie jest wyposażony w przycisk STOP, zatrzymujący regulacje?

Odp. Nie

8. Punkt 11 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym w którym blokada podwozia realizowana jest z pilota za pomocą centralnej blokady kół? Stół nie posiada wysuwanych nóżek podwozia.

Odp. Nie

9. Punkt 11 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym który posiada przycisk włączenia do sieci natomiast rozłączenie następuje automatycznie?

Odp. Tak

10. Punkt 11 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem przewodowym w którym pozycja flex i reflex wykonywane są z 1 przycisku na pilocie ? Natomiast już sama realizacja odbywa się dwoma przyciskami:

„+” pozycja reflex

„-” pozycja flex?

Odp. Nie

11. Punkt 12 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym elektryczna regulacja wypiętrzenia klatki piersiowej za pomocą podwójnie dzielonego segmentu pleców odbywa się za pomocą 1 przycisku?

Odp. Tak

12. Punkt 13 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem bocznym w którym nie ma przycisku wyboru orientacji ułożenia pacjenta? W oferowanym stole zmiana orientacji blatu następuje automatycznie.

Odp. Tak

13. Punkt 14 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w panel awaryjny, w którym nie ma podświetlanych przycisków?

Odp. Nie

14. Punkt 14 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym na panelu awaryjnym znajduje się 1 dioda akumulatora, która w zależności od stanu naładowania świeci na następujące kolory:

- kolor zielony: bateria naładowana,

- kolor żółty: bateria rozładowana w około połowie,

- kolor czerwony: bateria rozładowana?

Odp. Tak

15. Punkt 15 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym zarówno pilot jak i panel nie posiadają awaryjnego przycisku STOP?

Odp. Nie

16. Punkt 16 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym orientacja blatu jest automatyczna, dlatego też brak przycisku na pilocie świadczącym o orientacji blatu względem kolumny?

Odp. Tak

17. Punkt 16 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym na panelu na kolumnie znajduje się 1 dioda akumulatora, która w zależności od stanu naładowania świeci na następujące kolory:

- kolor zielony: bateria naładowana,
- kolor żółty: bateria rozładowana w około połowie,
- kolor czerwony: bateria rozładowana?

Odp. Tak

18. Punkt 18 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym górne położenie blatu bez materaca wynosi 1050 mm, natomiast z matercem 1130 mm?

Odp. Tak

19. Punkt 23 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podglówkiem regulowanym w zakresie $+45^{\circ}$ / -30° ?

Odp. Nie

20. Punkt 24 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podnózkami regulowanymi w zakresie $+35^{\circ}$ / -90° ?

Odp. Nie

21. Punkt 25 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z płytą plecową dolną regulowaną w zakresie $+80^{\circ}$ / -40° oraz płytą plecową górną regulowaną w zakresie $+40^{\circ}$ / -40° ?

Odp. Nie

22. Punkt 27 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o całkowitych wymiarach stołu:

- długość- 2235 mm,
- szerokość- 630 mm,
- szerokość blatu- 570 mm?

Odp. Nie

23. Punkt 28 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół, który nie jest wyposażony w uchwyty na druty 'kirschnera'?

Odp. Nie

24. Punkt 28 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podpórką pod rękę o konstrukcji metalowej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej, katowe ustawienie powierzchni materaca a także zmianę odległości i wysokości podpórki od blatu stołu. Materac podpórki nie jest zdejmowany. Zdjęcie poglądowe poniżej.

Odp. Tak



25. Punkt 28 tabeli: Czy Zamawiający dopuści podporę pod rękę z trzema punktami regulacji ułożenia kąowego ramienia podpory opartymi na przegubach kulowych blokowanych i odblokowywanych jednym pokrętkiem (centralna fiksacja), podpora o długości 460 mm z anatomicznie wyprofilowanym materacem (odpowiednie podwyższenie dłuższych krawędzi podpory) zabezpieczającym rękę pacjenta przed przypadkowym osunięciem się z podpory podczas operacji? Zdjęcie poglądowe poniżej:



BITWA WARSZAWSKA

Odp. Nie

Zestaw IV

Dotyczy ZADANIA nr 8 URETERORENOSKOP GIĘTKI - 3 komplety

- Ad 1. (a,b,e): Czy Zamawiający dopuści giętki videoureterorenoskop kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym Visera OTV-S190 o następujących parametrach:
 - rozmiar płaszcza 9,9 FR (w końcu dystalnym 8,5 FR)- pkt 1.a
 - długość roboczą 67 cm –pkt 1.b
 - zakres wygięcia końcówki dystalnej 270° do góry i 180° do dołu- pkt 1.e
 Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
- Ad pkt 1.h: Czy Zamawiający dopuści adapter do kanału roboczego, z prostopadłym przyłączem typu Luer-lock, z rozbieralnym kranikiem wykonanym z tworzywa odpornego na

sterylizację oraz nakrętką z uszczelką, umożliwiającą fiksację wprowadzonego narzędzia/włókna laserowego, Nakrętka z uszczelką pełni funkcję opisaną w pkt 2.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Ad pkt 1.g: Z uwagi na fakt, że endoskop video musi być podpięty do procesora, który jest połączony przewodem komunikacyjnym ze źródłem światła, czy Zamawiający dopuści videoureterorenoskop gietki, który można podłączyć do źródła światła toru wizyjnego, bez wbudowanego wewnątrz endoskopu oświetlenia LED?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Ad.1.i: Czy Zamawiający uzna za równoważne wykonanie całej końcówki endoskopu z materiału zabezpieczającego przed nagrzewaniem końca dystalnego przy pracy z włóknami laserowymi ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Ad.1.k: Czy Zamawiający dopuści videoureterorenoskop nadający się do sterylizacji w Eto, STERRAD?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

.Ad.1.l: Czy Zamawiający dopuści videoureterorenoskop kompatybilny z funkcją wycięcia pasma czerwonego w widmie światła białego (NBI), realizowaną przez tor wizyjny.?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Ad.2: Czy Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie, gdzie zestaw do zamocowania włókna laserowego, jest częścią adapteru do kanału roboczego opisanego w pkt1h i dostarczanego w zestawie z endoskopem giętkim.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Ad.3.: Czy Zamawiający dopuści długość kleszczy biopsyjnych o 115 cm?

Odp. Zamawiający dopuści długość kleszczy biopsyjnych o 115 cm.

Zestaw V

W nawiązaniu do ww. postępowania, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania do SIWZ:

Pytanie nr 1 - Dot. Zadania 2, załącznik nr 17 do SIWZ oraz punkt XI SIWZ.

W związku z zastosowaniem przez Zamawiającego procedury wg. art. 24aa ustawy PZPZ, oraz w związku z zamieszczonym

w pkt 18) XI.OPISIE PRZYGOTOWANIA OFERTY, zawierającym spis dokumentów składanych wraz z ofertą, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że materiały pochodzące od producenta opisujące parametry techniczne, będą dostarczane na wezwanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.

Odp. Zamawiający potwierdza, że materiały pochodzące od producenta opisujące parametry techniczne, będą dostarczane na wezwanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.

Pytanie nr 2 - Dot. Zadania 2, załącznik nr 17. Lp. 1

1 Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nieużywany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2019/20 Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji min. 2018- TAK

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wymagany rok produkcji to min. 2019 r. Zapis w obecnym

kształcie jest nieprecyzyjny i może stworzyć problemy interpretacyjne na etapie oceniania oraz wyboru ofert.

Odp. Zamawiający potwierdza, że wymagany rok produkcji to min. 2019 r.

Zestaw VI

Nawiązując do treści przedmiotu zamówienia proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Dotyczy: Specyfikacja parametrów technicznych stół operacyjny - (załącznik nr 20)

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu wyposażony w podstawę w kształcie litery T, wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło pojedyncze obrotowe fi 100 mm, pozostałe dwa koła fi 125 mm podwójne nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. Podstawa wyposażona w elektrohydrauliczną blokadę, gwarantującą pewne blokowanie stołu za pomocą wysuwanych stopek. – dotyczy l.p. 1, 3

Odp. Nie



2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z napędem elektrohydraulicznym. Jest to rozwiązanie równoważne do opisanego w SIWZ – dotyczy l.p. 2, 11

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w blat modułowy, z możliwością montażu płyty plecowej górnej, podgłówek, podnóżka z obu stron stołu operacyjnego (stałe: płyta plecowa dolna, segment siedziska)? – dotyczy l.p. 8

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym wszystkie segmenty montowane są ze sobą za pomocą szybkozłączny opartych na układzie sworzeń/gniazdo. Po zamontowaniu segmentu blokada zatrzymuje się automatycznie, demontaż poprzedzony zwolnieniem blokady (naciśnięcie przycisku). Połączenia gniazdo – sworzeń cylindryczny umożliwia nieskomplikowany i szybki montaż min. podnóżków, wspomagający utrzymanie wysokiej i wymaganej na bloku operacyjnym higieny, poprzez brak wolnych i nierównych (trudnodostępnych) przestrzeni – dotyczy l.p. 8

Odp. Nie

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z segmentem nożnym regulowanym ręcznie (funkcja wspomagana sprężynami gazowymi) w zakresie -90/+20 stopni? Segment złożony z dwóch podnóżków regulowanych indywidualnie, zgodnie z powyższym. – dotyczy l.p. 11

Odp. Nie

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z płytą plecową dolną i górną realizowaną elektrohydraulicznie w zakresie -30/+80stopni? Brak możliwości osobnej regulacji płyty dolnej i górnej. – dotyczy l.p. 11, 25

Odp. Nie


7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z blatem modułowym, w którym wypiętrzenie klatki piersiowej uzyskiwane jest poprzez odpowiednie ustawienie segmentów blatu stołu? – dotyczy l.p. 12

Odp. Tak

8. Czy Wykonawca może zaoferować stół z dodatkowym panelem sterującym umieszczonym z boku kolumny (po jednej stronie), co pozwala na bardzo dobry dostęp do panela przez Użytkownika? Zwracam uwagę, że jest to rozwiązanie utrwalone i powszechnie spotykane w wysokiej klasy stołach operacyjnych znanych i cenionych Producentów tego typu sprzętu medycznego. Panel

boczny wyposażony w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Po włączeniu panela – diody sygnalizują stan naładowania (3 kolory). Z uwagi na brak wyświetlacza – przy realizacji poszczególnych funkcji nie wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Realizacja funkcji odbywa się poprzez naciśnięcie bardzo intuicyjnego i czytelnego piktogramu z konkretną funkcją. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 14

Odp.Zgodnie z SIWZ



9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pilota bez podświetlenia i wyświetlacza LCD, wyposażonego w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Po włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania (3 kolory). Z uwagi na brak wyświetlacza – przy realizacji poszczególnych funkcji nie wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Realizacja funkcji odbywa się poprzez naciśnięcie bardzo intuicyjnego i czytelnego piktogramu z konkretną funkcją. – dotyczy l.p. 14, 15, 16

Odp. Zgodnie z SIWZ

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresem regulacji wysokości (bez materacy) od 610 do 1240 mm? Oferowany stół posiada ergonomiczną pozycję załadunkową i do zabiegów oftalmologicznych w odwróconej konfiguracji blatu – segmenty oparcia pleców, segment dodatkowy i podnóżki ustawione płasko do podłoża, na wysokości maksymalnie 250 mm (bez materacy) – dotyczy l.p. 17, 18

Odp. Nie

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z obciążeniem statycznym 320 kg? Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że praktyczny obszar zastosowań pojedynczego stołu operacyjnego - nawet w przypadku zastosowania poszerzeń bariatrycznych - kończy się na poziomie około 300 kg. Przy masie większej, problemem staje się objętość pacjenta wykluczająca możliwość bezpiecznego prowadzenia zabiegów na powierzchni pojedynczego stołu operacyjnego – w takim wypadku stosuje się dwa stoły ustawione jeden obok drugiego. Dodatkowo zwracamy uwagę, że w oferowanym stole obciążenie dynamiczne jest na poziomie 275 kg, co spełnia oczekiwania Zamawiającego – dotyczy l.p. 26

Odp. Nie

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości 2100mm, szerokości blatu 500mm, szerokości z listwami bocznymi 560mm? – dotyczy l.p. 27

Odp. Nie

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w przystawkę do artroskopii barku oraz przystawkę ortopedyczną, której parametry stanowią znaczną przewagę technologiczną wobec rozwiązań opisanych w SIWZ. Oferowana przystawka ortopedyczna

doskonale sprawdzi się przy wysokospecjalistycznych operacjach ortopedycznych. Pozostałe wyposażenie stołu (poza poniższymi alternatywnymi rozwiązaniami) zgodnie z SIWZ.

Specjalistyczna przystawka ortopedyczna z włókna węglowego – opis i parametry

Stół wyposażony w przystawkę ortopedyczną kończyn dolnych. Przystawka montowana w miejsce podnóżków stołu operacyjnego.

Przystawka wyposażona w siedzisko wykonane z włókien węglowych, umożliwiające pełne obrazowanie 360 stopni za pomocą ramienia C, bez potrzeby przemieszczenia pacjenta w czasie wykonywania procedur ortopedycznych wymagających monitorowania rentgenowskiego. Siedzisko nie może posiadać elementów metalowych w części centralnej, aby nie zakłócać obrazowania śródoperacyjnego;

Siedzisko musi być wyposażone w lekkie, odejmowane segmenty podpierające mięśnie pośladkowe, wykonane z kompozytów włókien węglowych, wpinane za pomocą szybkozłączy, dla umożliwienia nieskrępowanego dostępu bocznego i dolnego do biodra,

Przystawka musi być wyposażona w podnóżki szybkozłączne, z możliwością odchylenia na boki o wartość co najmniej 20 stopni w obu kierunkach płaszczyzny poziomej, montowane w interfejs siedziska przystawki;

Interfejs siedziska do montażu przystawki musi posiadać system szybkozłącznego mocowania podnóżków, z automatyczną blokadą po wsunięciu ich w gniazda; nie dopuszcza się śrub mocujących podnóżki przystawki ortopedycznej;

Podnóżki winny być wyposażone w materace przeciwoślizgowe o grubości dopasowanej do materacy stołu operacyjnego, odejmowane w razie potrzeby;

Podnóżki powinny być wyposażone w sworznie, umożliwiające ich szybki montaż

Podnóżki zintegrowane z możliwością montażu aparatu naciągowego, z szybką możliwością regulacji odsunięcia aparatu, oraz systemem automatycznej blokady w punktach oddalenia; Podnóżki powinny dawać możliwość obrazowania z użyciem ramienia C i stanowić dodatkową, poręczną podporę dla nóg pacjenta w czasie wykonywania wybranych procedur ortopedycznych; W celu usprawnienia czasów pozycjonowania nie dopuszcza się systemów zakładających wyciąganie podnóżka w przy korzystaniu z systemu naciągowego – gniazdo montażu aparatu naciągowego musi być częścią stelaża podnóżka

Przystawka powinna być wyposażona w lekki, łatwy w obsłudze aparat naciągowy, z funkcją samoczynnego, automatycznego ustawiania się i rotowania buta utrzymującego stopę pacjenta z wykorzystaniem mechanizmu Cardana oraz blokadą położenia;

Przystawka wyposażona w lekki but do mocowania stopy, wykonany z kompozytów włókien węglowych, z systemem higienicznej wkładki przeciwoślizgowej, z systemem szybkiego zwalniania i regulacji siły opinania w stylu zapadkowym na stopie pacjenta – tym snowboardowy

Siedzisko przystawki winno być wyposażone w interfejs do mocowania sztycy wykonanej z włókna węglowego, służącej do montażu przynajmniej dwóch wałków oporowych wykonanych z pianki przeciwoślizgowej, o dwóch średnicach – zależnie od wysokości pacjenta i typu wykonywanego zabiegu;

Zestaw musi zawierać dostawkę montowaną w segment siedziska, służącą do pozycjonowania kończyny do procedur gwoździowania kości piszczelowej, z dwustopniową regulacją kąta nachylenia oraz możliwością montażu aparatu naciągowego, z systemem szybkiej konwersji w zależności od operowanej kończyny lewej lub prawej; Dostawka musi być wyposażona w wałek podporowy pod kolano oraz prześwietlną sztycę mocującą wałek; oraz system nieskiego buta płytowego do mocowania stopy pacjenta dla zapewnienia nieskrępowanego dostępu w okolicach stawu skokowego;

W zestawie wózek do przewozu i przechowywania elementów przystawki, o kompaktowych wymiarach – powierzchnia składowania zestawu zainstalowanego na wózku nie przekraczająca wymiarów 1,5 x 1 m;

Stół wyposażony w przystawkę do artroskopii barku montowaną za pomocą adaptera w gniazdach krótkiego oparcia lub w gniazdach segmentu przedłużającego. Przystawka składa się z 3 szt. Materacy, w tym 2szt bocznych materacy montowanych na odejmowanych podporach do adaptera łączącego, dzięki czemu istnieje możliwość swobodnej konfiguracji liczby założonych materacy i otwarcia dostępu operacyjnego do barku; Przystawka wyposażona dodatkowo w regulowany zagłówek do podparcia głowy pacjenta, montowany do środkowego segmentu.

Odp. Nie

Zestaw VII

Dotyczy: 5 załącznik nr 20, stół operacyjny – postępowanie DZP-2612-18-2020 - dostawa sprzętu i aparatury medycznej i ambulansu sanitarnego dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Pytanie 1.

Pkt 1.Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z centralną blokadą kół , w postaci chowających się kół ,w którym cała podstawa posadowiona jest na posadzce , dzięki czemu uzyskujemy dużo większą stabilność. Podstawa w kształcie prostokąta z wycięciami na nogi operatorów ułatwiający dostęp do pacjenta. Koła schowane w obrębie podstawy .Podstawa wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia i zarysowania?

Odp. Nie

Pytanie 2

Pkt 2.Czy zamawiający dopuści stół z napędem elektrohydraulicznym?

Odp. Nie

Pytanie 3

Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści łączenie segmentów blatu za pomocą systemu szybkozłączny na zasadzie gniazdo wpustowe – czop bez elementów śrubowych?

Odp. Nie

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści podglówek mocowany do górnej płyty plecowej z dodatkowym zabezpieczeniem śrubowym?

Odp. Nie

Pytanie 5

Pkt 11.Czy Zamawiający dopuści stół w którym na pilocie nie ma przycisku stop , ponieważ ruch stołu jest zatrzymywany w momencie kiedy nie naciskamy na przycisk?

Odp. Nie

Pytanie 6

Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści stół w którym:

Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego przez układ

elektrohydrauliczny:

- regulacja wysokości
- przechyły boczne
- Trendelenburga / Antytrendelenburga,
- dzielone podnóżki jednocześnie
- dzielone podnóżki indywidualnie
- płyta plecowa dolna
- płyta plecowa górna
- pozycja „flex” z jednego przycisku
- pozycja standardowa „0” z jednego przycisku
- przesuw wzdłużny
- blokada stołu
- pozycja odwrócona
- włączanie pilota poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku
- wybór orientacji ułożenia pacjenta

Odp. Tak

Pytanie 7

Pkt 12

Czy Zamawiający dopuści ze względów bezpieczeństwa :

Mechanicznie regulowane wypiętrzenie klatki piersiowej za pomocą oddzielnego segmentu górnej i dolnej płyty plecowej(osobna regulacja płyty plecowej dolnej i górnej).

Odp. Nie

Pytanie 8

Pkt 13

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z wyborem funkcji orientacji ułożenia pacjenta na pilocie stołu, a nie na panelu sterowania awaryjnego?

Odp. Nie

Pytanie 9

Pkt 15

Czy Zamawiający dopuści stół bez przycisku awaryjnego stop, gdyż w naszym stole operacyjnym ruch odbywa się tylko wtedy gdy jest on wywoływany z pilota lub panelu sterowania awaryjnego. W momencie puszczenia przycisku , ruch się nie odbywa.

Odp. Nie

Pytanie 10

pkt 16 Czy Zamawiający dopuści stół w którym pilot bezprzewodowy lub przewodowy będzie bez wyświetlacza, aktualnie regulowanej funkcji i jej kierunku, orientacji blatu względem kolumny . Sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów /min w 3 kolorach na pilocie.

Odp. Nie

Pytanie 11

Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z górnym ułożeniem blatu 1060mm?

Odp. Tak

Pytanie 12

Pkt 26.

Czy Zamawiający dopuści stół z maksymalnym obciążeniem netto z uwzględnieniem wyposażenia stołu 450kg?

Odp. Tak. Przy zachowaniu dopuszczalnego obciążenia stołu na poziomie min 500kg

Pytania 13

Prosimy o nienaliczanie kar liczonej od każdej rozpoczętej godziny (par 6 pkt 1, c), prosimy o zmianę zapisu od każdego rozpoczętego dnia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw VIII

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odp. Tak

Załącznik nr 20 Stół operacyjny

1. Czy Zamawiający dopuści stół z jednoczesną regulacją elektryczną płyty plecowej górnej wraz z płytą plecową dolną?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści stół z elektrycznie regulowanym wypiętrzeniem klatki piersiowej realizowaną za pomocą funkcji FLEX lub regulacji płyty plecowej dolnej wraz z możliwością montażu górnej płyty plecowej pomiędzy segment siedziska a segment nóg, dzięki czemu klatka piersiowa pacjenta znajduje się w miejscu łamania, wypiętrzenia?

Odp. Tak

Zestaw IX

Dotyczy: pakietu nr 4, załącznik nr 19

1. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odp. Tak

2. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkty ze stawką VAT 23%? Jest to związane z wymogiem dostarczenia niektórych produktów niemedycznych, takich jak wanna do dezynfekcji (pkt X), czy też wyposażenia zestawu do archiwizacji (pkt XIII).

Odp. Zamawiający dopuści do zaoferowania produkty ze stawką VAT 23%.

3. Pytanie do pkt VII: Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga w celu zapewnienia ciągłości pracy, a tym samym bezpieczeństwa, zaoferowania 2 szt. światłowodów? W opisie przedmiotu zamówienia nie występuje żadna informacja określająca ilość.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga w celu zapewnienia ciągłości pracy, a tym samym bezpieczeństwa, zaoferowania 2 szt. światłowodów.

4. Pytanie do pkt XII: Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w pkt. XII Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych szczypiec biopsyjnych, z łyżeczkami z okienkiem (możliwość pobrania większej objętości tkanki) typu „szczęki aligatora” zapobiegające ześlizgiwaniu, o długości roboczej 1150 mm, ilość w opakowaniu 20 szt?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych szczypiec biopsyjnych, z łyżeczkami z okienkiem (możliwość pobrania większej objętości tkanki) typu „szczęki aligatora” zapobiegające ześlizgiwaniu, o długości roboczej 1150 mm, ilość w opakowaniu 20 szt.

5. Pytanie do pkt XIII: Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w pkt. XIII Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych szczypiec biopsyjnych, z łyżeczkami z okienkiem (możliwość pobrania większej objętości tkanki), o długości roboczej 1150 mm, ilość w opakowaniu 20 szt? Mechanizm łyżeczek uchylnych SwingJaw dla ułatwienia przeprowadzania biopsji stycznych.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych szczypiec biopsyjnych, z łyżeczkami z okienkiem (możliwość pobrania większej objętości tkanki), o długości roboczej 1150 mm, ilość w opakowaniu 20 szt.

6. Pytanie do pkt XXIV: Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w pkt XXIV Zamawiający, wymaga zaoferowania tej samej liczby kontenerów do sterylizacji optyk, co samych optyk, a więc 4 sztuk? W opisie przedmiotu zamówienia nie występuje żadna informacja określająca ilość.

Odp. W pkt XXIV Zamawiający, wymaga zaoferowania tej samej liczby kontenerów do sterylizacji optyk, co samych optyk, a więc 4 sztuk.

7. Pytanie do pkt XXVII-XXXI: Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w pkt XXVIII-XXXI Zamawiający, dopuści płaszcze do płukania optyk kompatybilne z opisanymi odpowiednio przez Zamawiającego optykami bez potwierdzania ich dokładnej długości?

Odp. Tak.

Dotyczy: zapisów SIWZ i załączników – pytania ogólne

1. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II, punkt 4 oraz załącznika nr 3 - wzoru umowy, paragraf 1, ustęp 4 i paragraf 3, ustęp 7, podpunkt 4): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu / asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sprzętu / asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

2. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II, punkt 4 oraz załącznika nr 27 do SIWZ oraz załącznika nr 3 - wzoru umowy, paragraf 1, ustęp 4 i paragraf 3, ustęp 7, podpunkt 4): Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał przedstawienia oświadczenia – załącznik nr 27 do SIWZ oraz dokumentów określonych we wzorze umowy (załącznik nr 3), paragraf 3, ustęp 7, podpunkt 4)? Dla takiego wyrobu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

Odp. W przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał przedstawienia oświadczenia – załącznik nr 27 do SIWZ oraz dokumentów określonych we wzorze umowy (załącznik nr 3), paragraf 3, ustęp 7, podpunkt 4). Dla takiego wyrobu należy przedstawić stosowne oświadczenie.

3. Dotyczy załącznika nr 27 do SIWZ: Prosimy o usunięcie z załącznika następującej części: „Na potwierdzenie powyższego załączam: ...”. Składając oświadczenie Zamawiający potwierdza, że wszystkie oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, a także posiadają autoryzowany serwis stacjonarny i dystrybucję na terenie Polski. Jednocześnie na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty w terminie określonym przez Zamawiającego.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe – uprzejmie prosimy o informację jakie dokładnie dokumenty należy przedstawić wraz z ofertą (prosimy o modyfikację SIWZ, ponieważ w rozdziale XI, punkt 18) nie ma informacji o dodatkowych dokumentach, które należy złożyć wraz z ofertą).

Odp. Zamawiający usuwa z załącznika nr 27 następującej części: „Na potwierdzenie powyższego załączam: ...”.

4. Dotyczy opisu pod tabelami parametrów technicznych: Prosimy o doprecyzowanie czy ulotki należy załączyć do oferty czy na wezwanie Zamawiającego wraz z innymi dokumentami wymaganymi w SIWZ?

Odp. Zamawiający potwierdza, że materiały pochodzące od producenta opisujące parametry techniczne, będą dostarczane na wezwanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza

5. Dotyczy pakietu 4 i 8: Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odp. Tak

6. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w ustępie 9 był liczony w dniach roboczych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na to, aby termin określony w ustępie 9 był liczony w dniach roboczych.

7. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w ustępie 11 był liczony w dniach roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, punkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kara umowna określona w punkcie c) była liczona za każdy dzień opóźnienia a nie godzinę?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, punkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie punktu c) ponieważ w paragrafie 5, pkt. 8 jest informacja o kosztach, a nie o terminach wykonania – w związku z tym kara umowna jest bezpodstawna?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w paragraf 6, ustęp 1, punkt c .

Zestaw X

Dotyczy: formularza asortymentowo - cenowego

Dotyczy formularz asortymentowo-cenowego, pakiet 4, 8: Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza asortymentowo-cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw XI

Pytania do SIWZ

Załącznik nr 17 Aparat ultrasonograficzny ogólnodiagnostyczny

1. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, pokongresowy rok produkcji 2019?

Odp. TAK

2. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z rozdzielczością monitora LCD 1600x900, która wystarcza do najwyższej klasy diagnostyki USG?

Odp. TAK

3. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z ekranem dotykowym o przekątnej 10,4”?

Odp. TAK

4. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez regulacji odchylenia panelu sterowania?

Odp. TAK

5. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością eksportowania na nośniki przenośne, Pen-Drive, HDD bez załączanej przeglądarki DICOM?

Odp. TAK

6. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez wbudowanego napędu CD/DVD? Obecnie jest to już przestarzała forma archiwizacji danych, która została zastąpiona np. przez napędy typu PEN DRIVE podłączane przez port USB.

Odp. TAK

7. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który posiada 10 portów USB w tym jeden 3.0 z przodu aparatu, w tym 2 z boku na panelu dotykowym z wygodnym i ergonomicznym dostępem, ale bez portu USB umieszczonego w monitorze?

Odp. TAK

8. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, którego maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy wynosi 40 cm?

Odp. TAK

9. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez ciągłej optymalizacji wzmocnienia w trybie 2D, ale za to z ciągłym ogniskowaniem wzdłuż wiązki ultradźwiękowej w całej głębokości obrazowania, która przyczynia się do znacznej poprawy jakości obrazowania struktur głęboko położonych przy jednoczesnym braku pogorszenia jakości obrazowania struktur płytko położonych?

Odp. TAK

10. Opis techniczno-jakościowy

Czy Zamawiający będzie wymagał funkcji ciągłego ogniskowania wzdłuż wiązki ultradźwiękowej w pełnym zakresie pola obrazowego, co znacząco wpływa na poprawę jakości obrazowania?

Odp. TAK

11. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 54

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez opcji obrazowania 3D z wolnej ręki?

Odp. TAK

12. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 67

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli optymalizacja zapisów dopplera spektralnego PWD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy), a nie dopplera kolorowego CD?

Jeśli jednak Zamawiający miał na myśli jednak optymalizację dopplera kolorowego CD, czy dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy)?

Odp. Zamawiający ma na myśli optymalizacja zapisów dopplera spektralnego PWD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy).

13. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 70

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat umożliwiający obrazowanie naczyń narządów miękkich (nerki, wątroba) przed i po transplantacji do wizualizacji bardzo wolnych przepływów w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex, linia z możliwością prezentacji kierunku napływu lecz bez określania dodatkowych parametrów technicznych.

Odp. TAK

14. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 76

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez oprogramowania umożliwiającego wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze?

Odp. TAK

15. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 82

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w funkcję elastografii akustycznej, bez możliwości regulacji pola analizy oraz pokazywać elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym na głowicach liniowych, convex?

Odp. TAK

16. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 86

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą Convex o zakresie pracy przetwornika od 1 do 6 MHz?

Odp. TAK

17. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 88

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą Convex, której kąt pola skanowania (widzenia) wynosi 75 stopni?

Odp. TAK

18. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 95

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą Liniową, która posiada 192 elementy?

Odp. TAK

19. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 96

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą Liniową, której FOV wynosi 38mm?

Odp. TAK

20. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 104

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą Liniową, która posiada 960 elementy?

Odp. TAK

21. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 105

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą Liniową, której FOV wynosi 38mm?

Odp. TAK

22. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 110

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, jądra, ścięgna?

Odp. TAK

23. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 111

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG mający możliwość rozbudowy o convex wysokiej częstotliwości bez opcji użytkowania elastografii akustycznej?

Odp. TAK

24. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 118

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości zobrazowania więcej niż dwóch torów biopsyjnych jednocześnie podczas zabiegów np. ablacji?

Odp. TAK

25. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 122

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o tryb Dopplera Ciągłego, który umożliwia mierzenie prędkości w zakresie $\pm 16,04$ m/sek dla zerowego kąta?

Odp. TAK

26. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 122

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy o pełną opcję obrazowania anatomicznego M- mode – obraz uzyskiwany z 3 niezależnych kursorów.

Odp. TAK

27. Opis techniczno-jakościowy

Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, w którym nacisk kładzie między innymi na jakość i skuteczność badań dopplerowskich. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby aparat USG miał możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich? Opcja ta pozwala między innymi na zbadanie w tym samym czasie przepływu np. w naczyniu przed jego zwężeniem i za jego zwężeniem, a co za tym idzie poprawia jakość diagnostyki.

Odp. TAK

28. Opis techniczno-jakościowy

Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, w którym nacisk kładzie między innymi na jakość i skuteczność badań dopplerowski. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, funkcji umożliwiającej automatyczne wstawianie bramki dopplerowskiej PWD w naczyniu, z jednoczesną automatyczną regulacją jej wielkości, uchylności wiązki dopplerowskiej oraz korekcją kąta?

Odp. TAK

29. Opis techniczno-jakościowy

Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, który powinien cechować się najwyższej klasy jakością obrazowania, którą zapewnia między innymi funkcja compound opisana w pkt. 48 Specyfikacji. Zamawiający wymaga również w pkt. 40 funkcji obrazowania trapezowego. W związku z tym proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga możliwości równoczesnego obrazowania trapezowego z jednoczesną pracą trybu compound.

Odp. TAK

30. Opis techniczno-jakościowy

Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, który powinien cechować się maksymalną ergonomią pracy. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał możliwości jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze po naciśnięciu jednego przycisku? Opcja ta znacząco przyspiesza i ułatwia pracę podczas badania.

Odp. NIE, funkcja ta jest pożądana ale nie wymagana.

31. Opis techniczno-jakościowy

Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, w którym nacisk kładzie na badania elastograficzne. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, aby aparat umożliwiał jednozesne zastosowanie elastografii akustycznej (Shear Wave) i elastografii uciskowej w trybie dual, z możliwością wykonania pomiarów Shear Wave (prędkość, twardość i wartość tłumienia) i oceną elastyczności tkanki w trybie elastografii uciskowej?

Odp. TAK

Zestaw XII

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego, zwracam się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zapisów umowy :

Dotyczy zapisów paragraf 5 Warunki Gwarancji i Serwisu

Dotyczy punkt 10 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki? Wykonawca zobowiązuje się do dostawy urządzenia zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw XIII

Pytania dotyczą ZAMÓWIENIA na zakup aparatu USG – ZADANIE 2- Aparat ultrasonograficzny ogólnodiagnostyczny kpl. 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium o parametrach równoważnych opisanych poniżej?

Lp.	Parametr techniczny
	Jednostka główna
1.	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nieużywany, Rok produkcji 2020 Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji min. 2018
2.	Zakres pracy aparatu [MHz] 2 – 18 MHz
3.	Dynamika systemu powyżej 360 dB
4.	Ilość niezależnych kanałów odbiorczych powyżej 16 000 000
5.	Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych 4 oraz 1 parkingowe
6.	Monitor LCD, przekątna 23"
7.	Rozdzielczość monitora LCD 1920 x 1080
8.	Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie
9.	Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu
10.	Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym oraz fizyczna wysuwana
11.	Ekran dotykowy powyżej 13" z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet
12.	Regulacji wysokości panelu sterowania 30 cm
13.	Regulacji odchylenia panelu sterowania +/- 35 stopni
14.	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) powyżej 12000 obrazów
15.	Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D- 30 sek. oraz z możliwością nagrywania całego badania na żywo.
16.	Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów
17.	System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM
18.	Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD
19.	Napęd CD/DVD wbudowany w aparat
20.	Wewnętrzny dysk twardy SSD – dostępna dla użytkownika pojemność powyżej 700 GB
21.	Podłączenie zewnętrznego dysku do archiwizacji danych
22.	Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic
23.	Wideoprinter cyfrowy czarno – biały
24.	Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań
25.	Porty USB z obsługą 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min.3 porty USB w tym 2 porty umieszczone bezpośrednio w pulpicie aparatu
26.	Wbudowane w aparat wyjście video

27.	Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej
28.	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report)
29.	Tryb 2D (B-mode)
30.	Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – 40 cm
31.	Możliwość regulacji TGC 10 cyfrowych suwaków do regulacji dostępnych z panelu dotykowego, z możliwością zapamiętania powyżej 4 ustawień
32.	Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. -15 razy
33.	Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – powyżej 1900 obr/sek
34.	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)
35.	Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D
36.	Obrazowanie trapezowe +/- 20 stopni
37.	Obrazowanie rombowe
38.	Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szумы i cienie obrazu
39.	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach
40.	Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu
41.	Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające 3 częstotliwości do uzyskania obrazu.
42.	Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne 4 ustawienia
43.	Oprogramowanie ulepszające obrazowanie – wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, Beam)
44.	Tryb Duplex (2D + PWD)
45.	Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością powyżej +/- 26 m/sek
46.	Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki.
47.	Obrazowanie 3D z wolnej ręki
48.	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF działająca w trybie wieloczęstotliwościowym
49.	Zakres prędkości powyżej 26 m/sek
50.	Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – 0,5 -20 mm
51.	Regulacja uchyłności wiązki dopplerowskiej – +/-70 stopni
52.	Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie
53.	Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach
54.	Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym
55.	Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera
56.	Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) działająca w trybie wieloczęstotliwościowym

57.	Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek
58.	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – +/-30 stopni
59.	Regulacja ilości map kolorów – 15 map
60.	Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy)
61.	Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy
62.	Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów
63.	Obrazowanie do wizualizacji powolnych przepływów struktur mikronaczyniowych z zaawansowanym filtrowaniem umożliwiającym zapewnianie szczegółowego widoku przepływu krwi w stosunku do otaczającej tkanki lub patologii przy zwiększonej rozdzielczości przestrzennej i rozdzielczości czasowej.
64.	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym
65.	Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne.
66.	Liczba par kursorów pomiarowych – powyżej 10
67.	Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego
68.	Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes
69.	Elastografia akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na zaoferowanej głowicy convex, linia. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek
70.	Elastografia akustyczna dostępna na głowicy liniowej
71.	Automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek
72.	Elastografia akustyczna z możliwością ustawienia dowolnego pola pomiarowego.
73.	Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda typu single crystal.
74.	Zakres pracy przetwornika [MHz] – 1-7
75.	Ilość elementów 160
76.	Kąt pola skanowania (widzenia) powyżej 80 stopni
77.	Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu akustycznej
78.	Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.70
79.	Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów
80.	Głowica liniowa do badań piersi, tarczycy wykonana w technologii matrycowej
81.	Zakres pracy przetwornika [MHz] – 4-15
82.	Ilość elementów powyżej 1000
83.	FOV głowicy 50 mm

84.	Praca w trybie II harmonicznej
85.	Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain
86.	Regulacja uchyłności pola Dopplera Kolorowego – +/-20 stopni
87.	Głowica liniowa do badań naczyniowych
88.	Zakres pracy przetwornika [MHz] – 2-9
89.	Ilość elementów 192
90.	FOV głowicy – 44mm
91.	Praca w trybie II harmonicznej
92.	Regulacja uchyłności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni
93.	Możliwości rozbudowy systemu
94.	Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondzie convex i linia, endocavity
95.	Możliwość rozbudowy o specjalistyczny moduł nawigacyjny igły biopsyjnej pozwalający na wyznaczenie toru i śledzenia ruchów igły biopsyjnej pod kontrolą głowicy obrazowej
96.	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 150 cm z możliwością wykonywania pomiarów
97.	Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo
98.	Możliwość rozbudowy o moduł kardiologiczny: Tryb Dopplera Ciągłego min. 7,8 m/sek dla zerowego kąta Tkankowy Doppler spektralny Kolorowy Doppler tkankowy Obrazowanie anatomiczne M-mode
99.	Gwarancja i serwis
100.	Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) 24 miesiące
101.	Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny).
102.	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych)
103.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji.
104.	Certyfikat CE na aparat
105.	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski
106.	Instrukcja obsługi w języku polskim

Odp. Nie, z powodów formalnych. Sposób podania danych Państwa aparatu nie koresponduje ze specyfikacją parametrów technicznych Zamawiającego

Pytanie 2

Zamawiający wymaga ultrasonografu najwyższej klasy o nowoczesnej konstrukcji. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał aby aparat był wyposażony w dysk twardy wykonanym w najnowszej, szybkiej technologii SSD. Dyski SSD znacznie szybciej przetwarzają i przesyłają dane co znacząco wpływa na pracę całego urządzenia diagnostycznego.

Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania, ale je dopuszcza
Pytanie 3

W związku z faktem, iż na chwilę obecną głowice matrycowe są konstruowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz uchodzą za najlepsze w swojej dziedzinie ciężko jest aby którąkolwiek inną metodę produkcji można by uznać za równoważną. Zatem, prosimy o potwierdzenie iż, Zamawiający będzie wymagał aby co najmniej jedna dostarczona głowica liniowa była wykonana w technologii matrycowej.

Odp. Nie, ponieważ wymagana technologia dotycząca rozmieszczenia kryształów piezoelektrycznych ma inne nazewnictwo w specyfikacjach aparatów niektórych producentów
Pytanie 4

Zamawiający wymaga ultrasonografu najwyższej klasy o nowoczesnej konstrukcji, które to w standardzie wyposażone są w Elastografię fali poprzecznej tzw. Shearwave mapowaną kolorem, oprogramowanie pozwalające wykonywać badania z użyciem środków kontrastujących oraz oprogramowanie pozwalające na wizualizację powolnych przepływów struktur mikronaczyniowych z zaawansowanym filtrowaniem umożliwiającym zapewnianie szczegółowego widoku przepływu krwi w stosunku do otaczającej tkanki lub patologii. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający będzie wymagał aparatu w wyżej wymienione funkcje.

Odp. Nie, funkcja pożądana przez Zamawiającego, ale nie wymagana

Zestaw XIV

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dopuści w ofercie produkty ze stawką 23% vat które nie są produktami medycznymi oraz nie posiadają deklaracji zgodności typu, wózek, uszczelki, uchwyt rękojeść. ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dodatkowo W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej i możliwej do realizacji oferty przetargowej, korzystając z uprawnień przysługujących nam jako wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia w trybie I na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej – p.z.p. oraz na mocy praw wynikających z dyspozycji Art. 15r.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej – u.o.s.r.), czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązкови, niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści SIWZ (załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy/wzór) w/w postępowania:

a) Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 3 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

b) Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust.

1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

c) Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 6 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

d) Czy w związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 8 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Zestaw XV

1. W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania oferty na wybrane zadania, prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie w treści załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza ofertowego, punktu, w którym Wykonawca wskazywałby, na które zadanie składa ofertę. Proponujemy wprowadzenie dodatkowego punktu przed obecnym punktem 1 o następującej treści: „Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zadaniem nr”. Prosimy także o zmianę obecnego pkt 1 Formularza ofertowego (zdanie przed tabelą) i nadanie mu następującego brzmienia: „Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym powyżej wskazanymi zadaniami za łączną cenę łączną dla wszystkich wskazanych zadań: _____ zł netto, _____ zł brutto”. Obecne brzmienie pkt 1 Formularza ofertowego wprowadza wątpliwość jak należy postępować, jeżeli Wykonawca chce złożyć ofertę tylko na wybrane zadania. Brzmienie pkt. 1 sugerowałoby, że należy tam określić cenę na wszystkie zadania wskazane w SIWZ, nawet jeżeli Wykonawca chce złożyć ofertę tylko na wybrane.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmiany w załączniku nr 1.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę tylko na wybrane zadania, w treści w pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w częściach dotyczących zadań, na które Wykonawca nie chce złożyć oferty, należy wykreślić pola dotyczące tych zadań.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w częściach dotyczących zadań, na które Wykonawca nie chce złożyć oferty, należy wykreślić pola dotyczące tych zadań.

3. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez dostosowanie jego treści do obowiązujących przepisów prawa lub o dopuszczenie złożenia oświadczenia na wzorze Wykonawcy. Pragniemy nadmienić, iż Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, ma obowiązek złożyć oświadczenie, które winno odnosić się do przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawca nie jest zobowiązany do wskazywania w oświadczeniu listy podmiotów należących z nim do tej samej grupy kapitałowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na wzorze Wykonawcy.

4. Proszę o zmianę pkt II ppkt 11 SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia „Wykonawca odpowiedzialny będzie za terminową dostawę, a także za wykonanie innych obowiązków z nią związanych oraz obowiązków związanych z serwisem w trakcie trwania gwarancji”. Zamawiający wskazał, że Wykonawca odpowiada za „całokształt”, jest to określenie zbyt ogólne, dlatego prosimy o jego zmianę na wyżej zaproponowany zapis.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Proszę o zmianę pkt 7 zawartego w Formularzu Oferty w taki sposób, aby Wykonawca miał obowiązek podać dane dot. podwykonawców, jeśli są już one znane Wykonawcy na etapie składania ofert. W razie odpowiedzi pozytywnej proszę o dodanie w tabeli w pkt 7 Formularza Oferty po zapisie „Dane dotyczące podwykonawców” słów: „o ile są Wykonawcy znane”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza powyższy zapis.

6. Proszę o zmianę pkt 8 Formularza Oferty poprzez usunięcie zapisu: „i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej łącznej cenie oferty”, ponieważ złożenie oferty nie stanowi zaciągnięcia zobowiązania. Osoba podpisująca ofertę nie musi posiadać również pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Proszę o wyjaśnienie, czy załącznikiem nr 1 do umowy będzie Formularz asortymentowo-cenowy oraz Formularz Oferty, a załącznik nr 2 do umowy stanowić będzie Specyfikacja parametrów technicznych.

Odp. Załącznikiem nr 1 do umowy będzie Formularz asortymentowo-cenowy oraz Formularz Oferty, a załącznik nr 2 do umowy stanowić będzie Specyfikacja parametrów technicznych.

8. Proszę o potwierdzenie, że faktura VAT zostanie wystawiona po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

Odp. Brak zastrzeżeń w protokole zdawczo-odbiorczym będzie stanowił podstawę wystawienia faktury VAT

9. Proszę o wyjaśnienie par. 2 ust. 4 projektu umowy, gdyż Zamawiający wskazał w nim, że Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury na sprzęt zgodnie z nazewnictwem/zapisem SIWZ. Jednocześnie w par. tym wskazano, że na fakturze nie jest konieczne wyszczególnienie elementów wchodzących w skład kompletu na fakturze. Pragniemy zauważyć, że na fakturze znajdą się dwie pozycje – pozycja dot. ambulansu oraz sprzętu.

Jeżeli Zamawiający życzy sobie rozdzielania asortymentu sprzętowego na poszczególne pozycje prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dokonanie takiego rozbicia na załączniku do faktury.

Odp. Na załączniku do faktury Zamawiający prosi o rozbicie asortymentu sprzętowego na poszczególne pozycje.

10. W związku z koniecznością przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów określających zasady świadczenia serwisu pogwarancyjnego, proszę o potwierdzenie, że obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu pogwarancyjnego ograniczają się do przedłożenia wykazu punktów świadczących serwis pogwarancyjny. Serwis pogwarancyjny będzie wykonywany na koszt i ryzyko Zamawiającego.

Odp. Obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu pogwarancyjnego ograniczają się do przedłożenia wykazu punktów świadczących serwis pogwarancyjny. Serwis pogwarancyjny będzie wykonywany na koszt i ryzyko Zamawiającego.

11. Proszę o potwierdzenie, że dokumenty umożliwiające rejestrację, o których mowa w §3 ust. 5 pkt 6 projektu umowy i załączniku nr 16, sekcja „uwagi”, pkt. 8, nie obejmują faktury, która jest wystawiana dopiero po przekazaniu ambulansu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Odp. Zamawiający potwierdza, że dokumenty umożliwiające rejestrację, o których mowa w §3 ust. 5 pkt 6 projektu umowy i załączniku nr 16, sekcja „uwagi”, pkt. 8, nie obejmują faktury, która jest wystawiana dopiero po przekazaniu ambulansu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego

12. Proszę o doprecyzowanie początkowej treści §5 ust. 6 wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na własnych koszt objętych gwarancją awarii (usterek) sprzętu medycznego (...)”. Jak wskazuje sam Zamawiający, Wykonawca nie jest zobowiązany do usuwania wszelkich usterek, które mogą wystąpić w przedmiocie umowy, ale takich które zostały objęte gwarancją (np. nie jest obowiązany do usunięcia usterki powstałej na skutek działania siły wyższej). W związku z powyższym brzmienie §5 ust. 6 wzoru umowy należy doprecyzować.

Odp. Zamawiający wprowadza zmiany w §5 ust. 6 wzoru umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na własny koszt awarii (usterek) sprzętu medycznego *w zakresie objętym gwarancją* lub do jego wymiany na wolny od wad, oraz do załatwienia niezbędnych formalności związanych z naprawami i przeglądami gwarancyjnymi i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych.”

13. Proszę o zmianę czasu reakcji serwisu z 48 godzin na 72 godziny oraz o potwierdzenie, że czas reakcji serwisu liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie telefonicznej, faxowej lub e-mail, z tym zastrzeżeniem, że fax lub e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 15.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 15 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Proszę o wydłużenie wskazanego w par. 5 ust. 13 terminu naprawy z 7 do 10 dni roboczych oraz z 14 do 20 dni roboczych, a także terminu wskazanego w par. 5 ust. 14 z 4 dni kalendarzowych na 6 dni roboczych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Proszę o potwierdzenie, że par. 5 ust. 13 wzoru umowy dotyczy tylko napraw wyposażenia medycznego oraz zabudowy. Zamawiający w par. 5 ust. 15 wzoru umowy wskazuje inny termin napraw dotyczący pojazdu bazowego. W związku z tym terminy określone w par. 5 ust. 13 wzoru umowy mogą dotyczyć tylko wyposażenia medycznego oraz zabudowy, z wyłączeniem pojazdu bazowego. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości w tym zakresie prosimy o zmianę określenia „przedmiot umowy” zawartego w tym ustępie na „wyposażenie medyczne lub zabudowę”.

Odp. Zamawiający potwierdza że par. 5 ust. 13 wzoru umowy dotyczy tylko napraw wyposażenia medycznego oraz zabudowy.

16. Proszę o uzupełnienie par. 5 ust. 15 wzoru umowy przez wskazanie analogicznych zasad napraw co w ust. 13 tego paragrafu, tj. o nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku usterki technicznej pojazdu okres naprawy nie powinien trwać dłużej niż 14 dni roboczych od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili jej zgłoszenia. Termin ten ulega przedłużeniu o czas, w którym Wykonawca nie będzie miał dostępu do przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.”

Odp. Zamawiający uzupełnia par. 5 ust. 15 wzoru umowy.

17. Proszę o zmianę par. 5 ust. 17 wzoru w taki sposób, aby pięciokrotna naprawa tego samego element lub podzespołu uprawniała Zamawiającego do żądania wymiany wadliwego podzespołu/element na nowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych proszę o:

- zmianę par. 6 ust. 1 lit. a. poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1%,

- zmianę par. 6 ust. 1 lit. c. w taki sposób, aby kara umowna była naliczana nie za godzinę, ale dzień zwłoki. Naliczanie kary umownej za godzinę zwłoki jest w naszej ocenie nadmierne.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Proszę o usunięcie kary umownej przewidzianej w §6 ust. 1 lit. e wzoru umowy. Wskazana kara umowna odwołuje się do §5 ust. 18, który określa obowiązki Zamawiającego, nie Wykonawcy.

Odp. Zamawiający wykreśla w §6 ust. 1 lit. e wzoru umowy .

20. Proszę o usunięcie z treści §6 ust. 2 *in fine* określenia „niezależnie od kar zastrzeżonych w ust. 1. Zgodnie z orzecznictwem nie ma możliwości naliczania jednocześnie kar przewidzianych na wypadek niewłaściwego wykonania umowy i kar z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy. Postanowienie zaproponowane przez Zamawiającego jest nieważne.

Odp. Zamawiający wykreśla z treści §6 ust. 2 określenie „niezależnie od kar zastrzeżonych w ust.1.

21. Biorąc pod uwagę zasadę równości stron, proszę o zmianę par. 6 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Strony mają prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego Sprawozdania finansowego [bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowa] za ostatni pełny rok sprawozdawczy.

Odp. Zamawiający udostępnia sprawozdanie finansowe.

23. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z ewentualnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odp. Wraz z ewentualnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

24. W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Odp. Podpisana przez Zamawiającego umowa z wybranym Wykonawcą zostanie przesłana do podpisu za pośrednictwem poczty.

26. W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Odp. Podpisana przez Zamawiającego umowa z wybranym Wykonawcą zostanie przesłana do podpisu za pośrednictwem poczty.

27. W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy dodanie zapisów wskazanych poniżej w § Postanowienia końcowe oraz w § Zawiadomienia:

§ ____

Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

- 1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo
- 2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Strona: Adres e-mail:

Wykonawca

Zamawiający

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że

jakiegokolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

4. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:

Wykonawca:

Zamawiający:

§ ____

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:

1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej: 1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający : _____, Wykonawca: _____;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszego Aneksu wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia

ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiającą zapoznanie się z jej treścią.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

28. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy

o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

29. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody .

30. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1) ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

2) w formie pisemnej:

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxx.

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku

finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

31. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze

przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się

również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody .

32. Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy następujących postanowień umownych regulujących stosunki między stronami na wypadek wystąpienia siły wyższej:

§ ____

Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:

a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;

b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;

c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;

d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;

e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiegokolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

33. W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Dostawcy przez Odbiorcę z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

34. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do treści umowy zobowiązania do dostarczania okresowych wyników finansowych. Proponujemy dodanie wnioskowanego zapisu w następującym brzmieniu:

„ §...

Odbiorca zobowiązuje się do dostarczania do Spółki dokumentów, informacji i sprawozdań finansowych dotyczących Odbiorcy:

- kwartalne sprawozdania finansowe – w formie bilansu, rachunku zysków i strat lub w formie F-01 w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego (z zastrzeżeniem, że dokumenty za IVQ danego roku obrotowego powinny być dostarczone w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego)

- roczne sprawozdanie finansowe - w formie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z działalności Zarządu, informacji dodatkowej do sprawozdania, przepływów pieniężnych (jeśli dotyczy), raport i opinię biegłego (jeśli sprawozdanie podlega badaniu). W przypadku, jeśli sprawozdanie Odbiorcy podlega badaniu przez biegłego, Odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia w okresie finansowania ww. sprawozdań zbadanych przez biegłego łącznie z raportem i opinią corocznie, w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Jednym z podstawowych elementów zamówienia publicznego jest zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty ceny/wynagrodzenia przysługującego z tytułu wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania. W związku z powyższym Wykonawca powinien posiadać pełną informację dotyczącą zasad wypełnienia niniejszego obowiązku przez Zamawiającego. Mając niniejsze na uwadze, prosimy o informację czy Zamawiającego obowiązuje wewnętrzna procedura akceptacji kosztów (wysokości wynagrodzenia, zasad jego wypłaty) wynikających z umowy, która ma zostać zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, np. regulaminy wewnętrzne lub inne akty wewnętrzne. Jeżeli tak, prosimy o załączenie niniejszych aktów do odpowiedzi.

Odp. Zamawiający ma zapewnione środki finansowe na realizację zamówienia publicznego w ramach dotacji z MON.

36. Proszę o zmianę rozdziału I pkt 1 SIWZ poprzez wskazanie prawidłowego dziennika Ustaw dla ustawy prawo zamówień publicznych – „(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)”

Odp. Zamawiający wprowadza zmianę rozdziału I pkt 1 SIWZ poprzez wskazanie prawidłowego dziennika Ustaw dla ustawy prawo zamówień publicznych – „(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.

Zestaw XVI

Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o dopuszczenie drzwi między przedziałami o wysokości 165 cm z uwagi na konstrukcję samochodu bazowego.

Odp. Zamawiający dopuszcza drzwi między przedziałami o wysokości 165 cm.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BITWA WARSZAWSKA

Zastępca Komendanta
105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią
SPZOZ w Żarach

.....
Marzena Samecka

D.P. tel. 68 470 78 74