



105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ w ŻARACH



Żary dnia 17.09.2020 r.

**Do wiadomości wykonawców**

Znak sprawy: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-36(1)-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania badań morfologii krwi, do badań serologicznych wraz z dzierżawą analizatorów.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

dot. Zadanie nr 3 –dostawa odczynników do badań serologicznych metodą mikrokolumnową żelową wraz z dzierżawą aparatury

1. Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu asortymentowo-cenowym Zadania nr 3 (Załącznik nr 9 do SIWZ), doszło do omyłki pisarskiej, a w kolumnie pt. „Ilość badań w ciągu 36 m-cy” winno być „Ilość badań w ciągu 24 m-cy”?

**Odp.** W formularzu asortymentowo-cenowym Zadania nr 3 (Załącznik nr 9 do SIWZ), doszło do omyłki pisarskiej, winno być „Ilość badań w ciągu 24 m-cy”?

2. W związku z opisem przedmiotu zamówienia Zadania nr 3 (Załącznik nr 9 do SIWZ) „Próba zgodności 4000”, prosimy o doprecyzowanie ilości biorców i dawców przy próbie zgodności celem zaoferowania odpowiedniej ilości kart do sprawdzenia grupy krwi dla biorców (anty-A, anty-B, anty-D(VI-) i dawców (anty-A, anty-B, anty-D(VI+))?

**Odp.** Ilość biorców 1345, ilość dawców 2655.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z brzmieniem pkt. 14 Specyfikacji parametrów technicznych (Załącznik nr 12 do SIWZ) - „Okresowe bezpłatne przeglądy techniczne, wykonywanie walidacji całej aparatury łącznie z wirówkami i pipetami (min 1 raz w roku)”, Zamawiający wymaga również bezpłatnego przeglądu i walidacji sprzętu, który posiada na własność, tj. wirówki ID-Centrifuge 6S, wykonywanego przez autoryzowany, certyfikowany serwis producenta?

**Odp.** Tak. Zamawiający oprócz walidacji i przeglądu technicznego aparatury dostarczonej wymaga bezpłatnego przeglądu i walidacji sprzętu posiadanego na własność.

4. Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca ma uwzględnić i wycenić w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 9 do SIWZ) etykiety do drukarki kodów kreskowych? Jeśli tak, prosimy o podanie wymaganej przez Zamawiającego ilości sztuk etykiet.

**Odp.** Tak . Wykonawca ma uwzględnić i wycenić w formularzu asortymentowo-cenowym etykiety do drukarki kodów kreskowych w ilości 24 szt. w okresie trwania umowy.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Z-ca KOMENDANTA**  
**ds. TECHNICZNYCH**  
105. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO  
Z PRZYCHODNIĄ  
Samodzielny Zespół Kliniczny i Zakład Leczenia w Zarach  
*mgr Marzanna Zagan*  
**Zamawiający**

D.P. tel. 68 470 78 74