



105. KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ w ŻARACH



Żary dnia 21.12.2020r.

Znak sprawy: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-47(2)-2020

Do wiadomości wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego oraz materiałów laboratoryjnych

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" zwracam się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie oraz modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej "SIWZ") w następującym zakresie:

Pytania dotyczące SIWZ:

1. W związku z tym, iż zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 8 m-cy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do 8 m-cy.

Pytania dotyczące projektu umowy zał. Nr 6 a :

Dotyczy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza powyższy zapis do umowy.

Dotyczy § 6 ust. 1.B

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu wolnego od wad, do wysokości „1% wartości wadliwych towarów”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odp. . Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza powyższy zapis do umowy.

Dotyczy § 6 ust. 1.C

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca do wysokości „5% wynagrodzenia liczonego od wartości niezrealizowanej umowy”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy § 6 ust. 1.D

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ww. podpunktu z zapisów umowy?

2. Jeżeli nie wyrazi, zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości naliczania kar umownych do wysokości 0,2% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary w 6 ust. 1 pkt. A lit b) na 0,2%

Dotyczy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę .

Dotyczy § 10

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie w projekcie umowy zapisu wynikającego z art. 142 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publiczny, z uwagi na czas trwania umowy powyżej 12 miesięcy?

W art. 142 ust. 5 Ustawy jest mowa o tym, że jeśli umowa ma być zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać „postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”.

Czy Zamawiający ma świadomość, że przepis art. 142 ust. 5 Ustawy jest bezwzględnie obowiązujący i fakt nie umieszczenia w umowie postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy powoduje, iż wykonawca nie może z tego zapisu skorzystać?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia z ZADANIA NR 2:

Dotyczy poz. 14

Prosimy o określenie koloru płyt: biały czy przezroczysty.

Odp. Kolor płyt przezroczysty.

Dotyczy poz. 27

Prosimy o określenie koloru typu końcówek: Eppendorf Cristall czy Gilson Pipetman.

Odp. Końcówki typu Gilson Pipetman.

Dotyczy poz. 29

Prosimy o wyodrębnienie poz. 29 do osobnego pakietu gdyż jest to produkt specyficzny, nieoferowany przez firmy dostarczające produkty laboratoryjne i medyczne.

Odp. Zamawiający w załączniku nr 8 wykreśla pozycję 29. W związku z powyższym Zamawiający załącza formularz asortymentowo-cenowy na zadanie nr 2 po zmianach.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z uczestnictwem w postępowaniu proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Prosimy o usunięcie pozycji nr 31 z formularza asortymentowo-cenowego. Wskazany element nie jest testem a elementem zużywalnym.
Odp. Zamawiający w 16.12.2020r. wprowadził modyfikację formularza asortymentowo-cenowego poprzez wykreślenie 31 pozycji.
2. Czy Zamawiający dopuści analizator, którego zużycie wody wynosi poniżej 2L/godz?
Odp. Zamawiający dopuści analizator, którego zużycie wody wynosi poniżej 2L/godz.
3. Prosimy o potwierdzenie, że podana w formularzu asortymentowo-cenowym ilość badań uwzględnia również ilości potrzebne na wykonanie kalibracji i kontroli?
Odp. Zamawiający potwierdza, że podana w formularzu asortymentowo-cenowym ilość badań uwzględnia również ilości potrzebne na wykonanie kalibracji i kontroli.

Dotyczy zapisów SIWZ

1. Zgodnie z rekomendacją UZP zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania ofert w formie elektronicznej. Oferta podpisana zostanie wymaganym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję w tym składanie ofert.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, lecz zmienia termin składania ofert na 30.12.2020r.
2. Zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. (w załączeniu komunikat UZP) <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy o dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym i wysłanej za pośrednictwem poczty e-mail, spakowanej w plik, do którego otwarcia hasło zostanie przesłane na 30 minut przed terminem otwarcia ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, lecz zmienia termin składania ofert na 30.12.2020r.

Dotyczy Załącznik nr 6 Umowa - projekt

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy

Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie. Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Na chwilę obecną pandemia już trwa i strony mogą przewidzieć pewne okoliczności mogące mieć wpływ na wykonanie umowy. Poza tym jest uregulowany zapis §9 ust. 2 odsyłający do postępowania zgodnie z przepisem 15r, dlatego też nie ma potrzeby dodatkowych zapisów.

3. par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odp. Zamawiający doprecyzowuje niniejsze postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu.

4. par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odp. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Nie może być tak, że uzależnimy termin płatności od wystawienia faktury, która może nam być przekazania w terminie znacznie późniejszym, a wówczas mamy problem z planowaniem wydatków. Wykonawca powinien zadbać aby dostawa pokrywała się z terminem wystawienia faktury i wówczas nie będzie problemu.

5. par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Dyscyplina finansów publicznych uniemożliwia nam tak daleką uznaniowość.

6. par. 6 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zwinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

7. par. 8 ust. 1 pkt. 2-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?

Odp.

Co do § 8 ust. 2 i 4 – Nie.

Co do § 8 ust. 3 – Tak. Zmieniona treść. w załączeniu

8. par. 10 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wg załączonego wzoru. Zamawiający załącza własny wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do przygotowania ofert wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 30.12.2020 r. godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert: 30.12.2020 r. godz. 12:00

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z-ca KOMENDANTA
ds. TECHNICZNYCH
105. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO
Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach
Zamawiający
mgr Marzena Sarnecka

D.P. tel: 68 470 78 74