Żary, dnia 31.07.2020 r.

Znak sprawy: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-26-2020

DO WIADOMOŚCI WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach,

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm).), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany

1. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 22 poz. 14 i 15** zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldinger.

Zestaw do tracheostomii przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego zawierającego niezbędne przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu z atraumatycznym inserterem. Opakowanie zestawu: zestaw zapakowany jest na jednej sztywnej tacy z osobno zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej sterylności, a nie ma wpływu na wykonanie zabiegu

Zestaw zawiera :

a. Skalpel
b. Strzykawkę 5ml
c. Igłę (14G) z teflonową osłonką
d. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie **NiTiNolu** (stop niklu z tytanem)
e. Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR
f. Kateter prowadzący (biały)
g. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)
h. 4 tampony z gazy 10x10cm
i. Rurkę trachostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw):

Rurka tracheotomijna z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu **w rozmiarach 7,8,9 (do wyboru).**

Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w **atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki** (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada kołnierz obrotowy, poruszający się wokół dwóch osi,

2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem,
Obturator,
Tasiemkę mocującą,
Sterylny żel nawilżający 2,7g.



Fig. 1

Fig. 2

Unikalną cechą atraumatycznego insertera jest specjalna silikonowa osłonka no-step (bez przeskoku), która zapewnia gładkie przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki. (Rysunek w załączeniu)

Poglądowe zdjęcie dotyczące silikonowej osłonki no-step. (fig. 1 i 2
Odp. Pytanie nie dotyczy asortymentu z tej pozycji.

2. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 22 poz. 41** zestaw do drenażu opłucnej w zestawie z igłą 17G? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Pytanie nie dotyczy asortymentu z tej pozycji

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 22 poz. 14 i utworzenie odrębnego pakietu?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 22 poz. 15 i utworzenie odrębnego pakietu?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 22 poz. 41 i utworzenie odrębnego pakietu?
Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Z-ca KOMENDANTA
ds. TECHNICZNYCH
105. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO
Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielnego Publicznego Wojskowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach
mgr Marzena Sarnecka

Zamawiający

D.P. tel: 68 470 78 74