



Żary, 31 sierpnia 2021 r.  
egzemplarz pojedynczy

Nasz znak: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-20-K-2021

## INFORMACJA NR 1

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn.: „Dostawę odczynników laboratoryjnych”.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 284 ust. 6 oraz w związku z art. 284 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 – dalej: „ustawa Pzp”) **udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (dalej: „SWZ”).

### Pytanie nr 1

- I. Dotyczy Załącznik nr 6 do SWZ, Zadanie nr 1, pkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w zaoferowanym aparacie była możliwość jednoczesnej pracy wyłącznie na jednym typie probówek systemu zamkniętego pobierania krwi?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę na jeden typ probówek systemu zamkniętego pobierania krwi w jednym cyklu pomiarowym.**

### Pytanie nr 2

- II. Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Z uwagi na wewnętrzne uregulowania w zakresie zawierania umów, Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej.**

### Pytanie nr 3

- III. Dotyczy SWZ, Projektowane postanowienia umowy do zadania nr 1,2,3,– Załącznik nr 4 do SWZ: §2 ust. 4 lit. a) oraz §4 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia

faktury VAT przez Wykonawcę? Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności. Zaznacza się przy tym, że zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424.) Szpital jest uprawniony do stosowania w umowach 60 dniowego terminu zapłaty.**

#### Pytanie nr 4

§2 ust. 8 lit. f): Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie powyższej zmiany, z tym zaznaczeniem, że zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy. Z uwagi na powyższe Zamawiający dokona modyfikacji §2 ust. 8 lit. f) PPU dla obu zadań nadając mu następujące brzmienie:**

*f) ceny brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione.*

#### Pytanie nr 5

§4 ust. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT, a faktura elektroniczna była kopią oryginału? Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma za-

tem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru.

Jeżeli tak prosimy o modyfikację zapisu na: „Po każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał faktury oraz jej kopię w postaci elektronicznej”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie faktury elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Zamawiający dokona modyfikacji §4 ust. 2 PPU dla obu zadań nadając mu następujące brzmienie:**

***2. Przy każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczać oryginał faktury oraz fakturę w postaci elektronicznej lub dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedni po słowie lub, po każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał faktury oraz jej kopię w postaci elektronicznej.***

#### **Pytanie nr 6**

§4 ust. 13: Prosimy usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto z uwagi na zmianę przepisów na podstawie ustawy dotyczącej zatorów płatniczych, wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest niebezpieczne i nieuczciwe w ocenie Prezesa UOKiK

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Szpital nie może pozwolić sobie na sytuacje w której zostanie przerwany łańcuch dostaw.**

#### **Pytanie nr 7**

- IV. Dotyczy Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ, część A pkt 2: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie określenia „roboczych” tak, aby był tożsamy z zapisami zawartymi w SWZ w pkt. VIII.2. Opis kryteriów ppkt b) Kryterium: „Termin dostaw częściowych” (TDC).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie powyższej zmiany. Z uwagi na powyższe Zamawiający dokona modyfikacji litery A pkt. 2 Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ nadając mu następujące brzmienie:**

***W celu oceny mojej/naszej oferty w kryterium „Termin dostawy” oferuję/emy: realizację dostaw częściowych przedmiotu zamówienia w terminie ..... dni roboczych od daty złożenia zamówienia***

*(Uwaga termin dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia)*

W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z następującymi zapytaniami w zakresie zadania nr 2:

**Pytanie nr 8**

1. W zakresie zadania nr 2 brak panelu „mleko”.

Czy Zamawiający może doprecyzować, w których pozycjach zadania wymaga zaoferowania testów ilościowych (wymagania ogólne pkt.4)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 7 , poprzez wykreślenie zapisu z punktu 4.**

**Pytanie nr 9**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do diagnostyki alergii, w których przy zastosowaniu metody automatycznej wymagane jest 210µl surowicy, natomiast przy zastosowaniu manualnej inkubacji wymagana objętość próbki wynosi 175 µl?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę ale nie wymaga. Fakt zaoferowania zestawów z dopuszczenia należy odnotować w formularzu asortymentowo – cenowym.**

**Pytanie nr 10**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do diagnostyki alergii (testy ilościowe), które zamiast linii kontrolnej zawierają linie kalibratorów. Proces inkubacji został przeprowadzony prawidłowo jeżeli wystąpi zabarwienie pasm kalibratorów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę ale nie wymaga. Fakt zaoferowania zestawów z dopuszczenia należy odnotować w formularzu asortymentowo – cenowym.**

**Pytanie nr 11**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zestawy testowe posiadały termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę. Fakt ten należy każdorazowo uzgodnić z Kierownikiem Laboratorium.**

**Pytanie nr 12**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie o dodatkowe wiersze formularza cenowego w celu skalkulowania materiałów zużywalnych ( bufor czyszczący do analizatora)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

W konsekwencji udzielonych wyjaśnień treści SWZ Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 7 w związku z art. 286 ust. 1 ustawy PZP **zawiadamia o dokonanej zmianie treści SWZ, tj.:**

1. Załącznika nr 1 Formularz Ofertowego
2. Załącznika nr 3 Projektowane postanowienia umowy do zadania nr 4,
3. Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy do zadania nr 1,2,3,
4. Załącznika nr 7 Formularz asortymentowo – cenowy zadanie 2.

Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zmiany treści SWZ nie są zmianami istotnymi dla sporządzenia oferty w myśl art. 286 ust. 3 ustawy PZP i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, o której mowa w art. 286 ust. 9 ustawy PZP.

### **ZATWIERDZONO**

*(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego w wersji papierowej)*

.....

Wykonano w 1 egz. - ad acta

Sporządziła: Zastępcą Kierownika Działu Zamówień Publicznych  
Maria Patrzyłas, tel. 68 470 78 74  
e-mail: [m.patrzylas@105szpital.pl](mailto:m.patrzylas@105szpital.pl)  
data wykonania 31 sierpnia 2021 r.  
T:2612